

Nr. AG-4 din 20.03.2025

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din “15” septembrie 2021

Specificații tehnice

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1741879661655 din 13.03.2025						
Obiectul achiziției: achiziționarea KITURI DE DIAGNOSTIC /LDSA						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 2 Set de diagnostic ELISA detectia anticorpilor la Bluetongue	ID ScreenBluetongue Competition/ Nr. Ref. IDVBTC-5P	Franța	iD.vet	Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA pentru detectia anticorpilor specifici ai proteinei VP7 a virusului Bluetongue la rumegătoare, pe probe individuale în ser și plasmă. Microplăci căptușite cu proteina recombinată VP7 de 96 de godeuri cu stripuri detașabile (12/placa) câte 8; Conjugat concentrat (10X); Control pozitiv, lichid; Control negativ, lichid; Soluție de diluție; Soluție de spălare; concentrată (20X); Soluție substrat;	Setul de diagnostic utilizează principiul ELISA pentru detectia anticorpilor specifici proteinei VP7 a virusului Bluetongue la rumegătoare, pe probe individuale în ser și plasmă. <u>Setul conține:</u> Microplăci căptușite cu proteina recombinată VP7 de 96 de godeuri cu stripuri detașabile (12/placa) câte 8; Conjugat concentrat (10X); Control pozitiv, lichid; Control negativ, lichid; Soluție de diluție; Soluție de spălare; concentrată	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității

				Soluție stop (0,5 M); Compatibil speciei de animal menționat ; Specificitatea - min. 99,9% Sensibilitate - 100% Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Destinat ”uz veterinar.” Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	(20X); Soluție substrat; Soluție stop (0,5 M); Compatibil speciei de animale - menționate; Specificitatea - min. 99,9% Sensibilitate - 100% Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Destinat pentru uz veterinar. ID ScreenBluetongue Competition/Nr. Ref. IDVBTC-5P/ Nr. Lot: O69 Unitatea de măsură - o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
LOT 3 Set de diagnostic la rabie	Anti Rabies Nucleocapsid GJG LYOPH/ Nr. Ref. 3572112	Franța	BIO-RAD	Set de diagnostic la rabie prin metoda imunofluorescență directă. Setul conține conjugat din nucleocapsid anti-rabic adsorbit. Setul conține 4 fl x 3 ml de conjugat liofilizat. Destinat ”uz veterinar.” Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea	Setul de diagnostic la rabie prin metoda imunofluorescență directă. <u>Setul conține:</u> conjugat din nucleocapsid anti-rabic adsorbit. 4 fl x 3 ml de conjugat liofilizat. Destinat pentru uz veterinar. Anti Rabies Nucleocapsid GJG LYOPH/ Nr. Ref. 3572112/ Nr. Lot 3E0077 Unitatea de măsură - o bucată (buc.) 1buc = 1 set.	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității

				comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 set.		
LOT 4 Set de diagnostic ELISA detectarea anticorpilor capripoxvirusurilor	ID Screen Capripox Double Antigen Multi-species/ Nr. Ref. IDVCPVDA-2P	Franța	iD.vet	Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA cu antigen dublu pentru detectarea anticorpilor împotriva capripoxvirusurilor, inclusiv a virusul bolii cutanate noduloase(LSDV), virusul poxului ovin (SPPV) și virusul variolei caprine (GTPV) în ser sau plasmă de la bovine, ovine, caprine sau alte specii sensibile. Microplăci din poliester de 96 de godeuri acoperite cu antigen purificat cu stripuri detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren; Conjugat concentrat (10X) (antigen purificat marcat cu peroxidază); Control pozitiv, lichid; Control negativ, lichid; Tampon de diluție pentru prepararea conjugatului; Soluție de substrat; Concentrat de spălare (20X); Soluție de oprire (0,5 M); Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Ușor utilizabil iar rezultatul a se obține în mai puțin de 3 ore; Compatibil speciei de animale	Setul de diagnostic utilizează principiul ELISA cu antigen dublu pentru detectarea anticorpilor împotriva capripoxvirusurilor, inclusiv a virusul bolii cutanate noduloase (LSDV), virusul poxului ovin (SPPV) și virusul variolei caprine (GTPV) în ser sau plasmă de la bovine, ovine, caprine sau alte specii sensibile. <u>Setul conține:</u> Microplăci din poliester de 96 de godeuri acoperite cu antigen purificat cu stripuri detașabile (12/placa) câte 8 godeuri, de polisteren; Conjugat concentrat (10X) (antigen purificat marcat cu peroxidază); Control pozitiv, lichid; Control negativ, lichid; Tampon de diluție pentru prepararea conjugatului; Soluție de substrat; Concentrat de spălare (20X); Soluție de oprire (0,5 M); Microplaca este citită la OD 450 nm; Ușor utilizabil, iar rezultatul se	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității

				menționat. Sensibilitatea –min. 95% Specificitatea - min. 99.7% Destinat ”uz veterinar.” Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	obține în mai puțin de 3 ore; Compatibil speciei de animale indicate. Sensibilitatea –min. 95% Specificitatea - min. 99.7% Destinat pentru uz veterinar. ID Screen Capripox Double Antigen Multi-species/ Nr. Ref. IDVCPVDA-2P/ Nr. Lot 048 Unitatea de măsură - o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
LOT 5 Set de diagnostic ELISA deteția anticorpilor rabici	Platelia Rabies II Kit and usum vetetinarium/ Nr. Rrf. 3550180	Franța	BIO-RAD	Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA pentru detectarea și titrarea glicoproteinei virusului antirabic IgG în ser și plasmă animală, pentru analiza calitativă și cantitativă. Setul să conțină : plăci de microtitrare cu 96 de godeuri cu stripuri detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren soluție de spălare; flacoane cu ser martor negativ; flacoane cu ser martor pozitiv de câine cu 0,5 EU; flacoane cu ser martor pozitiv de câine cu 4 EU; flacoane cu diluant pentru probe; flacoane cu conjugat concentrat (anticorpi monoclonali specifici-conjugați cu peroxidază);	Setul de diagnostic utilizează principiul ELISA pentru detectarea și titrarea glicoproteinei virusului antirabic IgG în ser și plasmă animală, pentru analiza calitativă și cantitativă. <u>Setul conține:</u> plăci de microtitrare cu 96 de godeuri cu stripuri detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren; soluție de spălare; flacoane cu ser martor negativ; flacoane cu ser martor pozitiv de câine cu 0,5 EU; flacoane cu ser martor pozitiv de câine cu 4 EU; flacoane cu diluant pentru probe; flacoane cu conjugat concentrat (anticorpi monoclonali specifici-conjugați cu peroxidază);	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității

				flacoane cu substrat; cromogen; flacoane cu soluție pentru stopare (acid sulfuric); folie adezivă pentru microplăci. Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Destinat ”uz veterinar.” Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	flacoane cu substrat; cromogen; flacoane cu soluție pentru stopare (acid sulfuric); folie adezivă pentru microplăci. Microplaca este citită la OD 450 nm; Destinat pentru uz veterinar. Platelia Rabies II Kit and usum vetetinarium/ Nr. Rrf. 3550180/ Nr. Lot 3K0049 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
LOT 6 Set de diagnostic ELISA detectia Boala veziculoasă a porcului	ID Screen® Swine Vesicular Disease Competition/ Nr. Ref. IDVSVDC-4P	Franța	iD.vet	Set de diagnostic să detecte anticorpii direcți împotriva virusului bolii veziculoase porcine (SVDV) în probele ser și plasma de la porc Microplăci din poliester de 96 de godeuri căptușite cu antigen purificat, cu stripuri detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, Conjugat Mab 5B7/Peroxidază conjugată (10X) Control pozitiv, lichid;	Setul de diagnostic detectează anticorpii direcți împotriva virusului bolii veziculoase porcine (SVDV) în probele ser și plasma de la porc. <u>Setul conține:</u> Microplăci din poliester de 96 de godeuri căptușite cu antigen purificat, cu stripuri detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren; Conjugat Mab 5B7/Peroxidază	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității

				Control negativ, lichid; Tampon de diluare; Soluțiet de spălare concentrată (20X); Soluție de substrat; Soluție de oprire (0,5 M); Ușor de utilizat; Sensibilitatea - min. 98,8% Specificitatea - 100% Destinat "uz veterinar." Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. Set de diagnostic ELISA detecția Boala veziculoasă a porcului Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	conjugată (10X); Control pozitiv, lichid; Control negativ, lichid; Tampon de diluare; Soluție de spălare concentrată (20X); Soluție de substrat; Soluție de oprire (0,5 M); Ușor de utilizat; Sensibilitatea - min. 98,8% Specificitatea - 100% Destinat pentru uz veterinar. ID Screen® Swine Vesicular Disease Competition/ Nr. Ref. IDVSVDC-4P/ Nr. Lot 037 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
LOT 7 Set de diagnostic ELISA detecția Febra Văii de Rift	ID Screen® Rift Valley Fever Competition Multi-species/ Nr. Ref. IDVRIFTC -4P	Franța	iD.vet	Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA competitive pentru detecția anticorpilor împotriva nucleoproteinei RIFTV în ser și plasma de la rumegătoare, cai, pisici, câini, sau orice altă specie susceptibilă. Microplacă acoperită cu stripuri de 96 de godeuri,(12/placă cu 8 godeuri); Control pozitiv, lichid;	Setul de diagnostic utilizează principiul ELISA competitiv pentru detecția anticorpilor împotriva nucleoproteinei RIFTV în ser și plasma de la rumegătoare, cai, pisici, câini, sau orice altă specie susceptibilă. <u>Setul conține:</u> Microplacă acoperită cu stripuri de 96 de godeuri,(12/placă cu 8	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității

				Control negativ, lichid; Tampon de diluare; Conjugat concentrat (10X); Soluție de spălare concentrate (20X); Soluția substrat; Soluție Stop (0,5 M); Sensibilitate – 100% Specificitatea 99,8% Destinat „uz veterinar”. Compatibil speciei de animal menționate. Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producătorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	godeuri); Control pozitiv, lichid; Control negativ, lichid; Tampon de diluare; Conjugat concentrat (10X); Soluție de spălare concentrate (20X); Soluția substrat; Soluție Stop (0,5 M); Sensibilitate – 100% Specificitatea 99,8% Destinat pentru uz veterinar. Compatibil speciilor de animale indicate. ID Screen® Rift Valley Fever Competition Multi-species/ Nr. Ref. IDVRIFTC -4P/ Nr. Lot P58 Unitatea de măsură - o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
LOT 9 Set de diagnostic ELISA detecția anticorpilor Influența Aviară	ID Screen® Influenza A Antibody Competition Multi-Species/	Franța	iD.vet	Setul să utilizeze principiul ELISA pentru detecția anticorpilor specifici nucleoproteinei virusului influenței aviare de-a fi utilizat pe probe de ser sau plasmă la păsări,	Setul folosește principiul ELISA pentru detecția anticorpilor specifici nucleoproteinei virusului influenței aviare pentru a fi utilizat pe probe de ser sau plasmă la păsări, suine sau	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității

	Nr. Ref. IDVFLUACA-5P			suine sau ecvine Microplăci (poliester) căptușite cu antigen nucleoproteină gripală A, cu stripuri separate de 96 de godeuri ; Conjugat concentrat (10x) ; Control pozitiv, lichid ; Control negativ, lichid ; Soluție de diluare ; Soluție substrat ; Soluția de spălare concentrată (20x) ; Soluție stop (0,5M) ; Testarea a fi posibilă în mai puțin de 2 ore; Sensibilitatea - min. 99 % Specificitatea - min. 95 % Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	ecvine. <u>Setul conține:</u> Microplăci (poliester) căptușite cu antigen nucleoproteină gripală A, cu stripuri separate de 96 de godeuri; Conjugat concentrat (10x) ; Control pozitiv, lichid; Control negativ, lichid; Soluție de diluare; Soluție substrat; Soluția de spălare concentrată (20x); Soluție stop (0,5M); Testarea este posibilă în mai puțin de 2 ore; Sensibilitatea - min. 99 % Specificitatea - min. 95 % Microplaca este citită la OD 450 nm; Destinat pentru uz veterinar. ID Screen® Influenza A Antibody Competition Multi-Species/ Nr. Ref. IDVFLUACA-5P/ Nr. Lot 084 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
LOT 11 Identificarea genomului viral la Bluetongue	virotype® BTV pan/8 2.0 RT-PCR Kit/ Nr. Ref. VT280465	Germania	INDICAL BIOSCIE NCE	Detecția ARN principiul Real-time RT-PCR, duplex din virusul limbii albastre (BTV) la bovine, ovine și caprine izolate din metrice: sânge integral, țesut (splina) sau de la fetoși abortați	Detecția ARN pe principiul Real-time RT-PCR, duplex din virusul limbii albastre (BTV) la bovine, ovine și caprine izolate din metrice: sânge integral, țesut (splina) sau de la fetoși abortați	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității

				(splina, ficat, cord) IPC endogen Setul include: Mixul, care conține- Sondă TaqMan marcată cu FAM NFQ (NFQ = Non-Fluorescent Quencher) (enzime, primeri și sonde); Sondă TaqMan marcată cu VIC TAMRA (Quencher) (enzime, primeri și sonde); Bufer, transcriptază inversă, enzime EPC Control pozitiv la bluetongue; Fluorescență FAM pentru ARN- ul tuturor serotipurilor BTV cunoscute – 1-27 serotipuri (pan BTV) Setul să fie compatibil cu instrumente PCR : QuantStudio 5, MIC Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității setului propus/Certificat de analiză cu indicarea EPC BTV (Control Pozitiv) cu Ct echipament Applied Biosystems, certificatul de control a calității setului propus/Certificat de analiză cu indicarea IPC endogen	(splina, ficat, cord) IPC endogen. <u>Setul include:</u> Mixul, compus din - Sondă TaqMan marcată cu FAM NFQ (NFQ = Non-Fluorescent Quencher) (enzime, primeri și sonde); Sondă TaqMan este marcată cu VIC TAMRA (Quencher) (enzime, primeri și sonde); Bufer, transcriptază inversă, enzime EPC Control pozitiv la bluetongue; Fluorescență FAM pentru ARN- ul tuturor serotipurilor BTV cunoscute – 1-27 serotipuri (pan BTV). Setul este compatibil cu instrumente PCR: QuantStudio 5, MIC. Destinat pentru uz veterinar. virotip® BTV pan/8 2.0 RT- PCR Kit/ Nr. Ref. VT280465/ Nr. Lot F202400279 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
--	--	--	--	--	---	--

				cu Ct echipament Applied Biosystems În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.		
LOT 12 Set de extracție acizilor nucleici	IndiSpin® Pathogen Kit/ Nr. Ref. SP54104	Germania	INDICAL BIOSCIE NCE	Set pentru extracția și izolarea/purificarea acizilor nucleici patogeni animale; sânge integral/ser/ plasma/ alte fluide corporale tampoane, spălări și țesuturi (omogenate) Conținutul setului: Tampon VXL1 1 x 6 ml Tampon ACB (concentrat)1,2 1 x 12 ml Proteinază K 1 x 1,25 ml Carier RNA (poli A) 1 x 310 µg Tampon AW1 (concentrat)1,3 1 x 19 ml TamponAW2(concentrat)3 1 x 17 ml Tampon AVE 1 x 20 ml Protocol de pornire rapidă de 20 ml (PCard Temperatura de depozitare 15°C până la 25°C Mini Columns, Collection Tubes, Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității setului propus.	Setul pentru extracția și izolarea (purificarea) acizilor nucleici patogeni animale; sânge integral/ser/ plasma/ alte fluide corporale tampoane, spălări și țesuturi (omogenate). <u>Setul conține:</u> Tampon VXL1 1 x 6 ml; Tampon ACB (concentrat)1,2 1 x 12 ml; Proteinază K 1 x 1,25 ml; Carier RNA (poli A) 1 x 310 µg; Tampon AW1 (concentrat)1,3 1 x 19 ml; TamponAW2(concentrat)3 1 x 17 ml; Tampon AVE 1 x 20 ml; Protocol de pornire rapidă de 20 ml (PCard); Temperatura de depozitare 15°C până la 25°C; Mini Columns, Collection Tubes. Destinat pentru uz veterinar. IndiSpin® Pathogen Kit/ Nr. Ref. SP54104 Nr. Lot 178041859 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității

				În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.		
LOT 13 Set de diagnostic detecția anticorpilor rabici	Rabies ELISA Ab Kit/ Nr. Ref. RAB 01-02	Cehia	O.K. SERVIS BioPro	Set de diagnostic utilizează principiul ELISA Ab blocking pentru detectarea anticorpilor virusului rabiei în ser, plasmă la carnivori domestici și sălbatici Setul conține: microplăci cu 96 godeuri ser control pozitiv rabic-1 flacon ser control negativ rabic - 1 flacon ser control rabic 1 - 1 flacon ser control rabic 2 -1 flacon ser control rabic 3 -1 flacon diluant de probă (gata de utilizare) 1 flacon diluant pentru anticorp biotinitat(gata de utilizare) 1 flacon anticorp anti-rabic biotinitat (concentrat de 100x) 1 flacon diluant pentru conjugat (gata de utilizare) conjugat (100x concentrat); substrat (gata de utilizare); soluție stop (gata de utilizare); soluție de spălare (10x concentrată); folii adezive. Sensibilitatea min. 95% Specificitatea - 100% Destinat „uz veterinar”.	Setul de diagnostic utilizează principiul ELISA Ab blocking pentru detectarea anticorpilor virusului rabiei în ser, plasmă la carnivori domestici și sălbatici. <u>Setul conține:</u> microplăci cu 96 godeuri; ser control pozitiv rabic-1 flacon; ser control negativ rabic - 1 flacon; ser control rabic 1 – 1 flacon; ser control rabic 2 -1 flacon; ser control rabic 3 -1 flacon; diluant de probă (gata de utilizare); 1 flacon diluant pentru anticorp biotinitat(gata de utilizare); 1 flacon anticorp anti-rabic biotinitat (concentrat de 100x); 1 flacon diluant pentru conjugat (gata de utilizare); conjugat (100x concentrat); substrat (gata de utilizare); soluție stop (gata de utilizare); soluție de spălare (10x concentrată); folii adezive;. Sensibilitatea min. 95% Specificitatea - 100%	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității

				Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității setului propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	Destinat pentru uz veterinar. Rabies ELISA Ab Kit/ Nr. Ref. RAB 01-02/Nr. Lot R2501 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
14. LOT cu reagenți pentru determinarea Ac Influența aviară						
LOT 14.1 Antigen subtip H7N7	Alphainfluenzavirus, Influenza A virus, H7N7 subtype/Nr. Ref. AN0046	Italia	Istituto Zooprofila ttico Speriment ale delle Venezie	Tulpină de referință internațională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutininei după resuspensie 1:64 ± 1 Standartizat fața de Seruri etalon OIE. Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus ; certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon.	Tulpina de referință internațională (antigen inactivat), forma - liofilizata, ambalare - flacon 1 ml, titrul minim a hemaglutininei după resuspensie 1:64 ± 1. Este standartizat fața de Seruri etalon OIE. Destinat pentru uz veterinar. Alphainfluenzavirus, Influenza A virus, H7N7 subtype/Nr. Ref. AN0046/Nr. Lot 4/21 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon.	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității

LOT 14.2 Antigen subtip H7N3	Alphainfluenzavirus, Influenza A virus, H7N3 subtype/Nr. Ref. AN0041	Italia	Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Tulpină de referință internațională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutinantei după resuspensie 1:64 ± 1 Standartizat fața de Seruri etalon OIE Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus ; certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon.	Tulpina de referință internațională (antigen inactivat), forma de prezentare - liofilizata, ambalare -flacon 1 ml titrul minim a hemaglutinantei după resuspensie 1:64 ± 1. Este standartizat fața de Seruri etalon OIE. Destinat pentru uz veterinar. Alphainfluenzavirus, Influenza A virus, H7N7 subtype/Nr. Ref. AN0041/Nr. Lot 2/21 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon.	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității
---	--	----------------------	---	--	--

LOT 14.3 Antigen subtip H7N4	Alphainfluenzavirus, Influenza A virus, H7N4 subtype/Nr. Ref. AN0043	Italia	Istituto Zooprofila ttico Speriment ale delle Venezie	Tulpină de referință internațională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutinantei după resuspensie 1:64 ± 1 Standartizat fața de Seruri etalon OIE Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include: instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon.	Tulpina de referință internațională (antigen inactivat), forma de prezentare- liofilizata, ambalare -flacon 1 ml titrul minim a hemaglutinantei după resuspensie 1:64 ± 1; Standartizat fața de Seruri etalon OIE; Destinat pentru uz veterinar. Alphainfluenzavirus, Influenza A virus, H7N4 subtype/Nr. Ref. AN0043/Nr. Lot 1/18 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon.	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității
15. LOT cu seturi de diagnostic pentru detecția anticorpilor la boala Aujeszky						
LOT 15 Set de diagnostic ELISA detecția anticorpilor la Aujeszky	SVANOVIR® PRV gB-Ab/ Nr. Ref. SV-104905	Germa nia	INDICAL BIOSCIE NCE	Set de diagnostic ELISA imunosorbent pentru detecția anticorpilor specifici la Pseudorabies/Virusul bolii Aujeszky gB PRVgB în probe de ser și plasmă porcină. Microplăci de 96 de godeuri acoperite cu antigen PRV; Control pozitiv, lichid; Control negativ, lichid; Soluțiede spălare concentrată (20x); Soluție(tampon) de diluție soluție de substrat (cu conținut H2O2); Soliție stop; Testarea a fi posibilă în regim overnight și în regim mai puțin de	Setul de diagnostic ELISA imunosorbent destinat pentru detecția anticorpilor specifici la Pseudorabies/ Virusul bolii Aujeszky gB PRVgB în probe de ser și plasmă porcină. <u>Setul conține:</u> Microplăci de 96 de godeuri acoperite cu antigen PRV; Control pozitiv, lichid; Control negativ, lichid; Soluție de spălare concentrată (20x); Soluție(tampon) de diluție, soluție de substrat (cu conținut H2O2); Soliție stop;	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității

				2 ore. Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității setului propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	Testarea este posibilă în regim overnight și în regim rapid - mai puțin de 2 ore. Destinat pentru uz veterinar. SVANOVIR® PRV gB-Ab/ Nr. Ref. SV-104905/ Nr. Lot F202400201. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
LOT 15 Set de diagnostic ELISA detecria anticorpilor postvaccinali la Aujeszky	SVANOVIR® PRV gE-Ab/Nr. Ref. SV- 104904	Germania	INDICAL BIOSCIE NCE	Set de diagnostic ELISA un test imunosorbent pentru detecția anticorpilor postvaccinali specifici la Pseudorabies/Virusul bolii Aujeszky gE la porcine microplăci de 96 de godeuri acoperite cu antigen PRV ; Control pozitiv, lichid; Control negativ, lichid; Soluție de spălare concentrată (20x); Soluție(tampon) de diluție Soluție de substrat (cu conținut H2O2); soluție stop; Incubarea overnight. Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la	Setul de diagnostic ELISA - test imunosorbent pentru detecția anticorpilor postvaccinali specifici la Pseudorabies/Virusul bolii Aujeszky gE la porcine. <u>Setul conține:</u> Microplăci de 96 de godeuri acoperite cu antigen PRV; Control pozitiv, lichid; Control negativ, lichid; Soluție de spălare concentrată (20x); Soluție(tampon) de diluție; Soluție de substrat (cu conținut H2O2); Soluție stop; Incubarea overnight. Destinat pentru uz veterinar.	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității

				producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității setului. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	SVANOVIR® PRV gE-Ab/Nr. Ref. SV-104904/ Nr. Lot F202400111. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: - electronic -

Numele, Prenumele: Vasile CUCU

În calitate de: Administrator/Director

Ofertantul: SRL „Autoritate Grup”

Adresa: mun. Chișinău, str. Primăverii 11