

 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	ЗАО «ОЗ «ВладМиВа» 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19 тел.: 4722/34-56-85 факс: 4722/31-59-03 Internet: www.vladmiva.ru e-mail: postmaster@vladmiva.ru																		
ИЗДЕЛИЕ	ДЕВИТ (А/П/С)																			
УПАКОВКА	Паста (шприц) - 3,0 г																			
ОПИСАНИЕ	Материал- паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба																			
ПО ТРЕБОВАНИЯМ	В соответствии с ГОСТ Р 15013-94, ГОСТ Р 51609-2000, и директивой ЕЭС 93/42 ЕС																			
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ <table border="1" data-bbox="220 1131 1495 1507"> <thead> <tr> <th>Материал (вещество)</th> <th>РЕГ. № CAS (Стомат. ассоц.)</th> <th>Кол. (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Титана окись</td> <td>13463-67-7</td> <td>~30,0 %</td> </tr> <tr> <td>Глицерин</td> <td>56-81-5</td> <td>~25,0 %</td> </tr> <tr> <td>Хлорфенол</td> <td>106-49-8</td> <td>~10,0 %</td> </tr> <tr> <td>Камфорное масло</td> <td>—</td> <td>~15,0 %</td> </tr> <tr> <td>Волокнистый медицинский наполнитель</td> <td>—</td> <td>~20,0 %</td> </tr> </tbody> </table>			Материал (вещество)	РЕГ. № CAS (Стомат. ассоц.)	Кол. (%)	Титана окись	13463-67-7	~30,0 %	Глицерин	56-81-5	~25,0 %	Хлорфенол	106-49-8	~10,0 %	Камфорное масло	—	~15,0 %	Волокнистый медицинский наполнитель	—	~20,0 %
Материал (вещество)	РЕГ. № CAS (Стомат. ассоц.)	Кол. (%)																		
Титана окись	13463-67-7	~30,0 %																		
Глицерин	56-81-5	~25,0 %																		
Хлорфенол	106-49-8	~10,0 %																		
Камфорное масло	—	~15,0 %																		
Волокнистый медицинский наполнитель	—	~20,0 %																		
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ С УПОМЯНУТЫМ ГОСТ Р 15013-94																				
СЕРТИФИКАЦИИ	ГОССТАНДАРТ РОССИИ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р																			
Дата: 20/05/2011 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА	Подпись, печать 																			