

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1657627088831								
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament medical pentru activitatea științifică								
Autoritatea contractanta : IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"								
Cod CP V	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33140000-3	1	Negatoscop	Weiko BFAL 43.09 OR Horizontal Viewer 2 panels	Italia	BIEFE ITALIA SRL	Negatoscop pentru radiografii (Vizualizator de film cu raze X) cu panou dublu sau triplu Luminanta: 1500-6500 cd/m ² Lampa LED: min 50000 h Dispersia de lumina: > 90% Alimentare: 220-230V, 50-60 Hz Dimensiuni: · lungime (lățime) între 70 – 150 cm · înălțime între 40 – 70 cm Termen de garanție – minim 3 ani	Negatoscop pentru radiografii (Vizualizator de film cu raze X) cu panou dublu Luminanta: 6500 cd/m ² Lampa LED: min 50000 h Dispersia de lumina: > 90% Alimentare: 220-230V, 50-60 Hz Dimensiuni: · lungime (lățime) - 97 cm · înălțime - 43 cm Termen de garanție – minim 3 ani (la defectele de fabrica)	CE, ISO, Declaratie de conformitate CE

Semnat:

Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova