

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1754396838583 din 11 aug 2025, 7:00 - 20 aug 2025, 7:00

**Obiectul achiziției:** Servicii de reparație a dispozitivelor medicale – 2025

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		<b>Bunuri/servicii</b>						
11	50420000-5	11. Servicii de reparație a mașinei de spălare și dezinfecție endoscoape "Medivators ISA, Cantel" prin înlocuire kit de mentenanță anual	-	-	-	Reparația mașinii de spălare și dezinfecție endoscoape "Medivators ISA, Cantel" prin : * Înlocuire KIT De mentenanța anula, inclusiv lucrările de înlocuire și calibrare; Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului; * Termen de executare a lucrărilor - maxim 15 zile de la semnarea contractului; * Piesa / piesele să fie compatibile cu mașina de spălare și dezinfecție endoscoape "Medivators ISA, Cantel" Garanție: * Minim 6 luni pentru piesele montate;	Reparația mașinii de spălare și dezinfecție endoscoape "Medivators ISA, Cantel" prin : * Înlocuire KIT De mentenanța anula, inclusiv lucrările de înlocuire și calibrare; Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului; * Termen de executare a lucrărilor - maxim 15 zile de la semnarea contractului; * Piesa / piesele să fie compatibile cu mașina de spălare și dezinfecție endoscoape "Medivators ISA, Cantel" Garanție: * Minim 6 luni pentru piesele montate;  Servicii de mentenanță cu înlocuirea kitului anual de service. Calibrarea dispozitivului.	-
12	50420000-5	12. Servicii de reparație a mașinei de spălare și dezinfecție endoscoape "Medivators ISA, Cantel" prin înlocuire set filtre de apă	-	-	-	Reparația mașinei de spălare și dezinfecție endoscoape "Medivators ISA, Cantel" prin : * Înlocuire Set Filtre pentru apa de microfiltrare, inclusiv lucrările de înlocuire și ajustare; Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului; * Termen de executare a lucrărilor - maxim 15 zile de la semnarea contractului; * Piesa / piesele să fie compatibile cu mașina de spălare și dezinfecție endoscoape "Medivators ISA, Cantel" Garanție: * Minim 6 luni pentru piesele montate;	Reparația mașinei de spălare și dezinfecție endoscoape "Medivators ISA, Cantel" prin : * Înlocuire Set Filtre pentru apa de microfiltrare, inclusiv lucrările de înlocuire și ajustare; Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului; * Termen de executare a lucrărilor - maxim 15 zile de la semnarea contractului; * Piesa / piesele să fie compatibile cu mașina de spălare și dezinfecție endoscoape "Medivators ISA, Cantel" Garanție: * Minim 6 luni pentru piesele montate;  Înlocuire Set Filtre pentru apa de microfiltrare, inclusiv lucrările de înlocuire și ajustare	-
13	50420000-5	13. Servicii de reparație a dulapului de stocare	-	-	-	Reparația dulapului de stocare endoscoape "Medivators ESC, Cantel" prin :	Reparația dulapului de stocare endoscoape "Medivators ESC, Cantel" prin :	-

		endoscoape "Medivators ESC, Cantel" prin înlocuire kit de mententanta anuala				* Înlocuire KIT Mententanta anuala, pentru dulap de pastrare a endoscoapelor ESC, inclusiv serviciile de înlocuire si calibrare;Condiții:* Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ;* Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - maxim 15 zile de la semnarea contractului;* Piesa / piesele să fie compatibile cu dulapul de stocare endoscoape "Medivators ESC, Cantel"Garanție:*Minim 6 luni pentru piesele montate;	* Înlocuire KIT Mententanta anuala, pentru dulap de pastrare a endoscoapelor ESC, inclusiv serviciile de înlocuire si calibrare;Condiții:* Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ;* Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - maxim 15 zile de la semnarea contractului;* Piesa / piesele să fie compatibile cu dulapul de stocare endoscoape "Medivators ESC, Cantel"Garanție:*Minim 6 luni pentru piesele montate;	
14	50420000-5	14. Servicii de reparație a ventilatorului pulmonar de frecvență înaltă "Twin Stream, Carl Reiner" prin înlocuire UFO O2-Sensor & Filtru oxigen	-	-	-	Reparația ventilatorului pulmonar de frecvență înaltă "Twin Stream, Carl Reiner"prin :* Înlocuire UFO O2-Sensor, Filtru oxigen;* Calibrare dispozitiv;Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ;* Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - maxim 15 zile de la semnarea contractului; * Piese să fie compatibile cu ventilatorul pulmonar de frecvență înaltă "Twin Stream, Carl Reiner" Garanție:*Minim 6 luni pentru piesele montate;	Reparația ventilatorului pulmonar de frecvență înaltă "Twin Stream, Carl Reiner"prin :* Înlocuire UFO O2-Sensor, Filtru oxigen;* Calibrare dispozitiv;Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ;* Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - maxim 15 zile de la semnarea contractului; * Piese să fie compatibile cu ventilatorul pulmonar de frecvență înaltă "Twin Stream, Carl Reiner" Garanție:*Minim 6 luni pentru piesele montate;	-
15	50420000-5	15. Servicii de reparație a videogastroscoapului "GIF-H185, Olympus" prin ajustarea unghiurilor	-	-	-	Reparația videogastroscoap "GIF-H185, Olympus" prin: * Reparație prin ajustarea unghiurilor; Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ;* Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile;Garanție:*Minim 6 luni;	Reparația videogastroscoap "GIF-H185, Olympus" prin: * Reparație prin ajustarea unghiurilor; Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ;* Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile;Garanție:*Minim 6 luni;	-
16	50420000-5	16. Servicii de reparație a videogastroscoapului "GIF-H185, Olympus"prin schimbarea canalului instrumentar	-	-	-	Reparația videogastroscoapului "GIF-H185, Olympus" prin :* Reparație prin schimbarea canalului instrumentar;Condiții:* Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ;* Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile; * Piese să fie compatibile cu video gastroscoap cu un canal "Olympus GIF-H185";Garanție:*Minim 6 luni pentru piesele montate;	Reparația videogastroscoapului "GIF-H185, Olympus" prin :* Reparație prin schimbarea canalului instrumentar;Condiții:* Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ;* Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile; * Piese să fie compatibile cu video gastroscoap cu un canal "Olympus GIF-H185";Garanție:*Minim 6 luni pentru piesele montate;	-

17	50420000 -5	17.Servicii de reparație a videogastroscoapului "GIF-H185, Olympus" prin schimbarea cauciucului capului distal	-	-	-	Reparația videogastroscoapului "GIF-H185, Olympus" prin : * Reparație prin schimbarea cauciucului capului distal; Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului; * Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile; * Piesele să fie compatibile cu video gastroscoap cu un canal "Olympus GIF-H185"; Garanție: * Minim 6 luni pentru piesele montate;	Reparația videogastroscoapului "GIF-H185, Olympus" prin : * Reparație prin schimbarea cauciucului capului distal; Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului; * Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile; * Piesele să fie compatibile cu video gastroscoap cu un canal "Olympus GIF-H185"; Garanție: * Minim 6 luni pentru piesele montate;	-
18	50420000 -5	18. Servicii de reparație a videogastroscoapului "GIF-2TH180, Olympus" prin ajustarea unghiurilor	-	-	-	Reparația videogastroscoapului "GIF-2TH180, Olympus" prin : * Reparație prin ajustarea unghiurilor; Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului; * Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile; Garanție: * Minim 6 luni ;	Reparația videogastroscoapului "GIF-2TH180, Olympus" prin : * Reparație prin ajustarea unghiurilor; Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului; * Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile; Garanție: * Minim 6 luni ;	-
19	50420000 -5	19. Servicii de reparație a videogastroscoapului "GIF-2TH180, Olympus" prin schimbarea canalului instrumentar	-	-	-	Reparația videogastroscoapului "GIF-2TH180, Olympus" prin: * Reparație prin schimbarea canalului instrumentar; Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului; * Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile; * Piesele să fie compatibile cu video gastroscoap cu 2 canale "GIF-2TH180, Olympus"; Garanție: * Minim 6 luni pentru piesele montate;	Reparația videogastroscoapului "GIF-2TH180, Olympus" prin: * Reparație prin schimbarea canalului instrumentar; Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului; * Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile; * Piesele să fie compatibile cu video gastroscoap cu 2 canale "GIF-2TH180, Olympus"; Garanție: * Minim 6 luni pentru piesele montate;	-
20	50420000 -5	20.Servicii de reparație a videocolonoscoapului "CF-H185L, Olympus" prin schimbarea cauciucului capului distal	-	-	-	Reparația videogastroscoapului "GIF-2TH180, Olympus" prin: * Reparație prin schimbarea cauciucului capului distal; Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului; * Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile; * Piesele să fie compatibile cu video gastroscoap cu 2 canale "GIF-2TH180, Olympus"; Garanție: * Minim 6 luni pentru piesele montate;	Reparația videogastroscoapului "GIF-2TH180, Olympus" prin: * Reparație prin schimbarea cauciucului capului distal; Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului; * Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile; * Piesele să fie compatibile cu video gastroscoap cu 2 canale "GIF-2TH180, Olympus"; Garanție: * Minim 6 luni pentru piesele montate;	-

21	50420000 -5	21.Servicii de reparație a videocolonoscopului "CF-H185L, Olympus" prin ajustarea unghiurilor	-	-	-	Reparația videocolonoscopului "CF-H185L, Olympus" prin : * Reparație prin ajustarea unghiurilor;Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile;Garanție: *Minim 6 luni ;	Reparația videocolonoscopului "CF-H185L, Olympus" prin : * Reparație prin ajustarea unghiurilor;Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile;Garanție: *Minim 6 luni ;  ajustarea unghiurilor, eliminarea mersului in gol.	-
22	50420000 -5	22. Servicii de reparație a videocolonoscopului "CF-H185L, Olympus" prin schimbarea canalului instrumentar	-	-	-	Reparația videocolonoscopului "CF-H185L, Olympus" prin : * Reparație prin schimbarea canalului instrumentar;Condiții:* Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile; * Piesele să fie compatibile cu videocolonoscop "CF-H185L, Olympus";Garanție:*Minim 6 luni pentru piesele montate;	Reparația videocolonoscopului "CF-H185L, Olympus" prin : * Reparație prin schimbarea canalului instrumentar;Condiții:* Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile; * Piesele să fie compatibile cu videocolonoscop "CF-H185L, Olympus";Garanție:*Minim 6 luni pentru piesele montate;  schimbarea canalului instrumentar	-
23	50420000 -5	23. Servicii de reparație a videocolonoscopului "CF-H185L, Olympus" prin schimbarea cauciucului capului distal	-	-	-	Reparația videocolonoscopului "CF-H185L, Olympus" prin:* Reparație prin schimbarea cauciucului capului distal;Condiții:* Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile; * Piesele să fie compatibile cu videocolonoscop "CF-H185L, Olympus";Garanție:*Minim 6 luni pentru piesele montate;	Reparația videocolonoscopului "CF-H185L, Olympus" prin:* Reparație prin schimbarea cauciucului capului distal;Condiții:* Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile; * Piesele să fie compatibile cu videocolonoscop "CF-H185L, Olympus";Garanție:*Minim 6 luni pentru piesele montate;  schimbarea cauciucului capului distal	-
24	50420000 -5	24. Servicii de reparație a videoduodenoscop "TJF-Q180V, Olympus" prin ajustarea unghiurilor	-	-	-	Reparația videoduodenoscopului "TJF-Q180V, Olympus" prin:* Reparație prin ajustarea unghiurilor; Condiții:* Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile; Garanție:*Minim 6 luni;	Reparația videoduodenoscopului "TJF-Q180V, Olympus" prin:* Reparație prin ajustarea unghiurilor; Condiții:* Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile; Garanție:*Minim 6 luni;  ajustarea unghiurilor, eliminarea mersului in gol	-
25	50420000 -5	25.Servicii de reparație a videoduodenoscop "TJF-Q180V, Olympus" prin schimbarea canalului instrumentar	-	-	-	Reparația videoduodenoscopului "TJF-Q180V, Olympus" prin:* Reparație prin schimbarea canalului instrumentar;Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs	Reparația videoduodenoscopului "TJF-Q180V, Olympus" prin:* Reparație prin schimbarea canalului instrumentar;Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de	-

						de maximum 15 zile;* Piesele să fie compatibile cu videoduodenoscop "TJF-Q180V, Olympus";Garanție:*Minim 6 luni pentru piesele montate;	maximum 15 zile;* Piesele să fie compatibile cu videoduodenoscop "TJF-Q180V, Olympus";Garanție:*Minim 6 luni pentru piesele montate;	
26	50420000-5	26.Servicii de reparație a videoduodenoscop "TJF-Q180V, Olympus" prin schimbarea cauciucului capului distal	-	-	-	Reparația videoduodenoscopului "TJF-Q180V, Olympus"prin:* Reparație prin schimbarea cauciucului capului distal;Condiții:* Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ;* Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile; * Piesele să fie compatibile cu videoduodenoscop "TJF-Q180V, Olympus";Garanție:*Minim 6 luni pentru piesele montate;	Reparația videoduodenoscopului "TJF-Q180V, Olympus"prin:* Reparație prin schimbarea cauciucului capului distal;Condiții:* Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ;* Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - la solicitare, în decurs de maximum 15 zile; * Piesele să fie compatibile cu videoduodenoscop "TJF-Q180V, Olympus";Garanție:*Minim 6 luni pentru piesele montate;	-
							schimbarea canalului instrumentar	
							schimbarea cauciucului capului distal	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**