

Specificații tehnice

Numărul licitației:	21075923 / ocds-b3wdp1-MD-1678893907083	18.04.2023	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” (listă suplimentară 6)	Lot:16	Pagina: 1 din 3

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
15	Fereastră chirurgical mare, oscilant electric	Fereastră chirurgical mare, oscilant electric	BJ4200 BJ4001 BJ1002-4 BJ4201 BJXDH4200	China	Bojin Medical Instrument	Fereastră chirurgical mare, oscilant electric. Descriere Fereastră chirurgical mare, oscilant electric folosit în intervenții de amputații de membre, osteotomii de mărimi mari. Parametru Specificație Material Inox, rezistent la sterilizare chimică și sterilizare (135°C) Timp funcționare, min ≥15 Viteza de oscilație 0-20000 oscilații / minut Putere, W ≥100 Schimbarea și atașarea lamelor da, fără cheie Creșterea temperaturii dispozitivului în timpul lucrului Nu mai mult de 20°C Greutate, gr ≤950 Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135°C Viteza de rotație, r.p.m ≥ 900 Zgomot (db) ≤75 Mecanism Ușor demontabil pentru a fi ușor prelucrat și dezinfectat Mecanism de blocare da Carcasă sterilizabilă da	Fereastră chirurgical mare, oscilant electric. Descriere Fereastră chirurgical mare, oscilant electric folosit în intervenții de amputații de membre, osteotomii de mărimi mari. Parametru Specificație Toate componentele, în afara de Baterii și Dispozitivul de încărcare, sunt confecționate din inox și se sterilizează prin metoda de autoclavare 135°C. 1.Piesa de mână BJ4200 (pagina 1). Piesa de mână Electric da – Electrică (alimentată de la baterie) (pagina 2). Timp funcționare: ≥ 30 min (pagina 2) (solicitat ≥15, oferit ≥ 30 min). Viteza de oscilație reglabilă: 0 – 15000 oscilații / minut(pagina 1,3) (solicitat 0-20000, oferit 0-15000). Putere, W ≥100(pagina 1, 2). Schimbarea și atașarea lamelor, fără cheie: Schimbarea lamelor Adaptorului fereastră oscilatoriu fără chee (pagina 3). Greutate, gr. ≤950(pagina 2). Sterilizare, metoda autoclavare 135°C. Viteza de rotație: Ajustabilă 0 - 1100 rpm (pagina 3) (solicitat ≥900 rpm, oferit 0 – 1100 rpm). Comutator Înainte și Înapoi cu modul sigur. Zgomot (db) ≤75 db (pagina 2). Mecanism ușor demontabil pentru a fi ușor prelucrat și dezinfectat: Da(pagina 2). Mecanism de blocare: Mecanism de blocare a Adaptorului Fereastră oscilant și Bateriei (pagina 2). Carcasă sterilizabilă: Carcasa motorului, capacul bateriei și setul transfer aseptice al bateriei autoclavabile (pagina 2). Creșterea temperaturii dispozitivului în timpul lucrului: Nu mai mult de 20°C (pagina 2).	ISO, CE

1	2	3	4	5	6	7	8
					Baterii ≥ 2 buc., ușor demontabile cu autonomie de la bateriei - ≥ 100 min. Indicator stare baterie da Stație încărcare baterii da, pentru min. 2 buc. la 220V, 50Hz Accesorii: Lămi pentru fereastră,(lățimea lamelor, mm) 10 5 buc. 15-20 10 buc. 25-30 10 buc. Cablu de alimentare Pentru priza de tip Schuko da, min. 1 buc. Container cu accesorii de fixație în timpul sterilizării 1 buc. Geanta pentru pastrare si transportare 1 buc.	2.Bateria BJ4001(pagina 1). Baterii: 2 buc. (pagina 2). Ușor demontabile: Inserare telescopică, inserare/extragere ușoară (pagina 2). Autonomie cu bateria încărcată deplin: ≥ 30 min (pagina 2)(solicitat ≥ 15, oferit ≥ 30 min). Tip baterie: Ni-Mh reîncărcabilă, 14.4V / 1800mAh. Non-memory. Nesterilizabilă. Scut de protecție contact cu carcasa. 3.Dispozitiv încărcare baterii BJ1002-4(pagina 4). Indicator stare baterie: Indicator luminos (pagina 2, 4). Număr baterii încărcate simultan: 4 baterii (pagina 2, 4). Alimentare: 110-250V, 50/60Hz (pagina 2, 4). Tensiunea de încărcare: 17.5V (încărcarea simultană a 4 baterii). Curentul de alimentare: 700mAh. 4.Adaptor Fereastră oscilant BJ4201(pagina 1). Cap rotativ; 360° - stânga, dreapta, jos, sus (pagina 3). Frecvența: Ajustabilă 0 – 15000 cicluri/min (pagina 1, 3). Sterilizare: Autoclavare 135° (pagina 3). Inserarea lamelor: Quick coupling (fără chee) (pagina 3). Amplitudinea de oscilare: 5 grade. Accesorii: Lame pentru fereastră oscilant(pagina 3, 6, 7): Lame Lungimea 90mm, lățimea 10mm, grosimea 1.0mm – 5 buc. (pagina 3, 6) Lame Lungimea 90mm, lățimea 18mm, grosimea 1.0mm –10 buc. (pagina 3, 6) Lame Lungimea 90mm, lățimea 25mm, grosimea 1.0mm –10 buc. (pagina 3, 7) Cablu de alimentare standard European - 1 buc. (pagina 3). Container BJXDH4200 pentru păstrare, transportare și sterilizare, cu accesorii de fixație în timpul transportării și sterilizării - 1 buc.(pagina 3).	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Altele: Garanție ≥ 2 ani da Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. da Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). da Transportare la locul necesar da Instalarea și testarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Training pentru utilizatori Pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică, etc. da Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces, etc. da	Altele: Garanție: Piesa de mână, adaptoarele și dispozitivul de încărcare: 2 ani (pagina 3). Manuale de utilizare În limba de stat (Română) – La livrare. Manuale de utilizare În limba Engleză – Atasat la ofertă. Manual de service în limba Engleză – La livrare. Transportare la locul necesar - da. Instalarea și testarea la locul necesar da. Deservire în perioada de garanție și postgaranție - da. Training pentru utilizatori: Pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică, - da. Training pentru personal tehnic: Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces - da.	

NOTE:

Produse [identice](#) livrate în 2014:

- **Beneficiari:** IMSP (Licitația Publică nr. 13/00930 “Achiziționarea dispozitivelor medicale (burgiurilor) în scopul asigurării funcționalității subdiviziunilor instituțiilor medico-sanitare publice din republică”
Produse livrate: Piesă de mână [BJ 4200](#) – 35 buc., Stație încărcare baterii [BJ 1002-4](#)– 35 buc., Adaptor Ferestru oscilant [BJ 4201](#)– 13 buc., Adaptor Ferestru alternativ BJ 4209 – 13 buc., Adaptor Freză de alezaj BJ 4207B – 13 buc., Adaptor Burghiu canulat BJ 4203B – 35 buc., Adaptor Ghid introdus broșe BJ 4213 – 35 buc., Baterii [BJ 4001](#) – 70 buc.

Produse similare livrate în 2021, Beneficiari:

- **IMSP Institutul de Medicină Urgentă** (LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1610960571058 din 04.02.2021 privind achiziționarea *Implanturilor traumatologice - ortopedice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2021*, **Contract nr. 21/02-MT/204 din 18.03.2021**, poz.11.16. Masina de gaurit, medicala, cu cate 2 acumuloare, Seria BJZ-1, Model BJ1102A, Bojin Medical Instrument)
- **IMSP Institutul Oncologic** (LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1619684758545 din 28.06.2021 privind achiziționarea *Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 4)*, **Contract nr. 21/08-IO/229LPCA din 15.09.2021**, Lot 15. Dispozitiv electric chirurgical pentru taierea oaselor prin miscari oscilatorii, Seria BJJ-1, Model BJ1101, Bojin Medical Instrument)

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: Iarovoi Petru În calitate de: Director
Ofertantul: FPC SOGNO SRL Adresa: MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2