

Anexa nr.22									
Specificații Tehnice									
Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024									
Obiectul de achiziție: privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	78	Hemoglobinometru (caracteristici de bază) 150800	Hemoglobinometru (caracteristici de bază) 150800	SISTEM DE TESTARE A HEMOGLOBIN EI (C111-3021+C131-3021)	SUA	ACON LABORATORIE S INC.	Hemoglobinometru (caracteristici de bază) Cod 150800 Descriere "Hemoglobinometre specializate, bazate pe tehnologia spectrofotometrică pentru testarea mostrelor de sînge, ser, plasma. " Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Volumul minimal al probei ≤ 10 µL Diapazon minim de măsurare 4.3 - 15.5 mmol/L Timpul de măsurare ≤ 15 sec. Ecran LCD obligatoriu Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată Oprere automată obligatoriu Memoria numărul de teste ≥ 700 Data/ora și rezultatul probei obligatoriu Baterie internă obligatoriu Autonomie de la baterie ≥ 2500 teste Indicator baterie descărcată obligatoriu Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile obligatoriu Baterie ≥ 1 buc. "Geantă de transport pentru dispozitiv și accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste)" obligatoriu Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere obligatoriu Soluție sau stripuri de control obligatoriu Ace sterile de unică utilizare ≥ 500 buc. "Teste cu termenul de valabilitatea min. 12 luni la momentul livrării" ≥ 500 buc.	Hemoglobinometru ACON HB Hemoglobin Testing System (C111-3021). Descriere "Hemoglobinometre specializate, bazate pe tehnologia spectrofotometrică pentru testarea mostrelor de sînge, ser, plasma. " Parametru Specificația Metoda Electrochimică. Tip probă Capilar Volumul minimal al probei = 10 µL. Diapazon minim de măsurare 2.8 - 15.9 mmol/L. Timpul de măsurare < 15 sec. Ecran LCD. Calibrare automată. Oprere automată după 8 minute. Memoria numărul de teste = 1000 teste cu data/ora și rezultatul probei. Baterie internă. Autonomie de la baterie = 2700 teste. Indicator baterie descărcată. Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei. Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile sunt compatibile. 3AAA baterii. Geantă de transport pentru dispozitiv și accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste). Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere obligatoriu Soluție sau stripuri de control obligatoriu Ace sterile de unică utilizare = 500 buc. + "Teste cu termenul de valabilitatea min. 12 luni la momentul livrării" = 500 buc. (Mission® Hb Hemoglobin Test Strips C131-3021 + MISSION® LANCETS C121-3041) . Broșura (pagina 2) și manual de utilizare se anexează.	Nr. de Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - Mission® Hb Hemoglobin Testing System (C111-3021) - DM000395541; Mission® Hb Hemoglobin Test Strips (C131-3011) - DM000395544; MISSION® LANCETS 9MISSION® LANCETS (C121-3041) - DM000415322.

33100 000-1	83	Coagulometru automat 151100	Coagulometru automat 151100	COATRON A4 (809000)	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Coagulometru automat Cod 151100 Descriere Coagulometru automat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui destinat pentru utilizarea laboratoarelor specializate. Parametrul Specificația Configurația Capacitatea sistemului ≥ 60 Capacitatea Capacitatea de lucru, probe/h ≥ 150. Numărul de probe simultan la bord ≥ 15 Numărul de probe programate simultan ≥ 40 Tip probă Plasma Teste APTT obligatoriu D-dimer obligatoriu FIB obligatoriu PT obligatoriu TT obligatoriu altele să se indice Incubarea APTT Timp, min să se indice Caracteristici de sistem Autosampler Testul continuu în timp ce se încălză reactivi / consumabile Răcirea reactivilor la bord obligatoriu Data management Display LCD TFT sau LED Imprimantă obligatoriu Interfață PC obligatoriu Interfață LIS obligatoriu Cititor bar cod reagent probă	Coagulometru automat TECO, Coatron A4 (809000) destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui. Capacitatea sistemului - 4 canale de măsurare, independente, simultan (manual de utilizare, pagina 83) capacitate = 80 teste simultan (instrucțiune cuvete). Capacitate de lucru = 156 probe/oră (certificat de performanță). Număr de probe simultane la bord = 24, distribuite în două suporturi a câte 12 poziții (manual de utilizare, pagina 22, 83). Număr de probe programate simultan în mod continuu (manual de utilizare, pagina 33). Tip probă - Plasmă. Teste : PT, APTT, FIB (FIB derivat), TT, teste de factor unic, teste cromogenice și imunoturbidimetrice (broșură, pagina 6). Incubarea APTT 60 – 450s (manual de utilizare, pagina 52). Sistemul Autosampler, permite continuarea testului în timp ce se încălză reactivii/consumabilele, când funcția "Autoskip" este dezactivată (manual de utilizare, pagina 30). Bloc de răcirea reactivilor la bord (manual de utilizare, pagina 23). Data management - Display LCD, tactil (manual de utilizare, pagina 84). <i>Imprimantă grafică termică (broșură, pagina 7)</i>	Nr. de Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - DM000391655
33100 000-1	84	Coagulometru semi-automat 151110	Coagulometru semi- automat 151110	COATRON X PRO (81 101 20)	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Coagulometru semi-automat Cod 151110 Descriere Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui. Parametrul Specificația Configurația Capacitatea sistemului ≥ 2 probe simultan Tip probă plasmă obligatoriu Teste APTT obligatoriu FIB obligatoriu PT obligatoriu TT obligatoriu Data management Display LCD sau LED Imprimantă obligatoriu Interfață PC obligatoriu Interfață LIS obligatoriu Cititor bar cod optional.	Coagulometru semi-automat TECO Coatron X PRO. Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui. Capacitatea sistemului - 2 canale de măsurare independente simultan. Tip probă - plasmă umană citrică. Teste - PT, APTT, TT, FIB, teste de factor unic, teste cromogenice și imunoturbidimetrice. Data management - Display LCD (TFT) tactil colorat de 4,3". Interfață PC (USB), Interfață USB (LIS), Interfață RS232 (Printer), Interfață RS232 (Barcode). La livrare Coagulometrul va fi completat adițional cu cititor barcod, care este indicat în broșura și hășurat cu culoare verde (pagina 6-8). Broșura și manual de utilizarea aparatului TECO Coatron X TOP se anexează.	Nr. de Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - DM000428812
33100 000-1	86	Glucometru (caracteristici de bază) 151200	Glucometru (caracteristici de bază) 151201	ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113- 214)+ ON CALL® LANCETS (G121-3041) +ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS (G133- 111)	SUA	ACON LABORATORIE S INC.	Glucometru (caracteristici de bază) Cod 151200 Descriere "Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. " Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Volumul minimal al probei ≤ 0.7 µL. Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L. Gama hematocritului 25-60 % Timpul de măsurare ≤ 10 sec. Ecran LCD obligatoriu Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată Oprire automată obligatoriu Memoria numărul de teste ≥ 300 Data/ora și rezultatul probei obligatoriu Baterie internă obligatoriu Autonomie de la baterie ≥ 700 teste Indicator baterie descărcată obligatoriu Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile obligatoriu Baterie ≥ 1 buc . Geantă de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste) obligatoriu Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strângere obligatoriu Ace sterile de unică utilizare ≥ 400 buc. Teste cu termenul de valabilitate min. 18 luni ≥ 400 buc..	Glucometru ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113- 214) Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Volumul minimal al probei = 0,5 µL. Gama de măsurare 1.1-33.3 mmol/L. Gama hematocritului 25-60%. Timpul de măsurare = 10 sec. (broșura, pagina 1, hășurat cu verde) Ecran LCD. (manual de utilizare, pagina 5, hășurat cu verde) Calibrarea automată. Oprise automată - 2 minute după ultima acțiune. Memoria numărul de teste = 300 teste cu data/ora și rezultatul probei. Baterie internă CR 2032 3.0V. Autonomie de la baterie = 1000 teste. Indicator baterie descărcată. Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei. (Scrisoarea de confirmare de la producător se anexează) Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile sunt compatibile cu glucometru oferit. Baterie = 1 buc. Geantă de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste). Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strângere. La livrarea vor fi livrate Ace sterile de unică utilizare ON CALL® LANCETS (G124-10A) = 400 buc. și Teste ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS (G133-111) cu termenul de valabilitate min. 18 luni = 400 buc., compatibile cu dispozitivul oferit. (broșura, pagina 1, hășurat cu verde) Manualul de utilizare și broșura de la producător se anexează.	Certificat CE, Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație, Nr. de Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM - DM000399134, ON CALL® LANCETS - DM000415323, ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS - DM000399183.

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chişinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9