

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744978708263								
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.9)								
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE								
nr. crt	Cod	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
7	33100000-1	Sterilizator	Sterilizator ГП-40	Ucraina	MI-ZMA	Sterilizator 40 L Cod 270310 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarmer acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul ≥ 40 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200°C Divergență față de temperatura setată ≤ 1°C Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min 120°C, 45 min Rezoluția de programare 1°C Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75°C Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C Timpul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 2 Alimentare 200-240V, 50 Hz	Sterilizator 40 L Cod 270310 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox da Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă da, punctul 1.4.1 Regimuri de sterilizare programabile da punctul 2.3.9 Protecție la supraîncălzire analogical digitală da punctul 2.3.8 Alarmer acustică da punctul 2 vizuală da Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 40 l da Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior da Temperatura 50 - 200°C da punctul 2.3.9 Divergență față de temperatura setată 3°C Abatere timp 3 min Timp încălzire până la temperatura setată 35 min punctul 1 Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min da 160°C, 150 min da 120°C, 45 min da Rezoluția de programare 1°C Timpul de răcire 35 min, pînă la 65°C da Deconectare de avariere la temperatura 220°C punctul 2.3.8 Timpul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore da punctul 2.3.9 Rafturi 4 Alimentare 220V, 50 Hz da punctul 1	ISO, Declarație de conformitate

12	33100000-1	Pat manual de îngrijire a pacientului, 3 manivele	U0096	Turcia	OMMED	Descriere: Pat pentru îngrijirea a pacienților în IMSP, cu reglări mecanice. Parametru Specificație Design ușor de utilizat, confortabil și elegant da Reglarea spătarului, a înălțimii și a picioarelor prin mecanismul menivelei da Manivele de mână ușor de depozitat da Șine laterale pliabile pe toată lungimea da Plăci detașabile (PP) pentru cap și picioare da Fowler și pozițiile vasculare da Suprafața de așezare metalică perforată da Cadru metalic vopsit electrostatic cu pulbere da Reglarea suportului pentru picioare prin clichet da Stâlp IV reglabil pe înălțime da Roți pivotante 2 cu frână da Bare de protecție din plastic/cauciuc pe patru colțuri da Saltea inclusă da Lungimea totală în diapazonul 210 - 220 cm Lățimea totală în diapazonul 90 - 105 cm Interval de înălțime cu diapazonul minim 43 - 70 Unghiul spătarului 0 - 70 grade Unghiul picioarelor 0 - 30 grade Diametrul rolei 12,5 - 15 cm Spațiu liber sub pat 15 cm Sarcină de lucru sigură minim 230 kg.	Descriere: Pat pentru îngrijirea a pacienților în IMSP, cu reglări mecanice. Parametru Specificație Design ușor de utilizat, confortabil și elegant da Reglarea spătarului, a înălțimii și a picioarelor prin mecanismul menivelei da Manivele de mână ușor de depozitat da Șine laterale pliabile pe toată lungimea da Plăci detașabile (PP) pentru cap și picioare da Fowler și pozițiile vasculare da Suprafața de așezare metalică perforată da Cadru metalic vopsit electrostatic cu pulbere da Reglarea suportului pentru picioare prin clichet da Stâlp IV reglabil pe înălțime da Roți pivotante 2 cu frână da Bare de protecție din plastic Saltea inclusă da Lungimea totală în diapazonul 210 - 220 cm da Lățimea totală în diapazonul 90 - 105 cm da Interval de înălțime cu diapazonul minim 43 - 70 da Unghiul spătarului 0 - 70 grade da Unghiul picioarelor 0 - 30 grade da Diametrul rolei 12,5 - 15 cm da Spațiu liber sub pat 15 cm da Sarcină de lucru sigură minim 230 kg. da	CE, ISO
----	------------	---	-------	--------	-------	---	--	---------

Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator

Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova