

Specificații tehnice

(Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1781098577585					Data: 08.08.2026		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:			Achiziționarea Centralizată a ANALIZATOARELOR și investigațiilor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru 2026 REPETAT II								Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic		standarde de referință	
1	2			3	4	5	6	7	8		
33100 000-1	6.1	Lot nr. 6.1 Analizator portativ (POC) pentru determinarea parametrilor hemostazei	Lot nr. 6.1 Analizator portativ (POC) pentru determinarea parametrilor hemostazei	HS-001 cu accesorii	SUA	Hemosonics LLC	conform anunțului de participare	Descriere Funcția de bază evaluarea și monitorizarea hemostazei în sala de operații, terapie intensivă, UPU la patul pacientului (point of care). DA, pag.2 Parametrul Specificația Dispozitiv tip «point of care» Obligatoriu DA, pag.2 Softul integrat care permite vizualizarea și interpretarea rezultatelor Obligatoriu DA, pag.2 Tehnologia de măsurare / principiu rezonanță (clot viscoelasticity cu o frecvență fixă) / ultrasunet (tehnologie SEER Sonorheometry, estimare a elasticității via rezonanță) DA, pag.1, 5, 14 Teste efectuate hemostază fibrinoliză DA, pag.4 Volum probă ≤ 5 mL DA, 2.7 / 3ml, pag.15 Pregătirea probei – fără pipetare suplimentară, timp preparare ≤ 1 minut Da, pag.2. Parametri analizați CT (Clot Time) CTH (Clot Time with Heparinase) CTR (Clot Time Ratio) CS (Clot Stiffness) PCS (Platelet Contribution to Clot Stiffness) FCS (Fibrinogen Contribution to Clot Stiffness) CSL (Clot Stability to Lysis) Da, pag.14. Să prezinte toate rezultatele timp de maxim 60 minute Da, pag.4. Sistem de control al calității integrat Obligatoriu Da, pag.2. Ecran color, tactil diagonală ≥ 6,5 inch Da, diagonală ~10.3" (22 cm x 14 cm) pag.15. Interfață grafică cu afișare rezultate numerice + grafice Da, pag.4. Alimentare electrică 220 V, 50 Hz Da, pag.6. Stocare și export de date Obligatoriu Da, pag.15. Imprimantă termică Obligatoriu Da, pag.15. Oferta include toate accesoriile necesare pentru buna funcționare a dispozitivului propus, inclusiv UPS, cititor de coduri de bare (tip KT-0029), imprimantă termică (tip KT-0015).		DM000851438 DM000851442 DM000851440	
33100 000-1	6.2	Lot nr. 6.2 Hemostaza (Qplus sau echivalentul)	Lot nr. 6.2 Hemostaza (Qplus sau echivalentul)	Hemostaza QPLUS cu consumabile	SUA	Hemosonics LLC	conform anunțului de participare	Hemostaza QPLUS cu consumabile: - Cartuș QPLUS, art. KT-0010 - Quantra Cleaning Cartridge, art. KT-0012 - Set de control QPLUS LEVEL 1, art. KT-0024 - Set de control QPLUS LEVEL 2, art. KT-0026 - Printer paper roll , art. KT-0030 Toate consumabilele sunt livrate în set, cu cantitate suficientă pentru a efectua testele solicitate de beneficiarul final		DM000854805 DM000851439 DM000853129 DM000853130	
33100 000-1	6.3	Lot nr. 6.3 Fibrinoliză (Qstat sau echivalentul)	Lot nr. 6.3 Fibrinoliză (Qstat sau echivalentul)	Fibrinoliza QSTAT cu consumabile	SUA	Hemosonics LLC	conform anunțului de participare	Fibrinoliza QSTAT cu consumabile: - Cartuș QSTAT, art. KT-0022 - Quantra Cleaning Cartridge, art. KT-0012 - Set de control QPLUS LEVEL 1, art. KT-0024 - Set de control QPLUS LEVEL 2, art. KT-0026 - Printer paper roll , art. KT-0030 Toate consumabilele sunt livrate în set, cu cantitate suficientă pentru a efectua testele solicitate de beneficiarul final		DM000853473 DM000851439 DM000853126 DM000853128	

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: "Tetis International Co" SRL

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**