

**SPECIFICAȚII TEHNICE  
pentru IMSP Spitalul Clinic Republican, Timofei Moșneaga”**

Numărul procedurii de ocde-b3wdp1-MD-1651130054540 / 21055740	din: 31 mai 2022
Obiectul achiziției: <b>Necesarul de piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2022</b>	

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
41	33100000-1	Lot 41: AGSS plug, straight, 23 mm nozzle, DIN EN 737-2/4 (902.071)	AGSS angle probe 1L ISO	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu priza pentru gaze medicale AGSS standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu priza pentru gaze medicale AGSS standart DIN.	CE, ISO
42	33100000-1	Lot 42: Angle plug, DIN 13260, VAC, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.612)	ANGLE PROBE VAC / CN / 6,3	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu priza pentru gaze medicale VAC standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu priza pentru gaze medicale VAC standart DIN.	CE, ISO
43	33100000-1	Lot 43: Angle plug, DIN 13260, AIR, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.613)	ANGLE PROBE AIR / CN / 6,3	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu priza pentru gaze medicale AIR standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu priza pentru gaze medicale AIR standart DIN.	CE, ISO
44	33100000-1	Lot 44: Angle plug, DIN 13260, O2, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.611)	ANGLE PROBE O2 / CN / 6,3	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu priza pentru gaze medicale O2 standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu priza pentru gaze medicale O2 standart DIN.	CE, ISO
57	33100000-1	Lot 57: Kit de mentenanță + instalare pentru Drager Fabius Plus	Fabius Service Set + instalare	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Masina de Anestezie Drager, Fabius Plus. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Masinii de Anestezie Drager, Fabius Plus.	CE, ISO
58	33100000-1	Lot 58: Kit de mentenanță + instalare pentru Drager Plus XL	Fabius Service Set + instalare	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Masina de Anestezie Drager, Fabius Plus XL. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Masinii de Anestezie Drager, Fabius Plus XL.	CE, ISO
59	33100000-1	Lot 59: Acumulatori Lead-acid 12V/3.5AH/20HR REF: G191053	Battery Fabius	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Masina de Anestezie Drager, Fabius Plus. Produs în 2022. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Masinii de Anestezie Drager, Fabius Plus.	CE, ISO
67	33100000-1	Lot 67: Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Drager Infinity Delta	SCIO FOUR	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Cu cablu interconectare compatibil cu portul X8 al monitorului Drager Infinity Delta. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul monitorului de pacient Drager Infinity Delta.	CE, ISO
101	33100000-1	Lot 101: Sensor de oxigen (Ref:MX01049)	OxyTrace VE	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Dispozitivului p/u Respir. Artif. Drager Savina 300	CE, ISO
102	33100000-1	Lot 102: Insert pentru senzor de flux neonatal, sterilizabil (ref: 8410179)	Neonatal flow sensor insert (5x)	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Dispozitivului p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500.	CE, ISO
110	33100000-1	Lot 110: Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 3375834)	SPO2 NELLCOR INTERM CABLE, 2M	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Reutilizabil. Lungimea cablului minim 2m. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Monitorului de pacient Drager Infinity Delta.	CE, ISO

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
119	33100000-1	Lot 119: Lead-Acid Battery (ref: 5947697)	REPLACEMENT BATTERY, LEAD ACID	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Anul de producere 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Monitorului de pacient Drager Infinity Delta.	CE, ISO
123	33100000-1	Lot 123: Piesă Y	Y piece	Lituania	Intersurgical	Compatibil cu circuitele pentru ventilare pulmonară pentru adulți cu diametrul 22mm pentru ventilatoarele pulmonare. Port cu diametrul 7.5-8mm pentru senzorul de temperatură. Sterilizabil. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Clear latex free Y-Piece with 22M/15F and 22M tapers and 7.6mm ports with retainable caps plus grip feature to ensure a good fit with the 'push & twist' method. Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul produsului. Compatibil cu circuitele pentru ventilare pulmonară pentru adulți cu diametrul 22mm pentru ventilatoarele pulmonare. Port cu diametrul 7.5-8mm pentru senzorul de temperatură.	CE, ISO
		<b>Lot 128: Piese pentru XN-1000</b>						
128.1	33100000-1	Lot 128.1: Unitate pentru prelucrarea eprubetelor "ASP_ASSY(PM)NO.8" p/u XN-1000	ASP ASSY (PM) NO.8	Japonia	Sysmex	Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul analizatorului Sysmex XN-1000.	CE, ISO
128.2	33100000-1	Lot 128.2: XN TRAY KIT	XN TRAY KIT	Japonia	Sysmex	Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul analizatorului Sysmex XN-1000.	CE, ISO
129	33100000-1	Lot 129: Lampa halogena p/u CS-2100i	LAMP HALOGEN FOR CS	Japonia	Sysmex	Compatibil cu analizatorul Sysmex CS-2100i. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul analizatorului Sysmex CS-2100i.	CE, ISO
175	33100000-1	Lot 175: Presostat aer, 24881-0032	PRESOSTAT OF WASHING MAT LD2314	Spania	Matachana	Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. REF: (24881-0032).	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul mașinii spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314.	CE, ISO
178	33100000-1	Lot 178: Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM)	O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM	Spania	Matachana	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Sterilizatorului Matachana S1008-E2.	CE, ISO
179	33100000-1	Lot 179: Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM)	JOINT O RING LEVEL SWITCH LEVEL GENERATOR S1000	Spania	Matachana	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Sterilizatorului Matachana S1008-E2.	CE, ISO
180	33100000-1	Lot 180: Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar	COMPLEMENT VALVE CIRCUIT FOR SUPPORT OF AIR CUT "NO"	Spania	Matachana	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: PXB-B392	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Sterilizatorului Matachana S1008-E2.	CE, ISO
181	33100000-1	Lot 181: Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm	VALVE STAINLESS STEEL HYDROPNEUMATIC BURKERT. 2 WAYS 3/4"	Spania	Matachana	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: 182750	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Sterilizatorului Matachana S1008-E2.	CE, ISO
189	33100000-1	Lot 189: Valva de control pneumatica, 24VDC	PNEUMATIC VONTROL VALVE	Spania	Matachana	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Sterilizatorului Matachana S1008-E2.	CE, ISO
191	33100000-1	Lot 191: Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314	Silicone tube for lubricant pump, MAT LD 2314	Spania	Matachana	Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul mașinii spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314.	CE, ISO

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
195	33100000-1	Lot 195: Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314	Tube for chemical pump, MAT LD 2314	Spania	Matachana	Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul mașinii spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314.	CE, ISO
196	33100000-1	Lot 196: Element încălzitor p/t sterilizator Matachana S1008-E2.	RESISTANCE 20KW	Spania	Matachana	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Sterilizatorului Matachana S1008-E2.	CE, ISO
197	33100000-1	Lot 197: Supapa de retur cu filtru din oțel inoxidabil, VR9	NON-RETURN VALVE WITH FILTER STAINLESS STEEL 1/2 \"	Spania	Matachana	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Sterilizatorului Matachana S1008-E2.	CE, ISO
202	33100000-1	Lot 202: Pompa de umplere a generatorului de abur	CENTRIFUGE PUMP AUTOASPIRATING	Spania	Matachana	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: M1	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Sterilizatorului Matachana S1008-E2.	CE, ISO
203	33100000-1	Lot 203: Baterie panel de control, lucru la temperaturi ridicate, Sterilizator Matachana S1008-E2	Battery for control panel	Spania	Matachana	Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. Lucru pana la temperatura de +85C.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Sterilizatorului Matachana S1008-E2.	CE, ISO
204	33100000-1	Lot 204: Sensor de presiune absoluta (0-4Bar) Ref: SP12	WIKA A10 P. TRANSDUCER, 0-4BAR	Spania	Matachana	Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. Ref: SP12	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Sterilizatorului Matachana S1008-E2.	CE, ISO

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Semnat: \_\_\_\_\_

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**