

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

NR licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1610362676709 (21033728)	Data: 30 ian 2021, 14:38 - 10 febr 2021, 10:04	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” reactive și consumabile medicale conform necesităților pentru anul 2021	Lot: 61	Pagina: 1 din 1

NR. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referin ță
	1	2	3	4	5	6	7	8
61		Centrifugă cu racire						
61.1	33100000-1	Centrifugă cu racire	LBC-12	INDIA	LABTOP	Destinație: pentru centrifugarea unităților de sânge în procesul de producere. Centrifuga cu racire de podea cu capacitate de centrifugare pentru 12 containere de sange la un ciclu; Construcție solidă, pentru utilizare continua, ce va asigura protecția activității dispozitivului; Toleranța dezechilibrului aprox. 30g; Diapazon minim – 100 ± 50 rpm, Diapazon maxim – nu mai puțin de 4.900 rpm; Identificare automată a rotorului pentru evitarea depășirii vitezei; Refrigerare eficientă (agent de racire analog la R404a), răcire în stand-by; Temperatura reglabilă între -20°C.....+40°C; Suprafețele interioare (incinta) de inox; Rotorul cu 6 pahare metalice, în care se pot încorpora câte 1(unu) pahar din plastic rezistent, cu capacitatea de amplasare a 2 unități de sânge colectat; Capac securizat cu două blocaje motorizate care asigură închidere sigură a capacului; Deschiderea capacului se face cu arcuri pneumatice; Deschidere de urgență a capacului în caz de întrerupere a curentului; Unitatea de control integrată în panoul de comandă; Interfața RS232 pentru stocare de date; Fereastra de vizionare în capacul centrifugei pentru controlul extern al vitezei; Controlată de un microprocesor cu afisaj LCD mare, panoul de control fiind ușor de programat cu o singură mână sau cu mânuși; tastatura acoperită cu folie de protecție anti-stropi; indicând în permanență atât valorile presetate, cât și cele actuale; Possibilitate de memorare minim 10 programe; Dotată cu semnalizator de alarmă în caz de eroare; Dotată cu picioare reglabile, prevăzute cu roți; Dotată cu 24 de pahare din material rezistent procesului de centrifugare, fiecare din acesta cu capacitatea de amplasare a 2 unități de sânge.	conform broșurei anexate si anexa Nr1	CE/ISO

Ofertantul: “AG Medical”SRL

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Rusu Cristina**

În calitate de: **administrator**