

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1637766696595 din 15.12.2021

Obiectul achiziției: Consumabile medicale pentru Secția morfopatologie sistem deschis pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 19. Lame pentru microtom MX35	08-636-0	Japonia	Kai Industries	Lungimea:80mm; lățimea:8mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni.	Lungimea:80mm; lățimea:8mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului vor conține caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare va fi prezentat în limba romana sau limba rusă. De la deschidere vor fi valabile nu mai puțin 12 luni.	
Lot 20. Lame pentru microtom HP35 Ultra	08-640-1	Japonia	Kai Industries	Lungimea:75mm; lățimea:10mm; 34grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în	Lungimea:75mm; lățimea:10mm; 34grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu	

				mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni.	cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului vor contine caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare va fi prezentat în limba romana sau limba rusă. De la deschidere vor fi valabile nu mai puțin 12 luni.	
Lot 22. Casete histologice cu capace	BPKK00015	Turcia	Moslab	(Material –masă plastică, unica folosință) pentru procesarea histopatologică a materialului bioptic și postoperator și incluzionarea în blocurile parafinice. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Material –masă plastică, unica folosință) pentru procesarea histopatologică a materialului bioptic și postoperator și incluzionarea în blocurile parafinice. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau