

Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1658754515985	Data: 11.09.2022
Obiectul achiziției:	Achiziționarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităților instituțiilor me dico-sanitare publice (IMSP) pentru anul	Lot: 54,60,61,62,85,86,87,88.

Cod CPV	Nr. lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1		2	3	4	5	6	7
33100000-1	54	Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 8-10 ml, cu eticheta	Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 8-10 ml, cu eticheta	SST tube MF6322Y	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd.	1. eprubetă cu accelerator cheag+gel separator 2.volum: 8-10 ml 3.cu etichetă; Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documentar de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta	1. eprubetă cu accelerator cheag+gel separator 2.volum: 8 ml 3.cu etichetă; pagina din catalog 48	CE, ISO
33100000-1	60	Lame sticlă ștefuite 26*76*1,0 mm	Lame sticlă șlefuite 26*76*1,0 mm	MF99327101	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd.	Lame sticlă șlefuite, dimensiunea 26*76 ± 1 mm, grosimea 1 ± 0,2 mm Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documentar de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta	Lame sticlă șlefuite, dimensiunea 26*76 ± 1 mm, grosimea 1 ± 0,2 mm, MICROSCOPE SLIDES (Economy grade)	CE, ISO
33100000-1	61	Lame sticlă ștefuite 26*76*2 mm	Lame sticlă șlefuite 26*76*2 mm	MF99327101	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd.	Lame sticlă șlefuite, dimensiunea 26*76 ± 1 mm, grosimea 2 ± 0,2 mm Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documentar de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta	Lame sticlă șlefuite, dimensiunea 26*76 ± 1 mm, grosimea 2 ± 0,2 mm, MICROSCOPE SLIDES (Economy grade)	CE, ISO

33100000-1	62	Lame sticla, 25*75*2 mm	Lame sticla, 25*75*2 mm	MF99327101	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd.	Lame sticla, dimensiunea 25*75 ± 1 mm, grosimea 2 ± 0,2 mm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc.	Lame sticla, dimensiunea 25*75 ± 1 mm, grosimea 2 ± 0,2 mm, MICROSCOPE SLIDES (Economy grade)	CE, ISO
33100000-1	85	Pipete Paster 1 ml	Pipete Paster 1 ml	4815101	China	Zhejiang SKG Medical Technology Co., Ltd	1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 1 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc.	1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 1 ml Pagina din catalog 64	CE, ISO
33100000-1	86	Pipete Paster 0,5 ml	Pipete Paster 0,5 ml	4815051	China	Zhejiang SKG Medical Technology Co., Ltd	1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 0,5 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc.	1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 0,5 ml Pagina din catalog 64	CE, ISO
33100000-1	87	Pipete Paster 2 ml	Pipete Paster 2 ml	4815201	China	Zhejiang SKG Medical Technology Co., Ltd	1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 2 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc.	1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 2 ml Pagina din catalog 64	CE, ISO

33100000-1	88	Pipete Paster 3 ml	Pipete Paster 3 ml	4815301	China	Zhejiang SKG Medical Technology Co., Ltd	1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 3 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accesează înregistrarea produsului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale) * În oferta se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accesează înregistrarea produsului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale)	1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 3 ml Pagina din catalog 64	CE, ISO
		TOTAL							

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Guțan Ghenadie** In calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS "Farmina" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**