

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1754311939142 din 03.10.2025

Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază)

Co d CP V	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință AMED
33100 000-1	43	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Dry View 5700	Film radiografic pentru uz general, imprimare laser 125 SHEETS, 20 X 25 CM, DRYVIEW DVB+	SUA	CARESTREA M HEALTH, INC.	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Dry View 5700 (006982), Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch), Echivalent cu model DVB+, compatibil cu Dry View 5700, Până la 125 bucăți în cutie, Bucată	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Dry View 5700 (006982), Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch), Echivalent cu model DVB+, compatibil cu Dry View 5700, Până la 125 bucăți în cutie, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	AMED DM000003704
33100 000-1	48	Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm	Green,30x40 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm (006987), Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm ambalaj până la 100 bucăți în cutie, Bucată	Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm (006987), Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm ambalaj până la 100 bucăți în cutie, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	AMED DM000283966
33100 000-1	49	Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm	Green,35x35 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm (006988), Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm ambalaj până la 100 bucăți în cutie, Bucată	Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm (006988), Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm ambalaj până la 100 bucăți în cutie, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	AMED DM000283967
33100 000-1	50	Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm	Green,24x30 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm (006989), Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ambalaj până la 100 bucăți în cutie, Bucată	Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm (006989), Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ambalaj până la 100 bucăți în cutie, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	AMED DM000283965
33100 000-1	59	Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm	Green,13x18 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm (006999), Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm ambalaj până la 100 bucăți în cutie, Bucată	Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm (006999), Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm ambalaj până la 100 bucăți în cutie, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	AMED DM000283963
33100 000-1	60	Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm	Green,18x24 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm (007000), Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm ambalaj până la 100 bucăți în cutie, Bucată	Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm (007000), Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm ambalaj până la 100 bucăți în cutie, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	AMED DM000283964
33100 000-1	78	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022)	UPP-110S, 110 MM X 20 M, STANDARD	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022), Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S, Bucată	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022), Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP- 110S, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753653
33100 000-1	79	Hârtie milimetrică 50- 56 mm x 15m (007023)	56 MM X 15 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hârtie milimetrică 50-56 mm x 15m (007023), Hârtie milimetrică ECG 1canal 50-56 mm x 15 m compatibil cu Digital ECG iE, Bucată	Hârtie milimetrică 50-56 mm x 15m (007023), Hârtie milimetrică ECG 1canal 50-56 mm x 15 m compatibil cu Digital ECG iE, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753655

33100 000-1	80	Hârtie milimetrică 80mm x 20m (007024)	80 MM X 20 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hârtie milimetrică 80mm x 20m (007024), Hârtie milimetrică ECG 80 mm x min 20 m compatibil cu ЭК 3Т-01-Р-Д/2, Bucată	Hârtie milimetrică 80mm x 20m (007024), Hârtie milimetrică ECG 80 mm x min 20 m compatibil cu ЭК 3Т-01-Р-Д/2, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753656
33100 000-1	84	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă (007028)	215 MM X 30 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă (007028), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu ECG, Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu ECG Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753657
33100 000-1	85	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă (007029)	80 MM X 20 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă (007029), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301, Bucată	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă (007029), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753656
33100 000-1	88	Hârtie termosensibilă, 56mm x25m (007032)	56 MM X 25 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hârtie termosensibilă, 56mm x25m (007032), parametrii 56 mm x 25 m, tip: rolă, Bucată	Hârtie termosensibilă, parametrii 56 mm x 25 m, tip: rolă Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753655
33100 000-1	92	Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m (007037)	56 MM X 25 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m (007037) , Hârtie termosensibilă, 57x20x12, rolă, Bucată	Hârtie termosensibilă, 56 mm x 25 m, Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753655
33100 000-1	93	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată (007038)	110 MM x 140 MM x 200 FOI, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată (007038), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată caroiaj rosu/albastru, Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată caroiaj rosu/albastru Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753663
33100 000-1	99	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx20m tip: rolă (007044)	110 MM X 20 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx20m tip: rolă (007044), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mx20m tip: rolă caroiaj rosu/albastru, Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mx20m tip: rolă caroiaj rosu/albastru Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753659
33100 000-1	100	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă (007045)	110 MM X 25 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă (007045), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă caroiaj rosu/albastru, Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă caroiaj rosu/albastru Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753661
33100 000-1	103	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă (007049)	145mmx30m tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă (007049), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă caroiaj rosu/albastru, Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă caroiaj rosu/albastru, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753661

33100 000-1	104	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P±10P tip: pliată (007050)	210 MM X 140 MM X 200 FOI, PLIATĂ	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P±10P tip: pliată (007050), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P±10P tip: pliată caroiaj rosu/albastru, Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 200P Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753665
33100 000-1	109	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007055)	210 MM X 30 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007055), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753658
33100 000-1	112	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă (007058)	215 MM X 30 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă (007058), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753657
33100 000-1	114	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă (007060)	56 MM X 18 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă (007060), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă caroiaj rosu/albastru., Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă caroiaj rosu/albastru., Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753655
33100 000-1	115	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă (007061)	57 MM X 25 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă (007061), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă caroiaj rosu/albastru., Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă caroiaj rosu/albastru., Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753655
33100 000-1	118	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă (007064)	63x 30 tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă (007064), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru., Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753668
33100 000-1	119	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă (007065)	80 MM X 20 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă (007065), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru., Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru., Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753656
33100 000-1	120	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă (007066)	80 MM X 30 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă (007066), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru., Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru., Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753655
33100 000-1	122	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată (007068)	80 MM X 90 MMx250 FOI, PLIATĂ	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată (007068), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată caroiaj rosu/albastru, Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753668

33100 000-1	124	Hirtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070)	UPP-110S, 110 MM X 20 M	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hirtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070), Hirtie USG, 110mm x 20m, tip HD echivalent cu UPP-100 HD, Bucată	Hirtie USG, 110mm x 20m, tip HD echivalent cu UPP-100 HD, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753653
33100 000-1	128	Hirtie USG, 110mm x 18m, tip HG (007074)	UPP-110HG, 110 MM X 18 M, HIGH GLOSS	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hirtie USG, 110mm x 18m, tip HG (007074), Hirtie USG, 110mm x 18m, tip HG echivalent Super ULSTAR-1100 HG și SONY 110 HG; , Bucată	Hirtie USG, 110mm x 18m, tip HG echivalent Super ULSTAR-1100 HG și SONY 110 HG; , Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753654
33100 000-1	137	Injector-seringa 200ml (007086)	200ml, compatibil cu Nemoto	China	SHENZHEN ANTMED CO., LTD..	Injector-seringa 200ml (007086), Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7, Bucată	Injector-seringa 200ml (007086), Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7, Bucată 8. Antmed-Syringe-Brochure-1.1.signed	DM000802899
33100 000-1	151	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 100m (007102)	PUNGĂ/RULOU PENTRU STERILIZARE 100mm x 100m	China	Anhui Putian Plastic Industry Co.,Ltd	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 100m (007102), Rolă din hirtie măr.100mmx100m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 100m (007102), Rolă din hirtie măr.100mmx100m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000660994
33100 000-1	152	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103)	PUNGĂ/RULOU PENTRU STERILIZARE 100mm x 200m	China	Anhui Putian Plastic Industry Co.,Ltd	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103), Rolă din hirtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103), Rolă din hirtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000660996
33100 000-1	153	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m	PUNGĂ/RULOU PENTRU STERILIZARE 150mm x 200m	China	Anhui Putian Plastic Industry Co.,Ltd	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104), Rolă din hirtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104), Rolă din hirtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000660995
33100 000-1	154	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m	PUNGĂ/RULOU PENTRU STERILIZARE 200mm x 200m	China	Anhui Putian Plastic Industry Co.,Ltd	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105), Rolă din hirtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105), Rolă din hirtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000660996
33100 000-1	155	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m	PUNGĂ/RULOU PENTRU STERILIZARE 250mm x 200m	China	Anhui Putian Plastic Industry Co.,Ltd	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106), Rolă din hirtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007107), Rolă din hirtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică,	DM000660997

						termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	
33100 000-1	156	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m	PUNGĂ/RULOU PENTRU STERILIZARE 300mm x 200m	China	Anhui Putian Plastic Industry Co.,Ltd	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107), Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007108), Rolă din hîrtie măr.300mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000660998
33100 000-1	157	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m	PUNGĂ/RULOU PENTRU STERILIZARE 350mm x 200m	China	Anhui Putian Plastic Industry Co.,Ltd	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108), Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007109), Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000660999
33100 000-1	158	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m	PUNGĂ/RULOU PENTRU STERILIZARE 400mm x 200m	China	Anhui Putian Plastic Industry Co.,Ltd	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109), Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007110), Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, BucatăDoc. confirm.- anexate la lot	DM000661000
33100 000-1	159	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m	PUNGĂ/RULOU PENTRU STERILIZARE 50mm x 200m	China	Anhui Putian Plastic Industry Co.,Ltd	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110), Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007111), Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000660993
33100 000-1	160	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m	PUNGĂ/RULOU PENTRU STERILIZARE 75mm x 200m	China	Anhui Putian Plastic Industry Co.,Ltd	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111), Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007107), Rolă din hîrtie măr.75mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000660992
33100 000-1	178	Test-indicator sterilizare 121/15 min	Indicator strip Steam 121C- 15 min / 134C- 4,0 min, Type 4 Art.nr. 104.004.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	178	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	

33100 000-1	179	Test-indicator sterilizare 121/15 min intern	Indicator strip Steam 121C- 15 min / 134C- 4,0 min, Type 4 Art.nr. 104.004.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min. Intern, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	179	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	180	Test-indicator sterilizare 121/20 min	Indicator strip Steam 121C- 20 min / 134C- 7,0 min, Type 4 Art.nr. 104.007.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min., universal, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	180	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	181	Test-indicator sterilizare 132°	Indicator strip Steam 132C- 20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.220.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	181	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	182	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	Indicator strip Steam 132C- 20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.220.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Universale, nr. de până la 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	182	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	183	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	Indicator strip Steam 132C- 20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.220.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. UNIVERSAL, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	183	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	184	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern	Indicator strip Steam 134C- 20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.120.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	184	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	

33100 000-1	185	Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern	Indicator strip Steam 134C- 7,0 min, Type 4 Art.nr. 104.007.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min. Intern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min. Universal , nr. de până la 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	185	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	186	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal	Indicator strip Steam 134C- 20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.120.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	186	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	187	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern	Indicator strip Steam 134C- 4,0 min, Type 4 Art.nr. 104.004.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. UNIVERSAL, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. UNIVERSAL, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. . Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	187	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	188	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal	Indicator strip Steam 134C- 4,0 min, Type 4 Art.nr. 104.004.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. UNIVERSAL, nr. de până la 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	188	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	189	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern	Indicator strip Steam 134C- 5,0 min, Type 4 Art.nr. 104.005.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	189	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	190	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal	Indicator strip Steam 134C- 5,0 min, Type 4 Art.nr. 104.005.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	190	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	

33100 000-1	193	Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern	Indicator strip Steam 134C- 7,0 min, Type 4 Art.nr. 104.007.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min.Extern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min. universale , nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	193	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	228	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Dry View 5700 L.I. (007276)	Film radiografic pentru uz general, imprimare laser 125 SHEETS, 35 X 43 CM, DRYVIEW DVB+	SUA	CARESTREA M HEALTH, INC.	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Dry View 5700 L.I. (007276), Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Dry View 5700 L.I. (ambalaj de până la nr.125) 14x17, Bucată	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Dry View 5700 L.I. (007276), Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Dry View 5700 L.I. (ambalaj de până la nr.125) 14x17inc = 35 X 43 cm., cutia = 125 buc Doc. confirm.- anexate la lot	DM000003700
33100 000-1	250	Set- siringa compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP (007364)	200 ml	China	SHENZHEN ANTMED CO., LTD.	Set- siringa compatibil cu angioma Antmed CT model ImaStar CDP (007364), 2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T., Bucată	Set- siringa compatibil cu angioma Antmed CT model ImaStar CDP (007364), 2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 - Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T., Bucată	DM000802912
33100 000-1	251	Set siringa pentru CT (007365)	200 ml-2buc	China	SHENZHEN ANTMED CO., LTD.	Set siringa pentru CT (007365), Set siringa pentru CT, analog model 100107. Setul contine: Seringi de 200ml-2buc., Tub de legatura - 1buc., Dispozitive de umplere - 2buc., Seringile trebuie sa fie compatibile cu Injectomat Imastar CT Dual-head Injector, Bucată	Set siringa pentru CT (007365), Set siringa pentru CT, analog model 100107. Setul contine: Seringi de 200ml-2buc., Tub de legatura - 1buc., Dispozitive de umplere - 2buc., Seringile trebuie sa fie compatibile cu Injectomat Imastar CT Dual-head Injector, Bucată	DM000802912
33100 000-1	274	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal cu Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal (007434)	Indicator strip Steam 134C- 20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.007.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min.Extern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. universale , nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	274	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	278	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007439)	210 MM X 30 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007439), Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiă albastru, compatibilă cu dispozitive ECG Lumed Euro ECG 1201, Edan SE-1200 Express , Bucată	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007439), Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiă albastru, compatibilă cu dispozitive ECG Lumed Euro ECG 1201, Edan SE-1200 Express , Bucată	DM000753658
33100 000-1	282	Hirtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă, 210mm x30m, tip: rolă, culoare: albastru (G48042)	210 MM X 30 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hirtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă, 210mm x30m, tip: rolă, culoare: albastru (G48042), Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x30m tip: rolă caroiă albastru, compatibilă cu Fukuda FX-8322, Bucată	Hirtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă, 210mm x30m, tip: rolă, culoare: albastru (G48042), Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x30m tip: rolă caroiă albastru, compatibilă cu Fukuda FX-8322, Bucată	DM000753658
33100 000-1	283	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 20m tip: rolă, culoare: albastru, GE MAC 600 (G48043)	80 MM X 20 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	irtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 20m tip: rolă, culoare: albastru, GE MAC 600 (G48043), Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 20m tip: rolă caroiă albastru, compatibilă cu GE MAC 600, Bucată	irtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 20m tip: rolă, culoare: albastru, GE MAC 600 (G48043), Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 20m tip: rolă caroiă albastru, compatibilă cu GE MAC 600, Bucată	DM000753656

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA, Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23