

### Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1649244228947</b> din 15.04.2022						
Obiectul achiziției: <b>“Echipament medical pentru activitatea științifică”</b>						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri</b>						
Baie histologică pentru etalarea secțiunilor (Lot nr. 1)	<b>RD-89-1</b>	<b>China</b>	<b>SHENYANG ROUNDFIN TRADE COMPANY</b>	Baie de apă cu o suprafață care oferă conductivitate termică ridicată și rezistență la zgârieturi deosebită; Temperaturile pot fi selectate dintre temperatura ambiantă și 75 ° C. Dispune de un sistem de protecție la supraincalzire, împreună cu un modul stand-by. Dimensiunile: 350x310x100 mm; umiditatea relativă: 20-80% fără condensare; Clasificarea IEC 1010; Clasa de protecție: 1; gradul de poluare 2; categoria de supratensiune II; Clasa de protecție IP (IEC 60529): IP20 3.1 T. Termenul de garanție - minim 12 luni	Baie de apă cu o suprafață care oferă conductivitate termică ridicată și rezistență la zgârieturi deosebită; Temperaturile pot fi selectate dintre temperatura ambiantă și 100 ° C. Dispune de un sistem de protecție la supraincalzire, împreună cu un modul stand-by. Dimensiunile: 330x300x115 mm; umiditatea relativă: 20-80% fără condensare; Clasificarea IEC 1010; Clasa de protecție: 1; gradul de poluare 2; categoria de supratensiune II; Clasa de protecție IP (IEC 60529): IP20 3.1 T. Termenul de garanție - 12 luni	<b>CE, ISO</b>

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)