

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1774272149684	din	23 mart 2026
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță și calificare a echipamentelor de laborator			

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de mentenanță și calificare a:						
24. Analizator VITEK 2 + Densicheck POD McFariand Refernces	Vitek 2 Compact Validation Package + Densicheck	Franta	Biomerieux	VITEK 2 COMPACT 15	Vitek 2 Compact Validation Package. Servicii de calificare a echipamentelor, în conformitate cu cerințele ghidurilor GMP (PQ – calificarea performanței, periodic), inclusiv ghidurile de calificare. Pachetul include: 0139P_ BREVIBACILLUS AGRI ATCCreg; 51663trade;°; 0759P_ S. MALTOPHILIA ATCCreg; 17666trade;°; 0134P_ S. SAPROPHYTICUS ATCCreg; BAA-750trade;°; 0332P_ C. ALBICANS ATCCreg; 14053trade;°; 43555_ SABOURAUD DEXTROSE AGAR; 43011_ GELOSE TRYPCASE SOY AGAR; 43001_ TRYPCASE SOY	CE/ ISO

					AGAR+5% SHEEP BLOOD; 43041_ COLUMBIA AGAR+ 5% SHEEP BLOOD; 21343_ VITEK 2 YST; 21342_ VITEK 2 GP; 21341_ VITEK 2 GN; 21345_ VITEK 2 BCL; V1204_ SALINE SOLUTION; 69285_ POLYSTYRENE TUBES (12X75 mm); 234-1S_ STERILE PSIPETTES 5ML 400) + 21255_ KIT DENSICHECK PLUS STANDARDS. Atasate – inserturile tehnice.
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman În calitate de: Director

Ofertantul: SRL „Mediclim AM” Adresa: Mun. Chisinau, str. Vasile Alecsandri 141 et 1