



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 0(22) 222 245, e-mail: office@capcs.md

Nr. 1902-4062 din "22" 11 2021

Lenses Grup SRL
lensesgrup2015@gmail.com

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1628856219002 din 18.09.2021 privind "Achiziționarea centralizată de consumabile oftalmologice (listă suplimentară), conform necesităților IMS - beneficiari pentru anul 2022", Vă comunică că conform **deciziei din 22.11.2021** oferta companiei Dvs nu poate fi acceptată pentru loturile, după cum urmează:

- Lotul nr.1 Perfluoro-decalin
S-a solicitat preîncărcat în seringă, s-a oferit în flacon.
- Lotul nr.11 Brilliant blue
La data de 07.10.2021 au fost solicitate mostre în conformitate cu pct.15 subpct.11 din anunțul de participare până la 12.10.2021, iar mostrele nu au fost prezentate pentru lotul dat.
- Lotul nr.24 Canula getabila 23G
S-a solicitat angulată la 10mm de la vârful, s-a oferit angularea la 9mm de la vârful, neconformitate depistată atât în catalogul producătorului, cât și la analiza mostrei prezentate.
- Lotul nr.32 Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus
S-a solicitat Gama dioptrică -5D...+40D, pasul 0,5D, S-a oferit -5D...+8.0D (pasul 1D), +8,5...+29,5D (pasul 0,5D), +30.0...+40,0 (pasul 1D).
- Lotul nr.33 Cristalin artificial multifocal
Nu s-a specificat clar modelul propus, iar în documentele anexate se regăsesc 3 modele care au sintagma de ACTIV: EYECRYL ACTV, EYECRYL ACTV TORIC, EYECRYL TRI ACTV. Modele expuse nu dețin adicția moderată de 1.5D.

Oferirea unui model general, fără a transpune exact codul care urmează să fie livrat ulterior semnării contractelor, oferă posibilitatea de interpretare și manipulare a ofertei depuse, de aceea la depistarea unor astfel de nereguli, autoritatea contractantă descalifică oferta propusă.

Conform art.17 alin. (5) a Legii nr. 131 din 03.07.2015 *privind achizițiile publice* Ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, iar în conformitate cu art. 69 alin. (6) a Legii nr. 131 din 03.07.2015 *privind achizițiile publice* Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director adjunct
Centrul pentru Achiziții Publice
Centralizate în Sănătate



Ala GOJAN