

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant
Lot 2 Ultrasonograf General, OBGYN, performanță înaltă, Resona I9, Mindray	
Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI ≥4 PROBE TIP, MHz Linear (Footprint ≥60 mm) 5 – 12 Convex (Footprint ≥65 mm) 2,5 – 5 Endovaginal 5 - 9 Volum 3D 2 - 6 NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥2000000 GAMA DINAMICA ≥250dB POST ROCESARE da IMAGINE MODURI M.mod da M-mod si 2-D da 3-D (freehand și automatic) da DOPPLER Tip CW,PW, CFM, M, B, 3D Doppler pulsat - continuu da Doppler color - energetic da Auto - Dopler da Power Doppler da Afișare frecvență da Afișare viteză da Tehnologie LED superioară da FUNȚIONALITĂȚI Calculare generale (vasculare,cardiace, obstetrico- ginecologice) da Măsurători digitale da Diapazon dimamic selectabil da Focalizare de transmisie austabilă da Focalizare de receptie dinamică da Stocare imagine da Rezoluție Full HD 1920X1050 PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da HDD ≥500 GB DICOM COMPLIANT da PACHET DE ANALIZĂ OB/GYN da Elastografie da GHID ACE Transrectal da Transperineal da MONITOR REGLABIL da DIVIZARE MONITOR ≥21”inch Panou de comandă/ Touch Screen da- ≥10inch Alte porturi USB, LAN	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă Da PROBE PORTURI 5 active PROBE TIP, MHz L14-3Ws, 3.0-14.0MHz, 256 elemente, Footprint- 66.8mm SC6-1s, 1.2-6.0MHz, 192 elemente, Footprint-65.1mm V11-3Hs, 3.0-11.0MHz, 192 elemente SD8-1s, 1.8-8.2 MHz, 192 elemente NIVELE DE GRI -256 PREPROCESARE, canale digitale -8,257,536 GAMA DINAMICA -260dB POST ROCESARE Da IMAGINE MODURI M.mod Da M-mod si 2-D Da 3D (Smart 3D si 4D) Da Da Da Da Da Da Da Da Da FUNȚIONALITĂȚI Da Da Da Da Da Da Da 1920x1080 Da Da HDD-1TB Da Da Da GHID ACE Da Da Da DIVIZARE MONITOR -23,8”inch Panou de comandă/ Touch Screen da-15.6inch Da

[illegible]

PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate $\geq 512\text{GB}$ SSD sau Hybrid (SSD+HDD) Cine da DICOM 3.0 COMPLIANT da PACHETE DE ANALIZĂ General da Cardiac Regim panoramic avansat da Elastografie strain (de compresie manuală) da Elastografie sharewave (compresie acustică) da Altele Să se indice Modul ECG Cablu ECG inclus adult da măsurarea automată a fracției de ejeție da MONITOR rezoluție înaltă, $\geq 1920 \times 1080\text{px}$ $\geq 23''$ Unghi de vizualizare $\geq 175^\circ$ Monitor integrat de control touch-screen $\geq 12''$ Panou de control reglabil pe înălțime manual Încălzitor gel da Imprimantă digitala alb-negru da Port USB ≥ 5 da DIVIZARE MONITOR da	PAN/ZOOM Da Da STOCARE IMAGINI Hybrid Hard disk (1TB & 128GB SSD) Da Da PACHETE DE ANALIZĂ Da Da Da, iScape Da, NaturalTouch Elastography Da, STE Da, Low MI Contrast, Smart Trace, Glazing Flow, LVO Da Da, AutoEF Da, 23,8 inch Da, 178° Da, 15,6 inch Da Da Da, SONY UP-X898MD Da, 6 Da
Lotul 12 Dispozitiv electrochirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu trolu Zeus Vision Upgrade, Zerone	
Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu trolu Cod 280240 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână da Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar da Moduri de lucru Monopolar Tăiere $\geq 300\text{ W}$ $\geq 300\text{ Ohm}$ Coagulare $\geq 120\text{ W}$ $\geq 250\text{ Ohm}$ Bipolar Tăiere $\geq 120\text{ W}$ $\geq 250\text{ Ohm}$ Coagulare $\geq 100\text{ W}$ $\geq 100\text{ Ohm}$	Da Cod 280240 Parametrul Specificația Da Da, 400 KHz, 500KHz Da Da Da Da Da Moduri de lucru Monopolar Tăiere 400W 500 Ohm Coagulare 120W 300 Ohm Bipolar Tăiere 120W 500 Ohm Coagulare 120W 300 Ohm

Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray minimum 5 regimuri Funcție de autotestare da Canal de ieșire independentă da Indicatoare acustic , vizual Control volum sunet da Accesorii Cablul pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc. Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc. Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc. Cablul pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc. Pedală dublă 1 buc. Trolie Să se indice modelul oferit model Mobil pe 4 roți da Minim 2 roți cu frână da Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii da Mîner pentru transportare da	Regimuri de lucru preselectate - da Da Da Da Da Accesorii Da, CA02-02R Da, PL02-01R Da Da Da Da Da Da, CT01-01R Da Da Da Da
---	--