

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMSP Institutul de Neurologie și Neurichirurgie „Diomid Gherman”

Numărul achiziției comerciale: 21068736, ocds-b3wdp1-MD-1669902787884							Data: 09.12.2022	Alternativa nr
Denumirea obiectului achiziției: Reagenți și Consumabile de laborator, pentru anul 2023							Lot:	pag. 1 din 1
No d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8

Reactive pentru analizatorul Hematologic PCE-210.

1	33600000-6	Diluid (20 litri)	Diaton-Erma	Ungaria	Diagon	Valabilitatea reagenților nu mai puțin de 2-3 ani. Certificat ISO al producătorului; CE Marca	Soluție pentru diluare (Diluid), amb. 20L. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33600000-6	ProClean(5litri)	Diaclenz-Erma	Ungaria	Diagon	Valabilitatea reagenților nu mai puțin de 2-3 ani. Certificat ISO al producătorului; CE Marca	Soluție pentru spălare (ProClean), amb. 5L. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33600000-6	CyMet III DIFF 500 ml,	Dialyse Erma CF	Ungaria	Diagon	Valabilitatea reagenților nu mai puțin de 2-3 ani. Certificat ISO al producătorului; CE Marca	Soluție pentru lizare (CyMet III Diff), amb. 500ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33600000-6	Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High (3x2,5 ml)	D-Check 18Low, Normal, High	Ungaria	Diagon	Certificat ISO al producătorului; CE Marca	Set de control hematologic cu 3 nivele (Low, Normal, High), set 3fl x 2ml cu 18 parametri. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**