

Laboratorul Bacteriologic
IMSP SCM "Sfânta Treime"
Adresa: Alecu Russo 11/2
Tel.: 022/44-59-09

Data/ora recoltării în s. Nefrologie și Dializă: 25.05.23./26.05.23
Data/ora recoltării în s. Terapia Intensivă II: 31.05.23/01.06.23
Eșantion primar: Teste de salubritate
Probele: Conforme

Investigațiile aerului din încăperi (UFC/m³)

Nr.	Încăperile examinate	Rezultatul Până la lucrul Dispozitivului Medical:SDMA UVAC 250 (UFC/m ³)	Rezultatul peste 24 ore de lucru a DispozitivuluiMedical: SDMA UVAC 250 (UFC/m ³)	Nivel Admisibil (UFC/m ³)
1.	Secția Nefrologia și Dializa (Dializă) Numărul Total de Germeni (NTG) S.aureus Micete	<u>2893</u> 0 0	141 0 0	≤750 0 0
2.	Secția Terapia Intensivă II (salon D) Numărul Total de Germeni (NTG) S.aureus Micete	<u>1623</u> 0 71	71 0 0	≤750 0 0

Data eliberării rezultatelor: 05.06.23

Prelevat : felcerul laborant superior Fiodorova Irina

Efectuat : medicul bacteriolog Șceglova Natalia

Validat: șef laborator bacteriologic Scripnic Svetlana

Scripnic

