

**Anexa nr.1 la Specificatii tehnice lotul nr.7**  
**LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1651847965407 din 18.06.2022**

Corespunderea tuturor parametrilor **Lot nr.7 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii) Cod 130240** cerintelor solicitate:

| N/o parametru | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                               | Specificarea tehnică deplină propusă de către MedPunkt SRL                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.            | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii) Cod 130240                                                                      | <b>Da</b> , Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii) model <b>TOPLED 8060</b> , producator Heal Force Bio-meditech Holdings Limited/ fabrica Shanghai Fuhong Science&Technology Development Co., Ltd – China. |
| 2.            | Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți | <b>Da</b> , Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți<br>Vezi catalogul atasat “TopLED Surgery Shadowless Lamp”.               |
| 3.            | Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da                   | <b>Da</b> , Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da<br>Vezi catalogul atasat “TopLED Surgery Shadowless Lamp”.                                 |
| 4.            | Numărul de sateliți 2                                                                                                                   | <b>Da</b> , Numărul de sateliți 2<br>Vezi catalogul atasat “TopLED Surgery Shadowless Lamp”.                                                                                                                                 |
| 5.            | Temperatura culorii 4,500 ±500 K                                                                                                        | <b>Da</b> , Temperatura culorii 4,500 ±500 K<br>Vezi pag.4 din catalogul atasat “TopLED Surgery Shadowless Lamp”.                                                                                                            |
| 6.            | Reglarea intensității luminei da                                                                                                        | <b>Da</b> , Reglarea intensității luminei în 20 de nivele.<br>Vezi pag.3 din catalogul atasat “TopLED Surgery Shadowless Lamp”.                                                                                              |
| 7.            | Indexul de culoare > 95                                                                                                                 | <b>Da</b> , Indexul de culoare 95<br>Vezi pag.4 din catalogul atasat “TopLED Surgery Shadowless Lamp”.                                                                                                                       |
| 8.            | Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 24-34 cm                                                                                             | <b>Da</b> , Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 24-34 cm<br>Vezi pag.4 din catalogul atasat “TopLED Surgery Shadowless Lamp”.                                                                                                 |
| 9.            | Adâncimea ≥ 80 cm                                                                                                                       | <b>Da</b> , Adâncimea ≥ 80 cm<br>Vezi pag.4 din catalogul atasat “TopLED Surgery Shadowless Lamp”.                                                                                                                           |
| 10.           | Distanța de lucru 0.7-1.5 m                                                                                                             | <b>Da</b> , Distanța de lucru 0.7-1.5 m<br>Vezi pag.4 din catalogul atasat “TopLED Surgery Shadowless Lamp”.                                                                                                                 |
| 11.           | Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 130 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 100 000 lux                                         | <b>Da</b> , Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 130 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 120 000 lux<br>Vezi pag.4 din catalogul atasat “TopLED Surgery Shadowless Lamp”.                                               |
| 12.           | rotația 270 grade                                                                                                                       | <b>Da</b> , Rotația 270 grade Vezi pag.2 din Decalaratia CE de conformitate atasata – Raport tethnic.                                                                                                                        |
| 13.           | Ajustare pe verticală, cm ≥ 70                                                                                                          | <b>Da</b> , Ajustare pe verticală, cm ≥ 70<br>Vezi pag.4 din catalogul atasat “TopLED Surgery Shadowless Lamp”.                                                                                                              |
| 14.           | Cresterea temperaturii în campul operator <1° C                                                                                         | <b>Da</b> , Cresterea temperaturii în campul operator <1° C<br>Vezi pag.4 din catalogul atasat “TopLED Surgery Shadowless Lamp” si Decalaratia CE de conformitate atasata – Raport tethnic.                                  |
| 15.           | Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz                                                                                                | <b>Da</b> , Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz<br>Vezi pag.4 din catalogul atasat “TopLED Surgery Shadowless Lamp”.                                                                                                    |
| 16.           | Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h                                                                                         | <b>Da</b> , Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h<br>Vezi pag.2 din catalogul atasat “TopLED Surgery Shadowless Lamp”.                                                                                             |
| 17.           | Mînere detașabile sterilizabile                                                                                                         | <b>Da</b> , Mînere detașabile sterilizabile<br>Vezi pag.2 din catalogul atasat “TopLED Surgery Shadowless Lamp”.                                                                                                             |
| 18.           | Panou de control integrat în lampa principală                                                                                           | <b>Da</b> , Panou de control integrat în lampa principală<br>Vezi pag.3 din catalogul atasat “TopLED Surgery Shadowless Lamp”.                                                                                               |
| 19.           | Înălțimea podului 3-4 m                                                                                                                 | <b>Da</b> , Înălțimea podului 3-4 m                                                                                                                                                                                          |

Semnat: \_\_\_\_\_  
**Numele, prenumele: Antonova Anna**  
**În calitate de: Administrator**  
**Ofertant: MedPunkt SRL**  
**mun.Chisinau, str.N.Testemiteanu 11, of.59**