

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție	MTenderID ocde-b3wdp1-MD-1657890133089
Obiectul achiziției:	<u>“Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 10)”</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Refractometru automat Lot 11	KR-9600	China	Ningbo	Mod de masurare: K/R - masurarea refracției/keratometrie da REF măsurarea refracției da KER măsurarea keratometrică da Măsurarea refracției: Axa: 0 - 180 (pas 1) Distanța pupilară: 10 - 85mm Diametrul minim al pupilei ± 2.0mm Ținta: Ținta automată de ceață Masurare cheratotermica: Raza de curbura: 5*10mm (cu un pas de 0.01mm) Forța de refractive: 33.75D - 67.50D (pas 0.12/0.25D) Puterea cilindrică: 0.00 ±15.00D (pas 0.12/0.25D) Axa: 0 - 180 (pas 1) Diametrul corneei: 2.0 - 12.0 mm Specificații hardware Monitor LCD color min. 7 inch Imprimanta "Imprimanta termică cu încărcare ușoară și tăietor automat" da Economie de energie 5/15 minute da Iesire date RS/232 / Bluetooth da Alimentare 240V da	Mod de masurare: K/R - masurarea refracției/keratometrie da REF măsurarea refracției da KER măsurarea keratometrică da Măsurarea refracției: Axa: 0 - 180 (pas 1) Distanța pupilară: 10 - 85mm Diametrul minim al pupilei 2.0mm Ținta: Ținta automată de ceață Masurare cheratotermica: Raza de curbura: 5*10mm (cu un pas de 0.01mm) Forța de refractive: 33.75D - 67.50D (pas 0.12/0.25D) Puterea cilindrică: 0.00 ±15.00D (pas 0.12/0.25D) Axa: 0 - 180 (pas 1) Diametrul corneei: 2.0 - 12.0 mm Specificații hardware Monitor LCD color min. 7 inch Imprimanta "Imprimanta termică cu încărcare ușoară și tăietor automat" da Economie de energie 5/15 minute da Iesire date RS/232 / Bluetooth da Alimentare 240V da	CE, ISO
Scanner oftalmic și pasimetru Lot 12	SK-2000	China	Chongqing Sunkingdom	Opțiunea de scanare Frecvența 10 MHz Precizia măsurării lungimii axiale ≤ 0.05 mm Adâncime ≥ 40mm Viteza de propagare 1641.1532 Date de ieșire Cornea, camera anterioară, lentil, umorul vitros, lungimea axială Calcul IOL: "6 metode generale, Srk2, Srk/t,	Opțiunea de scanare Frecvența 10 MHz Precizia măsurării lungimii axiale 0.05 mm Adâncime 40mm Viteza de propagare 1641.1532 Date de ieșire Cornea, camera anterioară, lentil, umorul vitros, lungimea axială Calcul IOL: "6 metode generale, Srk2, Srk/t,	CE, ISO

			Binkhort II, Hoffer Q, Hollady, Haigis" Mod implicit pentru ochi: Normal, dens, afhacic, PMMA, silicon, acrylic, cataracta și 2 moduri personalizate Modulul Pasimetru Frecvența 20 MHz Precizie de măsurare a corneei: <0,01 mm Adâncime: 0,15 mm-1,5 mm Viteza de propagare: 1640 Ieșirea datelor: Grosimea corneei Metoda de măsurare: Modul de măsurare a contractului Alți parametri: Cistiga: 99 dB Ecran tactil colorat: ≥ 6 inch Rezoluția ecranului: $\leq 0,1$ mm Informații de ieșire: Date din 10 grupuri, calculul mediei și deviației standard Locație de stocare: ≥ 200 de copii ale datelor examinilor Imprimare: Imprimantă termică rapidă incorporată	Binkhort II, Hoffer Q, Hollady, Haigis" Mod implicit pentru ochi: Normal, dens, afhacic, PMMA, silicon, acrylic, cataracta și 2 moduri personalizate Modulul Pasimetru Frecvența 20 MHz Precizie de măsurare a corneei: 0,01 mm Adâncime: 0,15 mm-1,5 mm Viteza de propagare: 1640 Ieșirea datelor: Grosimea corneei Metoda de măsurare: Modul de măsurare a contractului Alți parametri: Cistiga: 99 dB Ecran tactil colorat: 6 inch Rezoluția ecranului: 0,1 mm Informații de ieșire: Date din 10 grupuri, calculul mediei și deviației standard Locație de stocare: 200 de copii ale datelor examinilor Imprimare: Imprimantă termică rapidă incorporată	
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____
 Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Nume: Andrei MATEI
 Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)

În calitate de: Administrator