

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1656677250773 din 02.08.2022

Specificații tehnice

Denumirea licitației: Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 8)

Lot. 3, 5, 9, 14

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatprul economic	Standarte de referință
1	2			3	4	5	6		8
33100 00-1	3	Motor de ortopedie	Motor de ortopedie	HALL® Titan™	Statele Unite ale Americii	CONMED Corporation	Conform Anexei Nr.1 la pachetul de documente	Conform Anexei Nr.1 la pachetul de documente	ISO, DoC, CE
33100 00-1	5	Turn artroscopie cu instrumente și motor ortopedie	Turn artroscopie cu instrumente și motor ortopedie	Turn Artroscopie 2D Full HD	Statele Unite ale Americii	CONMED Corporation	Conform Anexei Nr.2 la pachetul de documente	Conform Anexei Nr.2 la pachetul de documente	ISO, DoC, CE
33100 00-1	9	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 240-300L	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 240-300L	YC-315L	China	Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 240-300L Cod 140740 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea 240 - 300 l da Număr de rafturi ≥ 4 Ușa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Roți da Frine da Lumină interior da Construcție interioară rezistent la soluții de curățare / prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent R 600a Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da divizoare pentru sertar, da	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 240-300L Cod 140740 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului - Da Parametrul Specificația Configurație mobil - Da Capacitatea 315l Număr de rafturi : 5, yc-315l.pdf Ușa Număr 1 Transparentă - Da, yc-315l.pdf Mecanism blocare cu cheie Roți - 4. yc-315l.pdf Frine - Da Lumină interior Da, yc-315l.pdf Construcție interioară rezistent la soluții de curățare / prelucrare - Da, HIPS, yc-315l.pdf Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă - Da, material acoperit cu pulbere Afișaj temperatură digital - Da, yc-315l.pdf Alarmer acustică, vizuală - Da, yc-315l.pdf Răcire ventilată - Da, yc-315l.pdf Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent R 600a Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da divizoare pentru sertar, da	ISO, DoC

33100 00-1	14	Microscop neurochirurgica 1	Microscop neurochurgical	TIVATO 700 + SURGILIN E 3	Germania	Carl Zeiss Meditec AG	1. Cerinte generale: 1.1. Microscop operațional, buc 1 1.2. Certificat de conformitate CE Da 1.3. Instrucția utilizatorului în limba engleză/romană sau rusă Da 1.4. Prevăzut pentru intervenții neurochirurgicale: spinale si craniene Da 2. Caracteristici tehnice: 2.1. Optica apocromatică cu acoperire antireflex, în multiple straturi Da 2.2. Mărire cu oculare 12,5x , tub rotativ 180 ° f 170 mm, în diapazonul 1,4x – 16,2x 2.3. Schimbarea măririi electromotorii lină se regulează de la manerul microscopului Da 2.4. Focusarea electromotoare lină se realizează prin varioscopul încorporat, regulindu-se de la manerul microscopului Da 2.5. Distanța de operare fără schimb de lentile, lin variabil (varioscop), în diapazonul de mm, nu mai puțin 200-625 2.6. Sursă de lumină LED complet integrată Da Sursă de lumină HALOGEN cu 2 becuri, 1 de bază și 1 cu interschimbare automată Termen de viață min. 500 h pentru un bec 2.7. Tub de bază – binocular rotativ, cu unghiul de rotire în diapazonul de nu mai puțin de, grade 0-180 2.8. Oculare cu unghi larg 12,5x (2 buc.), cu reglarea dioptriilor, nu mai puțin de -0,625 2.9. Sistem de coobservare stânga/dreapta cu stereo-coobserver pentru asistent, cu tub drept și oculare (2 buc.) cu unghi larg 12,5x cu reglare a dioptriilor nu mai puțin de + 5 / -8 dioptrii Da 2.10. Sistem de coobservare face-to-face cu stereo-coobserver pentru asistent, cu tub pliant f 170-260 mm, oculare (2 buc.) cu unghi larg 12,5x cu reglare a dioptriilor nu mai puțin de + 5 / -8 dioptrii Da 2.11. Stativ, mobil, de podea, cu blocaj centralizat Da 2.12. Frîne electro-magnetice Da 2.13. Balanța automată pentru echilibrarea sistemului pe toate axele la atingerea unui buton Da 2.14. Aspirare automată a draperiei pentru manipularea sterilă, fără obstrucții a microscopului și pentru o utilizare mai ușoară a huselor Da 2.15. Gestionare microscopului - prin intermediul manerelor multifuncționale, programabile și rotative sau prin intermediul monitor (touch-screen) Da 2.16. Camera video complet integrată 1 Chip HD 1080p Da 2.17. Înregistrator video complet integrat cu streaming și compresie selectabilă pentru stocare și transmisie de date Da 2.18. Monitor min. 24 inch (touch-screen) complet integrat Da 2.19. Gestionarea datelor pacientului, modul de observare live și setările sistemului trebuie să fie într-o singură interfață de utilizator bazată pe ecran tactil Da 2.20. Focalizare automată pe centrul câmpului camerei prin apăsarea unui buton Da 2.21. Ghid de lumină, cameră video și toate cablurile complet integrate Da 2.22. Pachetul de rețea wireless permite funcționalitatea WLAN și WiFi Hotspot Da 3. Accesorii: 3.1. Set de capace de cauciuc sterilizabile Da 3.2. Huse sterile, nu mai puțin de, buc 5 4. Scaun operațional pentru chirurg 1 buc 4.1. Spătarul scaunului de formă rotunjită care menține chirurgul într-o poziție ergonomică Da 4.2. Blocare centralizată a celor 4 roți duble Da 4.3. Cotiere mobile, ergonomice, deplasabile în plan vertical și orizontal Da 4.4. Scaunul se reglează pe înălțime prin intermediul panoului de picior Da 4.5. Cutie baterie cu min. 2 baterii (plumb-gel) Da 4.6. Încărcător universal de baterie: Intrare 240 V Da	1. Cerinte generale: 1.1. Microscop operațional, buc - 1 1.2. Certificat de conformitate CE - Da 1.3. Instrucția utilizatorului în limba engleză/romană sau rusă - Da 1.4. Prevăzut pentru intervenții neurochirurgicale: spinale si craniene - Da - Instruction for Use, pag. 15, 16 2. Caracteristici tehnice: 2.1. Optica apocromatică cu acoperire antireflex, în multiple straturi -Da - Broșura Zeiss TIVATO 700, pag. 4 2.2. Mărire cu oculare 12,5x , tub rotativ 180 ° f 170 mm, în diapazonul 1,4x – 16,2x - Da - Broșura Zeiss TIVATO 700, pag. 11 + Instruction for Use, pag. 35 + Device Data file 2.3. Schimbarea măririi electromotorii lină se regulează de la manerul microscopului - Da - Instruction for Use, pag. 42, 46, 63, 64 2.4. Focusarea electromotoare lină se realizează prin varioscopul încorporat, regulindu-se de la manerul microscopului - Da - Instruction for Use, pag. 42, 46, 63, 64 2.5. Distanța de operare fără schimb de lentile, lin variabil (varioscop), în diapazonul de mm, nu mai puțin 200-625 - Da - Broșura Zeiss TIVATO 700, pag. 11 2.6. Sursă de lumină LED complet integrată Da Sursă de lumină Xenon cu 2 becuri, 1 de bază și 1 cu interschimbare automată Termen de viață 500 h pentru un bec - Da- Broșura Zeiss TIVATO 700, pag. 11 + Instruction for Use, pag. 17 2.7. Tub de bază – binocular rotativ, cu unghiul de rotire în diapazonul de nu mai puțin de, grade 0-180 - Da- Broșura Zeiss TIVATO 700, pag. 11 2.8. Oculare cu unghi larg 12,5x (2 buc.); cu reglarea dioptriilor, în diapazon de 200 - 625 mm - Broșura Zeiss TIVATO 700, pag. 6 2.9. Sistem de coobservare stânga/dreapta cu stereo-coobserver pentru asistent, cu tub drept și oculare (2 buc.) cu unghi larg 12,5x cu reglare a dioptriilor nu mai puțin de + 5 / -8 dioptrii - Da - Instruction for Use, pag. 125, 127, 224 2.10. Sistem de coobservare face-to-face cu stereo-coobserver pentru asistent, cu tub pliant f 170-260 mm, oculare (2 buc.) cu unghi larg 12,5x cu reglare a dioptriilor nu mai puțin de + 5 / -8 dioptrii - Da - Instruction for Use, pag. 126, 127, 224 2.11. Stativ, mobil, de podea, cu blocaj centralizat - Da - Instruction for Use, pag. 33, 37 2.12. Frîne electro-magnetice - Da - Instruction for Use, pag. 33, 37 2.13. Balanța automată pentru echilibrarea sistemului pe toate axele la atingerea unui buton - Da - Broșura Zeiss TIVATO 700, pag. 6 + Instruction for Use, pag. 51, 133, 134 2.14. Aspirare automată a draperiei pentru manipularea sterilă, fără obstrucții a microscopului și pentru o utilizare mai ușoară a huselor - Da - Broșura Zeiss TIVATO 700, pag. 6 + Instruction for Use, pag. 133 2.15. Gestionare microscopului - prin intermediul manerelor multifuncționale, programabile și rotative sau prin intermediul monitor (touch-screen) - Da - Instruction for Use, pag. 33, 63 2.16. Camera video complet integrată 1 Chip HD 1080p - Da - Instruction for Use, pag. 200 2.17. Înregistrator video complet integrat cu streaming și compresie selectabilă pentru stocare și transmisie de date - Da - Instruction for Use, pag. 71 2.18. Monitor min. 24 inch (touch-screen) complet integrat - Da - Broșura Value Analysis Information Kit for Zeiss TIVATO 700, pag. 6 2.19. Gestionarea datelor pacientului, modul de observare live și setările sistemului trebuie să fie într-o singură interfață de utilizator bazată pe ecran tactil Da - Instruction for Use, pag. 54-56 2.20. Focalizare automată pe centrul câmpului camerei prin apăsarea unui buton Da 2.21. Ghid de lumină, cameră video și toate cablurile complet integrate Da 2.22. Pachetul de rețea wireless permite funcționalitatea WLAN și WiFi Hotspot - Da - Instruction for Use, pag. 96, 198 3. Accesorii: 3.1. Set de capace de cauciuc sterilizabile Da 3.2. Huse sterile, nu mai puțin de, buc 5 Catalog surgilLine 4. Scaun operațional pentru chirurg - 1 buc 4.1. Spătarul scaunului de formă rotunjită care menține chirurgul într-o poziție ergonomică Da 4.2. Blocare centralizată a celor 4 roți duble Da 4.3. Cotiere mobile, ergonomice, deplasabile în plan vertical și orizontal Da 4.4. Scaunul se reglează pe înălțime prin intermediul panoului de picior Da 4.5. Cutie baterie cu min. 2 baterii (plumb-gel) Da 4.6. Încărcător universal de baterie: Intrare 240 V Da	ISO, DoC, CE
---------------	----	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------	--------------------------	--	--	--------------

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Alexandru ȘARCO În calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: PHARMONY SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști, 4, MD-2071

