

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1663222957295/ 21063733 din: 15.09.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
10	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	42.01.10149/42.01. 10179 42.01.10151/42.01. 10181	China	SCW MEDICATH LTD.	Ghid periferic cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: hybrid – shaft proximal din PTFE spiralat extra rigid, distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și acoperire hidrofilică; conexiune prin tehnologie dual core. Vârf conic, atraumatic. Acoperire hidrofilică: asemănătoare mucoasei. Lungimi: 180 cm, 260 cm, 300 cm. Diametre: 0,014”, 0,018”, 0,035”. Configurație: Ghid de 180 cm: parte proximală din PTFE spiralat – 155 cm, parte proximală – acoperire hidrofilică – 25 cm. Ghid de 260 cm: parte proximală din PTFE spiralat – 235 cm, parte proximală – acoperire hidrofilică – 25 cm. Ghid de 300 cm: parte proximală din PTFE spiralat – 275 cm, parte proximală – acoperire hidrofilică – 25 cm. Configurații vârf: angled – curbura 45o, straight. Lungimea vârfului flexibil: 10 mm, 50 mm..	Ghid periferic cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: hybrid – shaft proximal din PTFE spiralat extra rigid, distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și acoperire hidrofilică; conexiune prin tehnologie dual core. Vârf conic, atraumatic. Acoperire hidrofilică: asemănătoare mucoasei. Lungimi: 180 cm, 260 cm, 300 cm. Diametre: 0,014”, 0,018”, 0,035”. Configurație: Ghid de 180 cm: parte proximală din PTFE spiralat – 155 cm, parte proximală – acoperire hidrofilică – 25 cm. Ghid de 260 cm: parte proximală din PTFE spiralat – 235 cm, parte proximală – acoperire hidrofilică – 25 cm. Ghid de 300 cm: parte proximală din PTFE spiralat – 275 cm, parte proximală – acoperire hidrofilică – 25 cm. Configurații vârf: angled – curbura 45o, straight. Lungimea vârfului flexibil: 10 mm, 50 mm.	CE/ISO

12	Balon semicompliant coronarian	LPCR25010 LPCR25012 LPCR25015 LPCR25020 LPCR25025 LPCR25030 LPCR27008 LPCR27010 LPCR27012 LPCR27015 LPCR27020 LPCR27025 LPCR27030 LPCR30008 LPCR30010 LPCR30012 LPCR30015 LPCR30020 LPCR30025 LPCR30030 LPCR35008 LPCR35010 LPCR35012 LPCR35015 LPCR35020 LPCR35025 LPCR35030 LPCR40008 LPCR40010 LPCR40012 LPCR40015 LPCR40020 LPCR40025 LPCR40030	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd	Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permite utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate previn încrețirea în cute pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft: 145 cm. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. Diametre balon: 1.25 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm. Lungime balon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm. Marker radiopaci: 1 pentru Ø 1,25 - 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm din PtIr. Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). Distal: 2.4 Fr (0.80 mm) pentru Ø 1.25 - 2.00 mm; 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25 - 3.00 mm. 2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.50 - 4.00 mm. Diametru de intrare în leziune: 0,40 mm pentru 1.25 mm x 10 mm și 0,42 mm pentru restul mărimilor. Presiune nominală: 6 atm. Presiune RPB: 12 - 14 atm în funcție de diametrul balonului.	Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permite utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate previn încrețirea în cute pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft: 145 cm. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. Diametre balon: 1.25 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm. Lungime balon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm. Marker radiopaci: 1 pentru Ø 1,25 - 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm din PtIr. Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). Distal: 2.4 Fr (0.80 mm) pentru Ø 1.25 - 2.00 mm; 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25 - 3.00 mm. 2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.50 - 4.00 mm. Diametru de intrare în leziune: 0,40 mm pentru 1.25 mm x 10 mm și 0,42 mm pentru restul mărimilor. Presiune nominală: 6 atm. Presiune RPB: 12 - 14 atm în funcție de diametrul balonului.	CE/ISO
----	--------------------------------	--	-------	--	--	--	--------

13	Balon semicompliant pentru pre si posdilatare	LPCR25020 LPCR25025 LPCR25030 LPCR27008 LPCR27010 LPCR27012 LPCR27015 LPCR27020 LPCR27025 LPCR27030 LPCR30008 LPCR30010 LPCR30012 LPCR30015 LPCR30020 LPCR30025 LPCR30030 LPCR35008 LPCR35010 LPCR35012 LPCR35015 LPCR35020 LPCR35025 LPCR35030 LPCR40008 LPCR40010 LPCR40012 LPCR40015 LPCR40020 LPCR40025 LPCR40030	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd	Balon de tip RX compatibil cu ghid de 0.014 inch. Material balon - Nylon cu acoperirea hidrofilica, markeri din Platinum iridium - 2; Lungimea cateterului 142 cm; Presiunea nominala - 12 atm, presiune de rupere - 20 atm; dimensiunile shaftului pentru diametre 2-3.75 mm - proximal 1.9F, distal 2.5F; pentru diametrele 4.0-5.0 - , distal 2.7F, Profilul de intrare – 0.015 in Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm; lungimi disponibile 6, 8, 12, 15, 20, 27 mm	Balon de tip RX compatibil cu ghid de 0.014 inch. Material balon - Nylon cu acoperirea hidrofilica, markeri din Platinum iridium - 2; Lungimea cateterului 142 cm; Presiunea nominala - 12 atm, presiune de rupere - 20 atm; dimensiunile shaftului pentru diametre 2-3.75 mm - proximal 1.9F, distal 2.5F; pentru diametrele 4.0-5.0 - , distal 2.7F, Profilul de intrare – 0.015 in Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm; lungimi disponibile 6, 8, 12, 15, 20, 27 mm	CE/ISO
----	---	---	-------	--	--	--	--------

Semnata: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301