

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: _ocds-b3wdp1-MD-1646314889167__din__03.03.2022_____						
Obiectul achiziției: <b>Consumabile Secția Endourologie pentru anul 2022 (etapa II)</b>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 5. Capac</b>	20300039	Germania	Karl Storz	Capac pentru vasul de stocare (poziția 21) Compatibil cu K. Storz	Capac pentru vasul de stocare (poziția 21) Compatibil cu K. Storz	ISO, EC
<b>Lot 6. Electrode pentru VapoEnucleatie bipolar</b>	27040JBE130/ 27040VE – unul la alegere	Germania	Karl Storz	Electrod pentru VapoEnucleatie bipolar, cu capatul de lucru sub forma de hemisferă, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K.Storz, existent), diametrul 0,35 mm	Electrod pentru VapoEnucleatie bipolar, cu capatul de lucru sub forma de hemisferă, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K.Storz, existent), diametrul 0,35 mm	ISO, EC
<b>Lot 7. Electrode pentru incizie bipolar</b>	27040GP140	Germania	Karl Storz	Electrod de incizie, cu capatul de lucru ascuțit, bipolar, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K.Storz, existent), diametrul 0,40 mm	Electrod de incizie, cu capatul de lucru ascuțit, bipolar, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K.Storz, existent), diametrul 0,40 mm	ISO, EC
<b>Lot 13. Electrode neutral</b>	27805	Germania	Karl Storz	Electrod neutral siliconizat cu acoperire de cauciuc, suprafața 500 cm <sup>3</sup> pentru conexiune cu cablu 27806	Electrod neutral siliconizat cu acoperire de cauciuc, suprafața 500 cm <sup>3</sup> pentru conexiune cu cablu 27806	ISO, EC

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Irina Gherman** În calitate de: **Director**  
Ofertantul: **SC "Denolga Medical" SRL** \_\_\_\_\_ Adresa: **mun. Chișinău, str. Bănulesu Bodoni, 45, of. 315** \_\_\_\_\_