

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1689235567067 din 02.08.2023

Obiectul achiziției: Reagenți de laborator

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
10	HBs Ag set confirmativ	Monolisa™ Ag HBs ULTRA (96 tests) 72346 Monolisa™ Ag HBs ULTRA CONFIRMATORY, (25 Tests) 72408	Franta	BIO-RAD	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. La un set Monolisa™ Ag HBs ULTRA 72346 se utilizeaza 4 seturi MONOLISA™ Ag HBs ULTRA CONFIRMATORY 72408	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Levinga Alexandru În calitate de: Manager proiect

Ofertantul: SRL "Dialab Solutions" Adresa: str. Serghei Lazo 40, et.4, of.2