

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1731408694133						din 12.11.2024	
Denumirea licitației: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie (repetat)						Pagina 1 din 1	
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
9	Sterilizator 200 L Cod270340	DOVF-230-001	Spania	LabBox	Sterilizator 200 L ; Cod 270340 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarmer acustică ; vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 200, ± 20 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200°C Abaterea temperatură nu mai mare de 3°C Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min ; 120°C, 45 min Rezoluția de programare 1°C Timpul de răcire ≤ 45 min, până la 75°C Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 6 ; Suport pentru sterilizator obligatoriu Alimentare 200-240V, 50 Hz	Sterilizator 230 L Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarmer acustică ; vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 230 l Camera sterilizatorului menține steril instrumentele în interiorul camerei, fara orificii cu acces direct la exterior Temperatura 40 - 300°C Rezoluție: 0,1 ° C; Fluctuația temperaturii: ± 1°C ; Omogenitate și stabilitate temperaturii: ± 2,5% Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min ; 120°C, 45 min Timpul de răcire ≤ 45 min, până la 75°C Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 6 ; Suport pentru sterilizator obligatoriu Alimentare 200-240V, 50 Hz	ISO ; CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**În calitate de: **Administrator**Valabilitatea ofertei - 160 zile
03.12.2024