

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731420786554 din: 14 nov 2024, 15:00 - 19 nov 2024, 16:00

Obiectul achiziției: Servicii de testări fizico-radiologice de performanță a dispozitivelor radiologice 2025

Nr. poziție	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
1	73100000-3	Servicii de testări fizico-radiologice de performanță a dispozitivelor radiologice 2025	-	-	-	<p>Lista dispozitivelor:</p> <ol style="list-style-type: none"> X-Frame DR 2S, Italray, anul producerii 2015, nr. serie 16-180-15, CCD et.4 X-Frame DR 2S, Italray anul producerii 2023, nr. serie 17-0888, CMF-2 et.4 ProXima V, Visaris, anul producerii 2022, nr. serie VV22G-01000, CMF-1, et. 3. ProXima V, Visaris, anul producerii 2022, nr. serie VV22G-02000, CCD et. -1. PRS 500B, Protec, anul producerii 2020, nr. serie S0820141, CCD et. 1 <p>Serviciile urmează să includă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy) - Acuratețea reproducerii kV, timp expunere - HVL - Reproducerea și linearitatea mAs - Exacitatea DAP, debit (doza/kV/mA și max) - Kerma în aer la suprafața de intrare <p>Toate manipulațiile la dispozitivele medicale se efectuează exclusiv de persoane autorizate. Dispozitivele cu care se vor face măsurările parametrilor menționați, vor dispune de buletin metrologic valabil, (copia buletinului metrologic se va anexa la documentele de calificare).2 Documentația de însoțire a Serviciilor include: Raport de testări (Buletin) cu valabilitatea de 1 an</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>1 (un) exemplar pentru fiecare instalație radiologică.</p>	<p>Lista dispozitivelor:</p> <ol style="list-style-type: none"> X-Frame DR 2S, Italray, anul producerii 2015, nr. serie 16-180-15, CCD et.4 X-Frame DR 2S, Italray anul producerii 2023, nr. serie 17-0888, CMF-2 et.4 ProXima V, Visaris, anul producerii 2022, nr. serie VV22G-01000, CMF-1, et. 3. ProXima V, Visaris, anul producerii 2022, nr. serie VV22G-02000, CCD et. -1. PRS 500B, Protec, anul producerii 2020, nr. serie S0820141, CCD et. 1 <p>Serviciile urmează să includă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy) - Acuratețea reproducerii kV, timp expunere - HVL - Reproducerea și linearitatea mAs - Exacitatea DAP, debit (doza/kV/mA și max) - Kerma în aer la suprafața de intrare <p>Toate manipulațiile la dispozitivele medicale se efectuează exclusiv de persoane autorizate. Dispozitivele cu care se vor face măsurările parametrilor menționați, vor dispune de buletin metrologic valabil, (copia buletinului metrologic se va anexa la documentele de calificare).2 Documentația de însoțire a Serviciilor include: Raport de testări (Buletin) cu valabilitatea de 1 an</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>1 (un) exemplar pentru fiecare instalație radiologică.</p>	-

				<p>9. Adresa de prestare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centrul Consultativ Diagnostic – mun.Chişinău, bd.Dacia 5/2b - Centrul Medicilor de Familie Nr. 1 – mun. Chişinău, str. Titulescu 37 - Centrul Medicilor de Familie Nr. 2 – mun. Chişinău, str. Independenţei 28 	<p>9. Adresa de prestare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centrul Consultativ Diagnostic – mun.Chişinău, bd.Dacia 5/2b - Centrul Medicilor de Familie Nr. 1 – mun. Chişinău, str. Titulescu 37 - Centrul Medicilor de Familie Nr. 2 – mun. Chişinău, str. Independenţei 28 	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu 17/6**