

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

IMSP Spitalul de Stat

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1725610129207 / 21274816 din 27.09.2024							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea reagenților, seturilor pentru diagnostic, materialelor consumabile de laborator, accesoriilor conform necesităților IMSP Spitalul de Stat pentru anul 2025						Lot 17, 18, 19, 20	
1	2	3	4	5	6	7	8
Denumirea pozitiei		Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
Denumirea pozitiei		Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
Lot 17							
17. Expres teste la glucoza, cetone, ph		U-3 - expres test, <i>nr.catalog</i> U031-03	China	ALLTEST Biotech CO	Teste	U-3 - Expres teste (Urine) la : glucoza, cetone, ph . Înregistrat la AMDM cu nr. DM000377344.	
Lot 18							
18. Teste pentru determarea singelui ocult in materialul biologic		FOB Rapid Test Cassete <i>nr.catalog</i> TFO-602	China	ALLTEST Biotech CO	Teste rapide(caseta combo) pentru determinarea singelui ocult din materiile fecale. Sensibilitatea testului 50ng/ml si mai mult sau 6,0 mkg/g de fecale	FOB - Rapid Test Cassete p/u determinarea singelui ocult in masele fecale (caseta combo) , pentru determinarea singelui ocult din materiile fecale. Sensibilitatea, testului 50ng/ml și mai mult sau 6,0 mkg/g de fecale. Înregistrat la AMDM cu nr. DM000377344.	
Lot 19							
19. Teste pentru determinarea Clostridium difficile GDH+ ToxinaA+ ToxinaB		Clostridium Difficile Toxin A+B+GDH, <i>nr. catalog</i> ICD-635B	China	ALLTEST Biotech CO	Teste rapide (caseta combo) pentru determinarea Clostridium Difficile , Toxina A, Toxina B si GDH din materiile fecale. Kitul sa concinta tuburi de colectare proba cu bufer si sa incuda separate controale pozitive pentru GDH si toxina A+B.Valorile limita de detectie pentru GDH cel putin 1 ng / ml, 2 ng / ml pentru Toxin A si 1 ng / ml pentru Toxin B. Sensibilitate si specificitate minim 98 % atit pentru GDH cit si pentru Toxina A, B	Teste rapide (caseta combo) pentru determinarea Clostridium Difficile, Toxina A, Toxina B si GDH din materiile fecale. Kitul sa concinta tuburi de colectare proba cu bufer si sa incuda separate controale pozitive pentru GDH si toxina A+B.Valorile limită de detecție pentru GDH cel puțin 1 ng / ml, 2 ng / ml pentru Toxin A și 7ng / ml pentru Toxin B. Sensibilitate si specificitate minim 98 % atit pentru GDH cit si pentru Toxina A, B. Înregistrat la AMDM cu nr. DM000377324.	
Lot 20							
20. Teste pentru determinarea Antigenului H.pylori		H.Pylori Ag <i>nr.catalog IHP-</i> 602	China	ALLTEST Biotech CO	Teste rapide pentru determinarea Antigenului H.Pylori din materiile fecale.Sensibilitatea testului rapid >99.9 %testului rapid >. 99.9 % , iar specificitatea de 98.1 % in raport cu metode bazate pe endoscop. Limita de detectie : maxim 5 ng/ml	Teste rapide pentru determinarea Antigenului H.Pylori din materiile fecale . Teste rapide pentru determinarea Antigenului H.Pylori din materiile fecale.Sensibilitatea testului rapid >99.9 %testului rapid >. 99.9 % , iar specificitatea de 98.1 % in raport cu metode bazate pe endoscop. Limita de detectie : maxim 5 ng/ml Înregistrat la AMDM cu nr.DM000377308	

Nume: Varman Irina **În calitate de:** Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL **Adresa:** mun. Chisinau, Dokucaev 6, of.61
semnat electron