

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: _____ ocds-b3wdp1-MD-1592459213028
Denumirea procedurii de achiziție: Pompă de perfuzie, cu seringă (injectomat)

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 1						
		Pompă de perfuzie						
		1.1 Pompă de perfuzie	Unifusion SP50	China	Shenzhen MedRena Biotech Co., Ltd	<i>Cu posibilitate de inserare seringi de diferit calibru (10ml, 20ml, 50ml, etc.);</i> <i>Conectoare Luer Lock; Viteza de perfuzare: de la 1ml/oră până la 1200ml/oră,</i> <i>eroare de administrare +/-5%; Posibilitate de administrare a bolusului manual;</i> <i>Alarme necesare: seringă goală, depășire presiune (sunet și indicator luminos);</i> <i>Autonomia bateriei interne: minim 4 ore; Posibilitate de fixare pe bare și stativ;</i> <i>Accesorii: seringi 50ml = 50buc, circuit de interconectare 130-150cm = 50buc;</i> <i>Termen de garanție: minim 24 luni</i>	<i>Cu posibilitate de inserare seringi de diferit calibru (5 ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml);</i> <i>Conectoare Luer Lock; Viteza de perfuzare: de la 0.1 ml/oră până la 1</i> <i>500ml/oră,</i> <i>eroare de administrare +/-2%; Posibilitate de administrare a bolusului manual;</i> <i>Alarme necesare: seringă goală, depășire presiune (sunet și indicator luminos);</i> <i>Autonomia bateriei interne: minim 4 ore; Posibilitate de fixare pe bare și stativ;</i> <i>Accesorii: seringi 50ml = 50buc, circuit de interconectare 130-150cm = 50buc;</i> <i>Termen de garanție: minim 24 luni</i>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Marina Grosu În calitate de: Director

Ofertantul: "Meditech" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Trandafirilor 13/1, of. 115