

Specificații tehnice (Anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1711969904832 / 21196169 din 09/04/2024						Data: 09/04/2024	Alternative nu sunt	
Obiectul achiziției: Achiziționarea testelor rapide de diagnostic alternativ #2 Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS (repetat 3)						Lot: 1	Pagina 1 din 1	
Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
3310000-1	1	Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1 "alt producător" fata de cel de baza si din alternativa 2)	Bioline HIV 1/2 3.01 03FK16	Korea	Abbott	Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma) sau sânge capilar. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 99% Test alternativ 2 "alt producător față de cele de bază: - First Response HIV 1/2 produs de Premier Medical Corporation Private Limited, - ONE STEP Anti-HIV (1&2) Test, produs de InTec PRODUCTS, INC, și cel din alternativa 1: - Diagnostic kit for HIV (1+2) antibody (colloidal gold) V2, producător Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd Testele trebuie să fie precalificate de OMS	Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma) sau sânge capilar. Sensibilitatea la HIV - 100% Specificitatea la HIV - 99.9% Test alternativ 2 "alt producător față de cele de bază: - First Response HIV 1/2 produs de Premier Medical Corporation Private Limited, - ONE STEP Anti-HIV (1&2) Test, produs de InTec PRODUCTS, INC, și cel din alternativa 1: - Diagnostic kit for HIV (1+2) antibody (colloidal gold) V2, producător Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd Testele trebuie să fie precalificate de OMS - Corespunde.	Notificare acceptata de AMDM din 23.10.2023

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova