

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21480035, ocde-b3wdp1-MD-1758709403190							Data: 14.11.2025
Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insușirilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.24)							Lot:
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsăt orul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
-	1	2	3	4	5	6	7
1	33100000-1	Centrifugă de laborator (8-12 tuburi)	BKC-TL5VII +Angle Rotor 4 (12*15ml)) Angle Rotor 3 12*10ml	China	Biobase	Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație (să cuprindă intervalul): Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea: Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer: Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori: Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare. obligatoriu Parametri eprubetă: Compatibilă cu eprubete cu dimensiunile: 17mm diametru x 102 mm lungime.	Centrifugă de laborator, 8-12 tuburi BKC-TL5VII. Catalog p. 20 / Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul / Specificația <i>Viteza de rotație</i> min 100rpm, max 5000rpm <i>Capacitatea</i> : Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml - da <i>Numărul de tuburi</i> 8-12 tuburi - da <i>Timer</i> : Diapazon minim de timp 0 - 99 min <i>Incrementarea</i> ≤1 min <i>Securitatea</i> Blocarea capacului în timpul lucrului <i>Indicatori</i> : Indicarori vizual și acustic Debalansare Pornire/oprire Capac deschis Display Digital Nivelul de zgomot ≤58 dB Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare - da Parametri eprubetă: Compatibilă cu eprubete cu dimensiunile: 17mm diametru x 102 mm lungime Registrul de stat al dispozitivelor medicale nr. DM000424168.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 14.11.2025

Valabilitatea ofertei - 160 zile.