

			Specificații tehnice (F4.1)							
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1628162883392 (21042802)						Data: 31 ,08, 2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată de consumabile pentru dispozitive medicale de tip deschis conform necesităților IMSP, pentru anul 2022						Lot: _____	Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1		2	3	4,00	5	6	7	8		
331000 00-1	10	Gel ECG, 250 ml	Gel ECG, 250 ml	EG260 Conti Gel. High conductive electrode gel	Ungaria	Ultragel	1.volum flacon 250 ml (± 10 ml) 2.1 flacon transparent, 3.PH - 5.8 4. gel transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri, 6. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG, 7.hidrosolubil **Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale	1.volum flacon 260 ml (± 10 ml) 2.1 flacon transparent, 3.PH - 5.5-6,5. 4. gel transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri, 6. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG, 7.hidrosolubil **Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale	CE. ISO	
331000 00-1	11	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml	UC 1000 Aquaultra Clear High Viscous transmission gel	Ungaria	Ultragel	1.volum: 1000 ml 2.1 flacon transparent 3.PH - 5.8 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale	1.volum: 1000 ml 2.1 flacon transparent 3.PH - 5.5-6,5. 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale	CE. ISO	
331000 00-1	12	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	UCK 5000 Aquaultra Clear High Viscous transmission gel	Ungaria	Ultragel	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml cite un flacon) 3.PH - 5.8 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml cite un flacon) 3.PH - 5.5-6,5. 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei	CE. ISO	
331000 00-1	47	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	EET168	Ungaria	Ultragel	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale	CE. ISO	
331000 00-1	48	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil	EET169	Ungaria	Ultragel	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE si/sau Certificat de	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE si/sau Certificat de	CE. ISO	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Diana Tutunaru _ În calitate de: _jurist

Ofertantul: IM Natusana SRL _ Adresa: _or. Codru, str. M. Eminescu 31