

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1686921991829 din 1 iul 2023, 9:25 - 23 iul 2023, 14:25

Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS Serviciul Medical al MAI și IMSP Spitalul Clinic Bălți

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33100000-1	1	Sistem radiodiagnostic cu braț C (15kW) Cod 210270	Ziehm 8000	Germany	Zeihm	Sistem radiodiagnostic cu braț C (15kW) Cod 210270 Descriere Sistemele radiodiagnostice cu braț C sunt destinate pentru efectuarea examinărilor radiodiagnostice în timpul intervențiilor chirurgicale. Parametrul Specificația Generator raze X de frecvență înaltă 60-100 KHz Gama KV 40-120 puterea generator ≥ 15 kW Tub radiogen tip cu anod rotativ sistem de răcire controlat de procesor Regimuri de lucru Fluoroscopic Normal Pulsativ Radiografic da Digital Spot da Doza de iradiere redusă da Arcul C Spațiul liber pentru pacient ≥ 76 cm adâncimea ≥ 60 cm SID Distanța: minim 950 mm Unghiul de înclinare ≥ ±90° Unghi de rotație orbitală ≥ 155° Unghi de angulație pozițională ≥ ±10° suport pe roți cu blocare da Panou comandă Tehnologie Touchscreen da Telecomandă Telecomandă/pedală da Camera digitală tip CCD incorporată rezoluție minimă 1024x1024 Adâncime imagine, bit Minim 16 biți Timp procesare imagine pe display Nu mai mult de 5 sec Vizualizare stand cu 2 Monitoare ≥19" Stocare imagini Minim 50 000 de imagini cu rezoluție maximă Procesare imagini importate DICOM 3,0 Exportare imagini USB DAP-metru da Intensificatorul imaginilor mod triplu de intensificare minim 9" HRC Filtrare constantă ≥ 0,1 mm Cu + 2,1 mm Al Alimentare Tensiunea curentului electric 230 V ±10%; 50 Hz	Sistem radiodiagnostic cu braț C (15kW) Ziehm 8000 Cod 210270 Descriere Sistemele radiodiagnostice cu braț C sunt destinate pentru efectuarea examinărilor radiodiagnostice în timpul intervențiilor chirurgicale. Da Specificație Tehnică ,Brosura Parametrul Specificația Generator raze X de frecvență înaltă 60-100 KHz 40kHz , specificație ,pag.2 Gama KV 40-120 40-110kV,specificație ,pag.2 puterea generator ≥ 15 kW 2,2 kW, specificație ,pag.2 Tub radiogen tip cu anod rotativ Stationar ,specificație ,pag.2 sistem de răcire controlat de procesor Da pag.2 specificație Regimuri de lucru Fluoroscopic Normal Da ,pag.2 specificație Pulsativ Da ,pag.2 Radiografic da Da, pag.2 Digital Spot da pag.2 Doza de iradiere redusă da declaratie producator Arcul C Spațiul liber pentru pacient ≥ 76 cm 76cm pag.2 specificație adâncimea ≥ 60 cm 68 cm ,pag2 specificație SID Distanța: minim 950 mm 960mm pag.2 specificație Unghiul de înclinare ≥ ±90° +/- 225 grade , pag.2 specificație Unghi de rotație orbitală ≥ 155° +90/-45, pag 2 specificație Unghi de angulație pozițională ≥ ±10° ,pag.2 spificatie suport pe roți cu blocare da DA pag.2 specificație Panou comandă Tehnologie Touchscreen da Pecicula Brosura Telecomandă Telecomandă/pedală da Da ,brosura Camera digitală tip CCD incorporată rezoluție minimă 1024x1024 Da, pag.2 specificație Adâncime imagine, bit Minim 16 biți Da pag, 3 specificație Timp procesare imagine pe display Nu mai mult de 5 sec Da brosură Vizualizare stand cu 2 Monitoare ≥19" Da 2x 19inch, pag.3 specificație Stocare imagini Minim 50 000 de imagini cu rezoluție maximă Da 150000 ,pag3 specificație Procesare imagini importate DICOM 3,0 Da pag.3 specificație Exportare imagini USB DA pag.3 spificatie DAP-metru da Da pag 3 specificație Intensificatorul imaginilor mod triplu de intensificare minim 9" HRC Da pag.2 specificație Filtrare constantă ≥ 0,1 mm Cu + 2,1 mm Al DA 3,9 Al 0,1 Cu ,pag2, spificatie Alimentare Tensiunea curentului electric 230 V ±10%; 50 Hz Da pag3	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**