



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail: office@capcs.md

Nr. Dg02-1003 din " 03 " 04 2019

DENOLGA MEDICAL SRL

olesea.cucerenco@yahoo.com

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării LP nr COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1550825150087 din 07.03.2019 " Achiziționarea consumabilelor pentru Cabinetul Chirurgie Endourologică conform necesităților IMSP SCR "Timofei Moșneaga" pentru anul 2019 REPETAT", Vă comunică că conform **deciziei din 03.04.2019** oferta Dvs. pentru loturile de mai jos nu a fost acceptată din motivele ce urmează:

Lotul nr.1 Set rezectoscop (endourologie)

Poziția nr.1.2 *Teaca externa rezectoscopului*- bunul oferit nu corespunde deoarece nu poate fi compatibilă cu teaca internă A22040A existentă în instituție.

Poziția nr.1.3 *Cablu pentru rezecție monopolară* – bunul oferit nu corespunde deoarece nu poate fi compatibil cu elementul de lucru WA22067A existent în instituție.

Poziția nr.1.4 *Cablu pentru rezecție în mediul salin, bipolar*. – bunul oferit nu corespunde deoarece nu poate fi compatibil cu elementul de lucru WA22367A existent în instituție.

Poziția nr.1.5 *Electrod monopolar roller 26 F* – bunul oferit nu corespunde deoarece nu poate fi compatibil cu elementul de lucru WA22067A existent în instituție.

Poziția nr.1.6 *Electrod monopolar roller 27 F* – bunul oferit nu corespunde deoarece nu poate fi compatibil cu elementul de lucru WA22067A existent în instituție.

Lotul nr.5 Buj conic 15 - 30 Fr pentru dilatarea uretrei anterioare

Oferta pentru lotul nr.5 nu poate fi acceptată întrucât în pachetul de documente a fost prezentat formularul F4.1 pentru lotul nr.3 și nu pentru lotul nr.5.

În contextul celor relatate, în temeiul art. 65 alin. (3) lit. a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta Dvs. pentru loturile mai sus nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde specificațiilor tehnice expuse în Documentația Standard.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director
Centru pentru Achiziții Publice
Centralizate în Sănătate

Ivan Antoci