

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1681387044453**

Denumirea procedurii de achiziție: **Dispozitive medicale pentru 2023**

Autoritatea contractanta : **IMSP Policlinica de Stat**

Co d CP V	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilo r	Modelul articolului	Țara de origine	Producăt orul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referinț ă
33100000-1	6	Reflector frontal cu lampă și baterii ORL	31109	Italia	Gima	Diametru oglindă: D100 mm Oglindă cu brățară ajustabilă pentru cap: Da Termen îndelungat de funcționare a lămpii: Da Carcasă bloc baterii 2x3V CR-123A Geantă pentru transport din cordură:Da Manual de utilizare în limba română:Da Anul fabricării: 2022-2023. Produs nou, lipsit de vicii.	Diametru oglindă: D100 mm Oglindă cu brățară ajustabilă pentru cap: Da Termen îndelungat de funcționare a lămpii: Da Carcasă bloc baterii 2x3V CR-123A Geantă pentru transport din cordură:Da Manual de utilizare în limba română:Da Anul fabricării: 2022-2023. Produs nou, lipsit de vicii.	ISO,CE, Declarati e de conformi tate

Semnat: Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova