

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21075170 din 20.03.2023

Obiectul achiziției: Consumabile Medicale

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr.115
din "15" septembrie 2021

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Prod- cãtorul	Specificarea tehnicã deplinã solicitatã de cãtre autoritatea contractantã	Specificarea tehnicã deplinã propusã de cãtre oferant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 4						
Glucometrul	Clever Check TD-4116	Taiwan	TaiDoc	Dispozitiv portabil cu ecran LCD; - Proces automat de măsurare; - Volumul picãturi de sânge capilar pentru probã mai mic sau egal cu 2 microlitri; - Intervalul de măsurare a glicemiei mai mic sau egal cu 1,2 mmol/l și mai mare sau egal cu 33 mmol/l; - Timp de măsurare mai mic de 10 secunde; - Memorie de cel puțin 300 teste; - Calibrarea automatã; - Dispozitiv de înțepare pentru fiecare glucometru; - Geantã de transport pentru fiecare set de glucometru; - Manual de utilizare pentru fiecare glucometru; - Garanția pentru glucometru de minim 2 ani; - Certificat CE, Standarde ISO 15197:2013 TOATE ACCESORIILE ȘI CONSUMABILELE TREBUIE SÃ FIE COMPATIBILE *correspondența fiecãrui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare pozitie în mod individual va fi confirmatã în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, planșul produsului (emise de producător)	Dispozitiv portabil cu ecran LCD; - DA- pag 26 - Proces automat de măsurare; - DA- pag 26 Volumul picãturi de sânge capilar pentru probã 0,7; - DA, pag 15 - Intervalul de măsurare a glicemiei pag 15 - Timp de măsurare 7 secunde; - DA pag 26 - Memorie de 450 teste; - DA, pag 26 - Calibrarea automatã; - DA, pag 26 Dispozitiv de înțepare pentru fiecare glucometru; - DA - Geantã de transport pentru fiecare set de glucometru; - DA Manual de utilizare pentru fiecare glucometru; - DA - Garanția pentru glucometru de minim 2 ani; - DA Certificat CE, Standarde ISO 15197:2013 TOATE ACCESORIILE ȘI	ISO, CE

				Ofertantul va evidenta, marca in pagina indicata, din fisă tehnică textul care confirmă specificia în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare	CONSUMABILILE TREBUIE SĂ FIE COMPATIBILE – DA, este atasat la licitație *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare pozitie în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, planul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenta, marca în pagina indicată, din fisă tehnică textul care confirmă specificia în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare	
Total lot 4						
Lotul 5						
Teste /Benzii pentru evaluarea glicemiei, în set cu lanțete	Clever Check TD-4302 Clever Check TD 5084	Taiwan	TaiDoc	Compatibili cu glucometrul. Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrare. - Garanțarea prezentei testelor (bandelelelor) în farmacia pentru a fi cumpărate de pacienții cu necesități de a determina glicemia mai frecvent decât cea programată. *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare pozitie în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, planul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenta, marca în pagina indicată, din fisă tehnică textul care confirmă specificia în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare	Compatibili cu glucometrul. – DA, cu Clever Check 4116 Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrare. – DA - Garanțarea prezentei testelor (bandelelelor) în farmacia pentru a fi cumpărate de pacienții cu necesități de a determina glicemia mai frecvent decât cea programată. *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare pozitie în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, planul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenta, marca în pagina indicată, din fisă tehnică textul care confirmă specificia în cauză.	ISO, CE

								Certificat de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare- Da , atasate la licitația	
Total lot 5								Lameta siera Clever	
TOTAL								Check ID 5084	
								Impachetare: 100 buc în set	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: *Zagareanu Tatiانا* În calitate de: *Manager achizitii*
Ofertantul: *Polisano Prim SRL* Adresa: *or. Chişinău, str. Nicolae Testemiţanu 3/18*