

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1750255607628 din 30 iun 2025, 12:00 - 21 iul 2025, 12:30

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.16)

Co d CP V	N r. d/ o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/servic iului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33 10 00 00- 1	5	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 1500L	EKT725	Turcia	Emsas	"Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei în intervalul de 500–700 litri, cu o toleranță maximă de ±10% Număr de rafturi ≥ 6 Ușă Număr ≥ 2 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frâne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevăzute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8°C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2°C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 55 dB	Conform Anexei nr. 1 la Specificații Tehnice	DM000430801
33 10 00 00- 1	6	Holter TA	Walk200B, (BT-USB)	Italia	Cardioline	"Descriere: Înregistrarea valorilor tensiunii arteriale la intervale de timp de până la 48 ore. Parametrul Specificația Dezumflarea în trepte CARACTERISTICI TEHNICE Perioade de înregistrare a tensiunii arteriale ≥ 48 ore Metoda de măsurare oscilometrică Domeniu de măsurare 40-200/min (bpm)	Conform Anexei nr. 1 la Specificații Tehnice	DM000499876

						Alarmer pentru tensiunea sistolică și diastolică Memorie 400 măsurători Precizie ± 3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată Manșete aplicabile dimensiuni mică, standard și mare Alimentare baterii reîncărcabile incluse în set Transmisie date prin USB Cablu USB Ecran LCD Greutate până la 200 g SOFTWARE Software în limba română/rusă/engleză Suport de date cu software GARANȚIE Serviciu Garanție 12 luni Serviciu Post-Garanție 2 ani		
33 10 00 00- 1	11	Masă pentru operații (caracteristici avansate)	Vivax OT-02	Polonia	Infimed	"Masă pentru operații (caracteristici avansate) Parametrul Specificația Descriere Masa de operații folosită în ortopedia protetică a articulațiilor mari, ce oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă. Tip masă Electrohidraulică da Mărimile blatului mesei Lungimea > 200 cm Lățimea cu șinile laterale > 55 cm Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 65 $\pm$ 5cm pozitie jos și minim 100 $\pm$ 5 pozitie sus Deplasarea longitudinală bidirecțională > 30 cm Trendelemburg ≥ 35 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 35 grade Flex ≥ 220 grade Reflex ≥ 110 grade Secțiile mesei ≥ 5 secții Secția cap interschimbabilă cu secțiunile picioare da Înclinarea Laterală ≥ 25 grade Secția spate de la +80 la -40 grade (minim) Secțiile picior de la +20 la - 90 grade (minim) detașabile divizate Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului Capacitate maximă de ridicare ≥ 350 kg Capacitate minimă articulație ≥ 250 kg Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel/ suport pentru casete X-ray-pe toată lungimea mesei Radiotransparență da Accesibilitatea brațului C da Mărimea casetelor minim 35x43 cm Atașarea de bază mobilă Diametru roților ≥ 75 mm Roți pivotante pentru manevrare usoara a mesei da Saltea masă de operație Grosimea ≥ 70 mm Saltea din spumă de memorie da Înveliș lavabil, impermeabil da Înveliș rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți) da	Conform Anexei nr. 1 la Specificații Tehnice	DM000303247

						Divizată pentru fiecare secție în parte da Sistem de frinare a bazei electrică Sistem electrohidraulic pentru miscarea sus/jos, lateral, trendelenburg, înverstrendelenburg a mesei da Alimentarea electrică 220 V, 50 Hz Baterie internă cu autonomie ≥ 60 manipulări Telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir și wireless (fără fir) da Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei da Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială da Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Accesorii Saltea cu memorie p/u secțiunile: cap, spate și șezut, picior stâng și drept 1 set Telecomandă cu fir 1 buc. Telecomandă wireless (fără fir) 1 buc Mecanisme de fixare a accesoriilor, pe șina laterală (de rezervă) 2 unit. Suport mâini (stînga și dreapta) cu reglare pe verticală și orizontală, include mecanismul de fixare 2 unit. Suport pentru ecran de anestezie, include mecanismul de fixare 1 unit. Suport pentru fixarea pacientului din laterale cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanismul de fixare 1 pereche Suport pentru mină la poziționarea pacientului pe laterală, cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare 1 unit. Masa Mayo cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare 1 unit. Suport pentru fixarea picioarelor (ginecologice) tip Goepel, cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanizme de fixare 1 unit. Suport pentru fixarea piciorului în artroscopie cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare 1 unit. Suport pentru fixarea genunghiului cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare 1 unit. Suport pentru cap din gel, pentru adult, tip potcoavă 1 unit. Suport pentru mina/picior din gel, pentru adult, tip U, lungime ≥ 50 cm 1 unit. Suport pentru corp pentru expunerea pacientului în pozitie laterala, din gel, marimea $\geq 70 \times 45$ cm 1 unit.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**