

Медицинский кислородный датчик O2 cell Maquet Siemens для
Servo-I Servo-S артикул 66 40 044 6640044



упаковка 1 штука

метод регистрации - ультразвуковой

обслуживание датчика - необслуживаемый

Номинальный срок службы - не нормируется

Рабочая температура: от 0 до 45°C

Вентиляторы Servo-I должны иметь версию не ниже 1.02.04

Вентиляторы Servo-S могут иметь любую версию