

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1762442702145/21505739 din: 06.11.2025 conform SIARSAP Mtender								
Obiectul achiziției: Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice beneficiare								
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii							
13.1	Proteză totală de genunchi necimentat	Componenta tibială necimentată.	522201001 522201002 522201003 522201004 522201005 522201006 522201007 522201008	Ungaria	Sanatmetal Ltd.	Componenta tibială - Sa fie confectionata din aliaj Titan; - Sa fie universală SAU stanga/ dreapta - Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la porțiunea proximală a tibiei Să prezinte modularitate, 3 dimensiuni de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea insertului de polietilenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere -Dimensiuni: minim 5, universale SAU stanga/dreapta -Suprafața de implantare sa fie rugoasă, acoperită cu suprafața osteointegrativă hidroxiapatită,titan poros sau combinație între ele ; - Modalitatea de implantare necimentată; -Sa permită corectă poziționare cu ghid centromedular sau extern; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Componenta tibială - Sa fie confectionata din aliaj Titan; - Sa fie universală SAU stanga/ dreapta - Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la porțiunea proximală a tibiei Să prezinte modularitate, 3 dimensiuni de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea insertului de polietilenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere -Dimensiuni: minim 5, universale SAU stanga/dreapta -Suprafața de implantare sa fie rugoasă, acoperită cu suprafața osteointegrativă hidroxiapatită,titan poros sau combinație între ele ; -Modalitatea de implantare necimentată; -Sa permită corectă poziționare cu ghid centromedular sau extern; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	CE, ISO
13.2	Proteză totală de genunchi necimentat	Componenta femurală necimentată	521200101 521200102 521200103 521200104 521200105 521200106 521200107 521200108 521200201 521200202 521200203 521200204 521200205 521200206 521200207 521200108	Ungaria	Sanatmetal Ltd.	- Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , necimentata - Sa fie o componenta anatomica cu 3 raze de curbura - Variante stanga/ dreapta - Sa prezinte optional fixarea femurală antirotatională augumentată prin doi pini și o textură specială pentru o bună fixare a componentului necimentat - Deschiderea posterioară intercondiliana pentru sa permita implantarea tijelor centromedulare - Design care sa permita flexie pana la 130° - Suprafața posterioară acoperita cu hidroxiapatita or titan poros optional combinate. - Sa prezinte congruenta între raza condiliilor femurali si insertul tibial - Sa prezinte minim 5 dimensiuni diferite stanga/ dreapta - Suprafața articulară sa fie lustruită - Suprafața de implantare sa fie rugoasă Sa fie sterilă minim 3 ani din momentul livrării	- Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , necimentata - Sa fie o componenta anatomica cu 3 raze de curbura - Variante stanga/ dreapta - Sa prezinte optional fixarea femurală antirotatională augumentată prin doi pini și o textură specială pentru o bună fixare a componentului necimentat - Deschiderea posterioară intercondiliana pentru sa permita implantarea tijelor centromedulare - Design care sa permita flexie pana la 130° - Suprafața posterioară acoperita cu hidroxiapatita or titan poros optional combinate. - Sa prezinte congruenta între raza condiliilor femurali si insertul tibial - Sa prezinte minim 5 dimensiuni diferite stanga/ dreapta - Suprafața articulară sa fie lustruită - Suprafața de implantare sa fie rugoasă Sa fie sterilă minim 3 ani din momentul livrării	CE, ISO

13.3	Proteză totală de genunchi necimentat	Insert tibial	423100110 423100112 423100114 423100118 423100122 423100210 423100212 423100214 423100218 423100222 423100310 423100312 423100314 423100318 423100322 423100410 423100412 423100414 423100418 423100422 423100510 423100512 423100518 423100522 423100610 423100612 423100614 423100618 423100622 423100710 423100712 423100714 423100718 423100722 423100810 423100812 423100814 423100818 423100822	Ungaria	Sanatmetal Ltd.	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebită, , astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere - Sa prezinte varianta cu stabilizare posterioara - Să prezinte 4 dimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebită, , astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere - Sa prezinte varianta cu stabilizare posterioara - Să prezinte 4 dimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	CE, ISO
13.4	Proteză totală de genunchi necimentat	Set de instrumente gratuit în folosință	Filled-up tray (Sanat Swing BASE - CR)	Ungaria	Sanatmetal Ltd.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar	CE, ISO
13.5	Proteză totală de genunchi necimentat	Motor oscilant si burghiu	NS-1011, ND-2011	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	ISO,CE DM000431018 DM000431014
11.1	Proteza unicompartimentala de genunchi.	Componentă femurală	A5101-01LM A5101-02LM A5101-03LM A5101-04LM A5101-05LM A5101-01RM A5101-02RM A5101-03RM A5101-04RM A5101-05RM	China	Beijing LiDaKang Technology Co., Ltd	Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , -implantare cimentata si necimentata -Variante stanga/ dreapta ; - pin de fixare pentru stabilitate -Minim 5 dimensiuni pentru fiecare membru in parte ; -Suprafata articulara sa fie lustruita ; -Suprafata de implantare sa fie rugoasa ; - Sa fie sterila.minim 3 ani de la livrare	Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , -implantare cimentata si necimentata -Variante stanga/ dreapta ; - pin de fixare pentru stabilitate -Minim 5 dimensiuni pentru fiecare membru in parte ; -Suprafata articulara sa fie lustruita ; -Suprafata de implantare sa fie rugoasa ; - Sa fie sterila.minim 3 ani de la livrare pag 35-36 din LDK Products Catalogue V1.2 250711	CE, ISO

11.2	Proteza unicompartimentala de genunchi.	Componentă tibială	A5201-S1LM A5201-01LM A5201-02LM A5201-03LM A5201-04LM A5201-05LM A5201-S1RM A5201-01RM A5201-02RM A5201-03RM A5201-04RM A5201-05RM	China	Beijing LiDaKang Technology Co., Ltd	Sa fie confectionata din aliaj de CoCr ; -implantare cimentata si necimentata -Sa respecte forma anatomica a hemiplatoului tibial; -Sa prezinte modularitate, dimensiuni uzuale de tibie sa fie compatibile cu minim 3 dimensiuni de femur ; -suprafata articulara sa fie lustruita -Dimensiuni: minim 6 in total pentru fiecare membru in parte ; -Sa fie sterila. Minim 3 ani de la livrare	Sa fie confectionata din aliaj de CoCr ; -implantare cimentata si necimentata -Sa respecte forma anatomica a hemiplatoului tibial; -Sa prezinte modularitate, dimensiuni uzuale de tibie sa fie compatibile cu minim 3 dimensiuni de femur ; -suprafata articulara sa fie lustruita -Dimensiuni: minim 6 in total pentru fiecare membru in parte ; -Sa fie sterila. Minim 3 ani de la livrare pag 35-36 din LDK Products Catalogue V1.2 250711	CE, ISO
11.3	Proteza unicompartimentala de genunchi.	Insert de polietilenă	A5301-S108 A5301-S109 A5301-S110 A5301-S111 A5301-S112 A5301-S114 A5301-0108 A5301-0109 A5301-0110 A5301-0111 A5301-0112 A5301-0114 A5301-0208 A5301-0209 A5301-0210 A5301-0211 A5301-0212 A5301-0214 A5301-0308 A5301-0309 A5301-0310 A5301-0311 A5301-0312 A5301-0314 A5301-0408 A5301-0409 A5301-0410 A5301-0411 A5301-0412 A5301-0414 A5301-0508 A5301-0509 A5301-0510 A5301-0511 A5301-0512 A5301-0514	China	Beijing LiDaKang Technology Co., Ltd	Insert tibial -Sa fie confectionat din polietilena UHMWPE - Să prezinte minim 5 dimensiuni cu 4 înălțimi de inserturi; -insertul sa fie mobil pe tibie - Sa fie steril.	Insert tibial -Sa fie confectionat din polietilena UHMWPE - Să prezinte minim 5 dimensiuni cu 4 înălțimi de inserturi; -insertul sa fie mobil pe tibie - Sa fie steril. pag 35-36 din LDK Products Catalogue V1.2 250711	CE, ISO

11.4	Proteza unicompartimentala de genunchi.	Set de instrumente gratuit în folosință	XU-Uni Knee System Instruments	China	Beijing LiDaKang Technology Co., Ltd	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. pg 64-72 Instruments Catalog(20240614)	CE, ISO
11.5	Proteza unicompartimentala de genunchi.	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	NS-1011, ND-2011	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument &Dvice Co	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie DIN canulate drill nd-2011/ns-1011 oscillating saw	ISO,CE DM000431018 DM000431014
11.6	Proteza cimentata de cap radial (modulara)	Lame pentru motor oscilant	Saw blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument &Dvice Co	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant DIN Saw blades	ISO,CE
13.1	Proteză totală de genunchi necimentat	Componenta tibiala necimentata.	522201001 522201002 522201003 522201004 522201005 522201006 522201007 522201008	Ungaria	Sanatmetal Ltd.	Componenta tibiala - Sa fie confectionata din aliaj Titan; - Sa fie universală SAU stanga/ dreapta - Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei Să prezinte modularitate, 3 dimensiuni de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea insertului de polietilenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere -Dimensiuni: minim 5, universale SAU stînga/dreapta -Suprafata de implantare sa fie rugoasa, acoperita cu suprafata osteointegrativa hidroxiapatita,titan poros sau combinatie între ele ; - Modalitatea de implantare necimentata; -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Componenta tibiala - Sa fie confectionata din aliaj Titan; - Sa fie universală SAU stanga/ dreapta - Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei Să prezinte modularitate, 3 dimensiuni de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea insertului de polietilenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere -Dimensiuni: minim 5, universale SAU stînga/dreapta -Suprafata de implantare sa fie rugoasa, acoperita cu suprafata osteointegrativa hidroxiapatita,titan poros sau combinatie între ele ; -Modalitatea de implantare necimentata; -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare PAG 17 DIN Orthopaedics_catalogue_RevG_230710	ISO,CE
13.2	Proteză totală de genunchi necimentat	Componenta femurala necimentata	521200101 521200102 521200103 521200104 521200105 521200106 521200107 521200108 521200201 521200202 521200203 521200204 521200205 521200206 521200207 521200208	Ungaria	Sanatmetal Ltd.	- Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , necimentata - Sa fie o componenta anatomica cu 3 raze de curbura - Variante stanga/ dreapta - Sa prezinte optional fixarea femurală antirotațională augumentată prin doi pini și o textură specială pentru o bună fixare a componentului necimentat - Deschiderea posterioara intercondiliana pentru sa permita implantarea tijelor centromedulare - Design care sa permita flexie pana la 130° - Suprafata posterioara acoperita cu hidroxiapatita or titan poros optional combinate. - Sa prezinte congruenta între raza condiliilor femurali si insertul tibial - Sa prezinte minim 5 dimensiuni diferite stanga/ dreapta - Suprafata articulara sa fie lustruita - Suprafata de implantare sa fie rugoasa Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrării	- Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , necimentata - Sa fie o componenta anatomica cu 3 raze de curbura - Variante stanga/ dreapta - Sa prezinte optional fixarea femurală antirotațională augumentată prin doi pini și o textură specială pentru o bună fixare a componentului necimentat - Deschiderea posterioara intercondiliana pentru sa permita implantarea tijelor centromedulare - Design care sa permita flexie pana la 130° - Suprafata posterioara acoperita cu hidroxiapatita or titan poros optional combinate. - Sa prezinte congruenta între raza condiliilor femurali si insertul tibial - Sa prezinte minim 5 dimensiuni diferite stanga/ dreapta - Suprafata articulara sa fie lustruita - Suprafata de implantare sa fie rugoasa Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrării PAG 14 DIN Orthopaedics_catalogue_RevG_230710	ISO,CE

13.3	Proteză totală de genunchi necimentat	Insert tibial	423100110 423100112 423100114 423100118 423100122 423100210 423100212 423100214 423100218 423100222 423100310 423100312 423100314 423100318 423100322 423100410 423100412 423100414 423100418 423100422 423100510 423100512 423100514 423100518 423100522 423100610 423100612 423100614 423100618 423100622 423100710 423100712 423100714 423100718 423100722 423100810 423100812 423100814 423100818 423100822	Ungaria	Sanatmetal Ltd.	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebită, , astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere - Sa prezinte varianta cu stabilizare posterioara - Să prezinte 4 dimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebită, , astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere - Sa prezinte varianta cu stabilizare posterioara - Să prezinte 4 dimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare PAG 15 DIN Orthopaedics_catalogue_RevG_230710	ISI,CE
13.4	Proteză totală de genunchi necimentat	Set de instrumente gratuit în folosință	Filled-up tray (Sanat Swing BASE - CR)	Ungaria	Sanatmetal Ltd.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar PAG 20 -27 DIN Orthopaedics_catalogue_RevG_230710	ISO,CE
13.5	Proteză totală de genunchi necimentat	Motor oscilant si burghiu	NS-1011, ND-2011	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument &Dvice Co	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului DIN canulate drill nd-2011/ns-1011 oscillating saw	ISO,CE DM000431018 DM000431014

15.1	Proteză totală de genunchi cimentat NPS (CR)	Componenta tibiala cimentata.	NMDPT NMDPT01 NMDPT02 NMDPT03 NMDPT04 NMDPT05	Turkey	Normmed	Componenta tibiala - Sa fie confectionata din aliaj Titan; - Sa fie universala SAU stanga/ dreapta - Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei Să prezinte modularitate, 3 dimensiuni de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea insertului de polietilenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere -Dimensiuni: minim 5, universale SAU stînga/dreapta ; -Modalitatea de implantare cimentata; -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.	Componenta tibiala - Sa fie confectionata din aliaj Titan; - Sa fie universala SAU stanga/ dreapta - Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei Să prezinte modularitate, 3 dimensiuni de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea insertului de polietilenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere -Dimensiuni: minim 5, universale SAU stînga/dreapta ; - Modalitatea de implantare cimentata; -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. PAG 8 DIN normmed_total_knee_catalog	CE, ISO DM000678252 DM000678251 DM000678250 DM000678249 DM000678248 DM000678247
15.2	Proteză totală de genunchi cimentat NPS (CR)	Componenta femurala cimentata NPS	NMDPF NMDPF01 NMDPF02 NMDPF03 NMDPF04 NMDPF05 NMDPF11 NMDPF12 NMDPF13 NMDPF14 NMDPF15	Turkey	Normmed	Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr, cimentata Să prezinte modularitate, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie • Variante stanga/ dreapta • Sa prezinte 2 pini pentru fixarea femurală antirotațională și o textură specială pentru o bună fixare a componentului cimentat • Deschiderea posterioara intercondiliana pentru sa permita implantarea tijelor centromedulare • Design care sa permita flexie pana la 130° • Sa prezinte congruenta între raza condiliilor femurali si insertul tibial • Sa prezinte minim 5 dimensiuni diferite stanga/ dreapta • Suprafata articulara sa fie lustruita Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrării.	Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr, cimentata Să prezinte modularitate, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie • Variante stanga/ dreapta • Sa prezinte 2 pini pentru fixarea femurală antirotațională și o textură specială pentru o bună fixare a componentului cimentat • Deschiderea posterioara intercondiliana pentru sa permita implantarea tijelor centromedulare • Design care sa permita flexie pana la 130° • Sa prezinte congruenta între raza condiliilor femurali si insertul tibial • Sa prezinte minim 5 dimensiuni diferite stanga/ dreapta • Suprafata articulara sa fie lustruita Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrării. PAG 7 DIN normmed_total_knee_catalog	CE, ISO DM000678223 DM000678225 DM000678224 DM000678226 DM000678231 DM000678232 DM000678233 DM000678230 DM000678229
15.3	Proteză totală de genunchi cimentat NPS (CR)	Insert tibial NPS	NMDPIS0XX NMDPIS002 NMDPIS003 NMDPIS004 NMDPIS005 NMDPIS009 NMDPIS010 NMDPIS011 NMDPIS012 NMDPIS016 NMDPIS017 NMDPIS018 NMDPIS019 NMDPIS023 NMDPIS024 NMDPIS025 NMDPIS026 NMDPIS030 NMDPIS031 NMDPIS032 NMDPIS033	Turkey	Normmed	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebită, , astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere - Să prezinte minim 4 dimensiuni de inaltime - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebită, , astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere - Să prezinte minim 4 dimensiuni de inaltime - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. PAG 10 DIN normmed_total_knee_catalog	CE, ISO DM000678253 DM000678254 DM000678255 DM000678256 DM000678259 DM000678260 DM000678261 DM000678262 DM000678265 DM000678266 DM000678267 DM000678268 DM000678271 DM000678272 DM000678273 DM000678274 DM000678277 DM000678278 DM000678279 DM000678280

15.4	Proteză totală de genunchi cimentat NPS (CR)	Componentă patelară	NMDPP11 NMDPP13 NMDPP05 NMDPP14 NMDPP12 NMDPP04 NMDPP02 NMDPP03	Turkey	Normmed	Componentă patelară Suprafata articulara confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Să prezinte 5 dimensiuni - Suprafata de implantare cimentata Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Componentă patelară Suprafata articulara confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Să prezinte 5 dimensiuni - Suprafata de implantare cimentata Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării PAG 9DIN normmed_total_knee_catalog	DM000678329 DM000678331 DM000678328 DM000678332 DM000678330 DM000678327 DM000678325 DM000678326
15.5	Proteză totală de genunchi cimentat NPS (CR)	Set de instrumente gratuit în folosință	NM-AP-005 Total Knee System Instrument Set TKR002 TKR001 TKR004 TKR009 TKR005 TKR003 TKR007 TKR008 TKR108 TKR109 TKR106 TKR100 TKR107 TKR102 TKR105 TKR103 TKR101 TKR116 TKR111 TKR118 TKR112 TKR115 TKR113 TKR114 TKR110 TKR119 TKR120 TKR121 TKR122 TKR124 TKR138 TKR132 TKR137 TKR136 TKR130 TKR135 TKR139 TKR134 TKR133 TKR131 TKR145 TKR140 TKR169 TKR172 TKR171 TKR170 TKR174 TKR177 TKR173 TKR175 TKR176 TKR179 TKR178 TKR183 TKR182 TKR196 TKR198 TKR190 TKR191 TKR193 TKR192 TKR194 TKR195	China	Normmed	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. PAG 14-15 DIN normmed_total_knee_catalog/normmed_knee_surgicaltechnique_rv01	DM000748202 DM000748201 DM000748204 DM000748209 DM000748205 DM000748203 DM000748207 DM000748208 DM000748303 DM000748304 DM000748301 DM000748296 DM000748302 DM000748298 DM000748300 DM000748299 DM000748297 DM000748311 DM000748306 DM000748313 DM000748307 DM000748310 DM000748308 DM000748309 DM000748305 DM000748314 DM000748315 DM000748316 DM000748317 DM000748319 DM000748333 DM000748327 DM000748332 DM000748331 DM000748325 DM000748330 DM000748334 DM000748329 DM000748328 DM000748326 DM000748340 DM000748335 DM000748346 DM000748349 DM000748348 DM000748347 DM000748351 DM000748354 DM000748350 DM000748352 DM000748353 DM000748356 DM000748355 DM000748360 DM000748359 DM000748373 DM000748375 DM000748367 DM000748368 DM000748370 DM000748369 DM000748371 DM000748372
15.6	Proteză totală de genunchi cimentat NPS (CR)	Motor oscilant si burghiu	NS-1011, ND-2011	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co	Motor oscilant si burghiu	Motor oscilant si burghiu DIN camulate drill nd-2011 /ns-1011 oscillating saw	ISO,CE DM000431018 DM000431014

15.7	Proteză totală de genunchi cimentat NPS (CR)	Lame pentru motor oscilant	Saw blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant DIN Saw blades	ISO,CE
------	--	----------------------------	------------	-------	--	----------------------------	--	--------

Semnăt: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4