

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție		Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1621335452942				Data: „22” Iunie 2021	Alternativa nr.: _____	
Denumirea procedurii de achiziție		"Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2021 "				Lot: _____	Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr.Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Reagenți pentru investigațiile imunologice								
33600000-6	12	CA-199	K223	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 5 calibratori + Control. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	13	CA-125	K222	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 6 calibratori + Control. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	14	CA-242	K243	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 5 calibratori + Control. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	15	CEA	K224	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 6 calibratori + Control. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	16	Mycoplasma hominis IgG	K106	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA.	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Calibrator + Control "+" și "-." In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	17	Ureaplasma urealiticum IgG	K126	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA.	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Calibrator + Control "+" și "-." In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	18	Anti HSV tip 1 IgG	I231-1151	SUA	ACON	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Calibrator + Control "+" și "-." In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	19	Anti HSV tip 2 Ig G	I231-1171	SUA	ACON	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Calibrator + Control "+" și "-." In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO

33600000-6	20	Anti Toxoplasma gn. Ig G	I231-1091	SUA	ACON	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 4 Calibratori . In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	21	Anti CMV IgG	I231-1131	SUA	ACON	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 4 Calibratori . In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	22	Anti Helicobacter pylori IgG	I231-1241	SUA	ACON	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 6 Calibratori . In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	23	Imunoglobulina E	K200	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 5 calibratori + Control. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	24	Estradiol	K208	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 6 calibratori + Control. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	25	Progesteron	K207	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 7 calibratori + Control. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	26	LH	K202	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 5 calibratori + Control. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	27	FSH	K203	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 5 calibratori + Control. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	28	Testosteron	K209	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 6 calibratori + Control "+" si "-". In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	29	PSA	I231-2031	SUA	ACON	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 6 Calibratori . In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO

33600000-6	30	T3 ,liber	K213	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „High” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 6 calibratori + Control. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	31	T4, liber	K214	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „High” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 6 calibratori + Control. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	32	TSH	K201	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „High” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 6 calibratori + Control. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	33	Prolactin	K206	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „High” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 5 calibratori + Control. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	34	AFP	K225	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „High” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 6 calibratori + Control. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	35	Anti- Tireoglobulin	K132	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „High” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 5 calibratori + Control. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	36	Anti-TPO 96	K131	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „High” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 5 calibratori + Control. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	37	Giargia Liambliia Ig A, M, G	TK030	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „High” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control "+" și "-" In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	38	Cpeptid	K267C	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „High” în flacon separat	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 6 calibratori + Control. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	39	Ascaridis lumbricoides IgG	TK051	Ucraina	Vitrotest	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori.	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control "+" și "-" In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO

33600000-6	40	Toxocara canis IgG	TK058	Ucraina	Vitrotest	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori.	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control "+" și "-" In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	41	Chlamidia Tr.IgG	K105	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori.	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Calibrator + Control "+" și "-" In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	43	Insulina	K267N	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori.	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 5 calibratori + Control. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	44	Cortizol	K210	Federația Rusă	XEMA	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori.	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 6 calibratori + Control. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	46	SARS-Cov IgM	TK034	Ucraina	Vitrotest	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori.	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control "+" și "-" In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	47	SARS-Cov IgG	TK039	Ucraina	Vitrotest	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori.	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Control "+" și "-" In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
33600000-6	48	SARS-Cov Spike	TK040	Ucraina	Vitrotest	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori.	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. 5 Calibratori+ Control "+". In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție, lichizi și gata de lucru .Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu, de a testa câte o probă. Instrucțiunea se anexează	Certificat CE, ISO
Reactivi pentru Analizatorul Urinei URİXXON 200 (sistem închis)								
33600000-6	62	Set pentru determinarea a 10parametri în urina Combi 10 (1SET =100 TESTE)	Mission 11A	SUA	ACON	Marcaj: CE. Tipul dispozitivului : Închis Pentru Analizatorul Urinei URİXXON 200 (sistem închis). Parametri tehnici: (Blood, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Nitrat, Ketones, Ascorbic Acid, Glucose, pH, Density, Leucocytes) cu trei interpretări cantitativ	Marcaj: CE. Cerințe generale*Tipul dispozitivului : Închis Pentru Analizatorul Urinei URİXXON 200 (sistem închis). Parametri tehnici: (Blood, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Nitrat, Ketones, Ascorbic Acid, Glucose, pH, Density, Leucocytes) cu trei interpretări cantitativ	Certificat CE, ISO
Reagenți pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer - 4								
33600000-6	63	Plasma de control normala pentru hemostaza cu 4 parametri cunoscuti de hemostaza: timp protrombinic, ACTV, timp trombinic, fibrinogen (Flacoane 1 ml)	774	Federația Rusă	Tehnology-Standart	Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis)	Marcaj: CE. Plasma de control normala pentru hemostaza cu 7 parametri cunoscuti de hemostaza inclusiv timp protrombinic, ACTV, timp trombinic, fibrinogen (Flacoane 1 ml) . Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE, ISO
33600000-6	64	Test APTT (timp parțial activat de tromboplastină),	652	Federația Rusă	Tehnology-Standart	Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) 1set =reagent APTT liofilizat, set (7 fl * 4ml - reagent APTT; 3 fl * 10ml calciu clorid 0,025M	Marcaj: CE. Test APTT (timp parțial activat de tromboplastină), 1set =reagent APTT liofilizat, set (2 fl * 5ml - reagent APTT; 2 fl * 10ml calciu clorid 0,277%) Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE, ISO

33600000-6	66	Test la trombină (reagent pentru determinarea trombinei)	609	Federația Rusă	Tehnology-Standard	Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) set= (2 fl *1ml -trombin uman liofilizat; stabilizatoretilenglicol 1 ml*1 fl)	Marcaj: CE. Test la trombină (reagent pentru determinarea trombinei) set= (4 fl -trombin uman liofilizat uscat; 50-100 determinări) Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE, ISO
33600000-6	67	Tromboplastin, liofilizat, praf (flacon 1gr)	Tromboplastin	Federația Rusă	Tehnology-Standard	Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) 1 fl=1 gr	Marcaj: CE. Tromboplastin, liofilizat, praf (flacon 1gr) 1 fl=1 gr	Certificat CE, ISO
33600000-6	68	Tomboplastin (amestec tromboplastin si calciu), liofilizat	607	Federația Rusă	Tehnology-Standard	Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) fl.4ml ISI =1,63	Marcaj: CE. Tomboplastin (amestec tromboplastin si calciu), liofilizat fl.5ml ISI =1,63 Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE, ISO
Reactivi pentru investigații serologice								
33600000-6	75	Antigen cardiolipinic pentru serodiagnosticul syphilisului (MRS)	03.07.1k	Federația Rusă	EKOLAB	Marcaj: CE. Pentru investigații serologice	set = 3fl*5ml; 500 teste + control Pentru investigații serologice.Instrucțiunea se anexează.	Certificat ISO
33600000-6	79	Proteina C reactiva, 5ml, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni,	8.00.00.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	Marcaj: CE. Pentru investigații serologice	Marcaj: CE. Set= 4 ml +1ml control + și 1ml control - Pentru investigații serologice	Certificat CE, ISO
33600000-6	80	Factorul reumatoid, 5ml, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni,	8.00.04.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	Marcaj: CE. Pentru investigații serologice	Marcaj: CE. Set= 4 ml +1ml control + și 1ml control - Pentru investigații serologice	Certificat CE, ISO
33600000-6	81	Antistreptolizina O, 5ml,valabilitatea nu mai puțin de 18 luni,	8.00.02.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	Marcaj: CE. Pentru investigații serologice	Marcaj: CE. Set= 4 ml +1ml control + și 1ml control - Pentru investigații serologice	Certificat CE, ISO
Consumabile								
33600000-6	85	Container pentru urina nesteril, vol.200 ml,gradat	331193	ITALIA	Syntesys	Container pentru urina nesteril, vol.200 ml,gradat. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Container pentru urina nesteril, vol.200 ml,gradat. Certificat CE , ISO	Certificat CE, ISO
33600000-6	94	Lamele de sticla 24x24, set 100 bucăți	374110	ITALIA	Syntesys	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Lamele de sticla 24x24. Certificat CE , ISO	Certificat CE, ISO
33600000-6	102	Teste pentru determinarea a 2 parametri în urina (glucoza, chetoni)	Mission 2K	SUA	ACON	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Teste pentru determinarea a 2 parametri în urina (glucoza, chetoni). Certificat CE , ISO	Certificat CE, ISO
33600000-6	103	Troponin I, expres metoda	CG2001	CHINA	Getein Biotech	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Troponin I, expres metoda. Certificat CE, ISO. Instrucțiunea se anexează. Set.25 test-card.	Certificat CE, ISO
33600000-6	106	Teste rapide pentru determinarea singelui ocult în masele fecale. 20 teste/1set	72001	SUA	LumiQuick	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Teste rapide pentru determinarea singelui ocult în masele fecale. Certificat CE , ISO. Instrucțiunea se anexează. Set.25 test-card	Certificat CE, ISO

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9