

Specificații tehnice (F4.2)								
Numărul licitației: 21427667/ ocds-b3wdp1-MD-1748872584282 din 18.06.2025								
Denumirea licitației: Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (repetat)								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot Nr. 6 Proteza totala necimentata pentru sold displazic								
33100 000-1	6.1	Cupa acetabulară necimentata	AK-AC-II-TTM-I Acetabular Cup 2323-3832 - > 2323-6454	CHINA	AK MEDICAL CO	Trebuie sa fie confectionata din aliaj de titan acoperita cu titan poros, ce produce porozitate mai mare de 40 % si prezinta grosimea acoperirii de la 300-500 µm (Bile sinterizate pure, Fibra metalica sau Titan poros); - Cupa trebuie sa prezinte forma hemisferica completa; - Sa prezinte mecanism additional de fixare a insertului polimeric in cupa ce previne detasarea si rotatia; -Trebuie sa prezinte diametrele externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni;Dimensiunea cupei sa inceapa de la 38 - Trebuie sa accepte inserturi cu interiorul de, 28, 32 mm; - Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor ; - Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; - Modalitate de implantare trebuie sa fie necimentata, tip press- fit - Sa fie sterila	Confectionata din aliaj de titan acoperita cu titan poros, ce produce porozitate intre 60-90% - AK MEDICAL CATALOGUE PG 6 si prezinta grosimea acoperirii de 348,03 µm (Titan poros); - TI COATING CERTIFICATE - Cupa prezinta forma hemisferica completa; AK MEDICAL CATALOGUE PG 7 FOTO - Prezinta mecanism additional de fixare a insertului polimeric in cupa ce previne detasarea si rotatia (taburi ecuatoriale) - AK MEDICAL CATALOGUE PG 7, FOTO -Prezinta diametrele externe - 14 dimensiuni ;Dimensiunea cupei incepe de la 38mm - AK MEDICAL CATALOGUE PG 7 - Accepta inserturi cu interiorul de 22, 28, 32 mm; - AK MEDICAL CATALOGUE PG 48 - Prezinta minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor AK MEDICAL CATALOGUE PG 7 FOTO - Prezinta 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 7 dimensiuni de lungime - AK MEDICAL CATALOGUE PG 52 - Modalitate de implantare necimentata, tip press- fit - AK MEDICAL CATALOGUE PG 7 - Sterila	DM000648567; DM000648568; DM000648569; DM000648570; DM000648571; DM000648572; DM000648573; DM000648574; DM000648575; DM000648576; DM000648577;DM000648578; DM000648579; DM000648580; DM000648581; DM000648582;
33100 000-1	6.2	Insert polimeric crosslink-at	AK-L-II-Liner HXLPE 2329-3422 - > 2329-6032	CHINA	AK MEDICAL CO	. Insert crosslink-at - Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip crosslink-ata, cu gradul inalt de iradiere, variind între 7 – 10 Mrad - Sa accepte capete de 22mm,28mm, 32 mm - Fixarea insertului la cupa metalica trebuie sa se faca prin sistem adițional de blocare al insertului insertului (ex. : proieminete ecuatoriale antirotationale, profil circular, etc.) - Sa fie steril ;	- Confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE, crosslink-ata, cu gradul inalt de iradiere, variind între 7,5 Mrad - HXLPE INFO, AK MEDICAL CATALOGUE PG 48 - Accepta capete de 22mm,28mm, 32 mm - AK MEDICAL CATALOGUE PG 48 - Fixarea insertului la cupa metalica trebuie se face prin sistem adițional de blocare al insertului (ex. : proieminete ecuatoriale antirotationale, profil circular, etc.) - AK MEDICAL CATALOGUE PG 7, 48 - Steril - HXLPE INFO	DM000648642; DM000648643; DM000648644; DM000648645; DM000648646; DM000648647; DM000648648; DM000648649; DM000648650; DM000648651; DM000648652; DM000648653; DM000648654; DM000648655; DM000648656; DM000648657; DM000648658; DM000648659; DM000648660; DM000648661; DM000648662; DM000648663;

33100 000-1	6.3	Cap diferite dimensiuni	AK-FH-M Femoral Head 1200- 0122 -> 1200-0332	CHINA	AK MEDICAL CO	Sa fie confectionat din aliaj de Co-Cr; -Diametrul exterior trebuie sa fie de 22, 28, 32 mm - Minim 4 lungimi de col pentru fiecare diametru; -Trebuie sa prezinte con 12/14 -Sa fie steril.	Confectionat din aliaj de Co-Cr; -AK MEDICAL CATALOGUE PG 51 -Diametrul exterior 22, 28, 32 mm - AK MEDICAL CATALOGUE PG 51 - Minim 4 lungimi de col pentru diametru 28, 32 si 3 lungimi de col pentru diametru 22 - AK MEDICAL CATALOGUE PG 51 -Prezinta con 12/14 - AK MEDICAL CATALOGUE PG 31 -Steril. Nota: Pentru capul d. 22 exista doar 3 lungimi de col (exemplu vezi loturile: 2,4)	DM000648672; DM000648673; DM000648674; DM000648675; DM000648676; DM000648677; DM000648678; DM000648679; DM000648680; DM000648681; DM000648682;
33100 000-1	6.4	Cap ceramic	AK-FH-C Femoral Head 2202- 0028 -> 2202-0332	CHINA	AK MEDICAL CO	Cap femoral ceramic -Ceramică de generația a patra (cu incluziuni de zirconiu) ; - Conul 12/14 mm ; - Diametre 28 mm ; - Minim 3 dimensiuni de lungime - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Cap femoral ceramic -Ceramică de generația a patra (cu incluziuni de zirconiu) ; - AK MEDICAL CATALOGUE PG 50 - Conul 12/14 mm ; - Diametre 28, 32 mm - AK MEDICAL CATALOGUE PG 50 - Minim 3 dimensiuni de lungime - AK MEDICAL CATALOGUE PG 50 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000648686; DM000648687; DM000648688; DM000648689; DM000648690; DM000648691; DM000648692
33100 000-1	6.5	Tija femurala necimentata	AK-ML-TP Femoral Stem 1100- 3801 -> 1100-3808 1100-2801 - > 1100-2808	CHINA	AK MEDICAL CO	Confectionata din aliaj de titan. Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tijei; Să prezinte șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijei; Varianta de offset standard si offset lateralizat; Con 12/14 mm; Cel puțin 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta; Fara coleret; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Confectionata din aliaj de titan. Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tijei -AK MEDICAL CATALOGUE PG 30, 31; -Prezinta șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijei - AK MEDICAL CATALOGUE PG 30 foto; - Varianta de offset standard si offset lateralizat - AK MEDICAL CATALOGUE PG 31; - Con 12/14 mm - AK MEDICAL CATALOGUE PG 31; - 12 tipodimensiuni pentru fiecare varianta - AK MEDICAL CATALOGUE PG 31; Fara coleret - AK MEDICAL CATALOGUE PG 30 foto, sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000648596; DM000648597; DM000648598; DM000648599; DM000648600; DM000648601; DM000648602; DM000648603; DM000648604; DM000648605; DM000648606; DM000648607; DM000648608; DM000648609; DM000648610; DM000648611; DM000648612; DM000648613; DM000648614; DM000648615; DM000648616; DM000648617; DM000648618
33100 000-1	6.6	Tija femurala necimentată conica	AK-SL-Cone Femoral Stem 1100- 2900 -> 1100-2910 1100-2911 - > 1100-2921	CHINA	AK MEDICAL CO	sa fie confectionata din aliaj de titan , - sa prezinte un numar minim de 10 dimensiuni; - sa se prezinte cel puțin 2 variante la unghiului cervico-diafizar ; - ambele variante sa prezinte offset variabil; - sa fie conica in toate planurile; - sa fie conica circumferential; - sa prezinte microlamele pe toata lungimea si pe toata circumferinta ei pentru o ancorare in tesutul osos; - sa fie acoperita cu titan poros pe toata suprafata acesteia; - sa permita implantarea in orice grad de anteversie; - Tip de con interior cap femural: 12/ 14; - Sa fie sterila.	Confectionata din aliaj de titan - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - Prezinta un numar de 11 dimensiuni - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - Prezinta 2 variante la unghiului cervico-diafizar - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - ambele variante prezint offset variabil - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - Conica in toate planurile - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - Conica circumferential - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - Prezinta microlamele pe toata lungimea si pe toata circumferinta ei pentru o ancorare in tesutul osos - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - Acoperita cu titan poros pe toata suprafata acesteia - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - Permite implantarea in orice grad de anteversie - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - Tip de con interior cap femural: 12/ 14 - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - Sterila.	DM000648620; DM000648621; DM000648622; DM000648623; DM000648624; DM000648625; DM000648626; DM000648627; DM000648628; DM000648629; DM000648630; DM000648631; DM000648632; DM000648633; DM000648634; DM000648635; DM000648636; DM000648637; DM000648638; DM000648639; DM000648640; DM000648641;

33100 000-1	6.7	Șuruburi de cupă	Acetabular Cup Screw 1300-2020 - > 1300-2050	CHINA	AK MEDICAL CO	Șuruburi de cupă minim 6 dimensiuni.	Șuruburi de cupă 7 dimensiuni.	DM000648698; DM000648699; DM000648700; DM000648701; DM000648702; DM000648703; DM000648704;
33100 000-1	6.8	Set de instrumentegratuit în folosință	AK-SL-Cone System Instruments set, AK Cementless Hip System INSTRUME NTS SET, AK Acetabular Cementless Hip System INSTRUME NTS SET	CHINA	AK MEDICAL CO	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.	DM000810612; DM000810613; DM000810614
33100 000-1	6.9	Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	RJ-0410/NS- 1011	CHINA	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	DM000431016 DM000431018
33100 000-1	6.10	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310 saw blades	CHINA	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	DM000431017

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director

Ofertantul: GBG-MLD SRL, Adresa:mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2