

Specificații tehnice

		st tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2,							
Numărul licitației:		LP nr. 21482488 / ocds-b3wdp1-MD-1759241439040						Data: „16 ” „10 ” 2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (repetat 2)						Pagina: __din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2	3	4	5	6	8			
33100000-1	1	Analizator Imunologic pentru identificarea Troponinei-I (cTnI)	Analizator Imunologic pentru identificarea Troponinei-I (cTnI)	Analizator WS-Si1500 + hs-cTnI BA0010	CHINA	Guangdong Wesail Biotech Co., Ltd.	Principiul de funcționare - Testare point-of-care (POCT). Analiza Troponinei- I (cTnI) cu diapazonul de măsurare de la 50 Ng/L. Se admite heparinizarea probei de sânge doar prin mixarea manuală cu reagent în eprubeta/vas inclus în test cu tot setul de reagenți necesari. Nu se acceptă dispozitivele care necesită centrifugare. Să prezinte rezultatele timp de 15 minute maxim. Capacitate de testare: test cu test. Memorie de stocare de cel puțin 1000 investigații. Să includă în set printer termic pentru înregistrarea rezultatelor, dotat cu 5 rulouri de hârtie compatibilă pentru fiecare set. Greutatea de până la 2kg. Portabil, să funcționeze după principiul (POCT), compatibil cu utilizarea în autoambulanță la etapa de pre spital. Alimentare acumulatorului încorporat de la rețeaua de 12 V CC sau 220 V CA cu accesorii incluse. Să includă test/sistem pentru verificarea calității testării. Dotat cu geantă/husă de transportare.	Principiul de funcționare - Testare point-of-care (POCT)- Analizatoare Imunofluorescent WS-Si1500. Analiza Troponinei- I (cTnI) cu diapazonul de măsurare de la 50 Ng/L.- da: Analiza Troponinei-cTnI cu diapazonul de măsurare 0.020–100.000 ng/ml (vezi Instrucția hs-cTnI (FIA) IFU en, pag.1 și pag.4) Se admite heparinizarea probei de sânge doar prin mixarea manuală cu reagent în eprubeta/vas inclus în test cu tot setul de reagenți necesari. - da: Testarea probei se utilizează într-un singur pas fara utilizarea diluantului. (vezi Instrucția p.1). Nu se acceptă dispozitivele care necesită centrifugare.- da Prezintă rezultatele timp de 8 minute maxim (vezi Instrucția p.3) Capacitate de testare: test cu test. - da User manual-WS- Si1500 pag.15-17 (atasat) Memorie de stocare 100 000 investigații.- da,(vezi Buclet) Să includă în set printer termic pentru înregistrarea rezultatelor, dotat cu 5 rulouri de hârtie compatibilă pentru fiecare set. - da User manual-WS- Si1500 pag.8 (atasat) Greutatea de până la 1 kg (vezi Buclet) Portabil, să funcționeze după principiul (POCT), compatibil cu utilizarea în autoambulanță la etapa de pre spital. - da Alimentare acumulatorului încorporat de la rețeaua de 12 V CC sau 220 V CA cu accesorii incluse. -da, p.8-9 User manual-WS- Si1500 Să includă test/sistem pentru verificarea calității testării. - da. p.18-20 User manual-WS- Si1500 Dotat cu geantă/husă de transportare. - da , BROSURA WS-Si1500- Technical data Sheet (atasata) se regaseste - Carrying bag (geanta de transportare).	CE, ISO
33100000-1	1	Analizator Imunologic pentru identificarea Troponinei-I (cTnI)	Teste	hs-cTnI BA0010	CHINA	Guangdong Wesail Biotech Co., Ltd.	Compatibile cu analizatorul oferat. Livrarea testelor se face conform cantității solicitate în dependență de volumul necesar. Termen de valabilitate a testelor ,a momentul livrării, de minimum 80% din durata totală de valabilitate declarată de producător, dar nu mai puțin de 18 luni	Compatibile cu analizatorul oferat. Livrarea testelor se face conform cantității solicitate în dependență de volumul necesar. Termen de valabilitate a testelor ,a momentul livrării, de minimum 80% din durata totală de valabilitate declarată de producător, dar nu mai puțin de 18 luni	CE, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovski În calitate de: Director

Ofertantul: GBG-MLD SRL, Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2