

Numărul procedurii de achiziție		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1744868421897 din 21 mai 2025					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.8)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
1	" Aparat operator facoemulsificare (ultrasunete)	CENTURION VISION SYSTEM (ACTIV SENTRY)	SUA	Alcon Laboratories, Inc.	Parametrul Specificația Sistem de control programabil Ecran: ≥ 17 inch LCDtouch screen Capacitatea de a comuta între etapele chirurgicale utilizând ecranul tactil, sau folosind pedala de comanda Tonuri audio pentru confirmarea stării de funcționare a sistemului ≥ 3 Posibilitate de salvare preseturi pentru utilizatori Obligatoriu Min. 2 tipuri de administrare a fluidelor sistemul de administrare gravitațională sistem automatizat. Facoemulsificarea / Sistemul cu ultrasunete: Mod de lucru: Explozie (Burst) Obligatoriu Pulsativ Obligatoriu Continuu (Linear) sau analogic Obligatoriu altele să fie specificate Frecvența rezonanță, KHz, (longitudinal și torsional) ≥ 28 - 46,5 Khz Diapazonul pulsatoriu, pps ≥ 1 - 100 pps Vacuum în diferite moduri, mmHg diapazon 0 mmHg - 650 mmHg Presiunea intraoculară maximă a aerului, mmHg ≤ 150 mmHg Vitrectomie, Rata de tăiere, cpm ≥ 30-4000 tăieri /min (cpm) Alimentare 220 V, 50/60 Hz Soft prevăzut de producător pentru buna funcționarea dispozitivului Inclus cu parole de acces Accesorii: Sondă/Piesă de mână torsională și longitudinală cu măsurarea presiunii intraoculare cu senzor presiune ierigare integrat 2 buc. Pedală: programabilă cu min. 4 funcții, cu conectarea „Wireless”. Posibilitatea controlului liniar al puterii ultrasonice. Husă de protecție Obligatoriu	Parametrul Specificația Sistem de control programabil Ecran: 1.≥ 17 inch LCDtouch screen - Ecran plat cu braț articulată: LCD color cu matrice activă cu ecran tactil Pag.1.2; 2.2;Alcon data on file 2.Capacitatea de a comuta între etapele chirurgicale utilizând ecranul tactil, sau folosind pedala de comanda - Pag.1.2; 3.Tonuri audio pentru confirmarea stării de funcționare a sistemului ≥ 3 - Pag.1.2; 4.Posibilitate de salvare preseturi pentru utilizatori Obligatoriu Pag.2.62; 2.63 5.Min. 2 tipuri de administrare a fluidelor.sistemul de administrare gravitațională sistem automatizat. Doua tipuri de administrare a fluidelor-sistemul de administrare gravitationala prin suport pentru perfuzii electric si sistem automatizat care administreaza fluidul dintr-o punga cu fluid de irigatie din interiorul compartimentului pentru punga Pag.2.7 Facoemulsificarea / Sistemul cu ultrasunete: Mod de lucru: Explozie (Burst) Obligatoriu Pulsativ Obligatoriu Continuu (Linear) sau analogic Obligatoriu Pag.1.2 Frecvența rezonanță, KHz, (longitudinal și torsional) ≥ 28 - 46,5 Khz - Frecventa de rezonanta longitudinala 43,5 kHz ±3,0 kHz Frecventa de rezonanta de torsiune 32,0 kHz ± 2,0kHz Pag.1.23 Diapazonul pulsatoriu, pps ≥ 1 - 100 pps – Domeniul pulsului 1-250 pps Pag.1.23 Vacuum în diferite moduri, mmHg diapazon 0 mmHg - 650 mmHg Pag.1.2;1.23;2.97 Presiunea intraoculară maximă a aerului, mmHg ≤ 150 mmHg - Interval de presiune: între 20 și 140 mmHg (27 - 187 hPa) Pag.1.23 Vitrectomie, Rata de tăiere, cpm ≥ 30-4000 tăieri /min (cpm) Pag. 1.2; 2.27 Alimentare 220 V, 50/60 Hz - Pag.1.23 Soft prevăzut de producător pentru buna funcționarea dispozitivului Inclus cu parole de access DA Accesorii: Sondă/Piesă de mână torsională și longitudinală cu măsurarea presiunii intraoculare cu senzor presiune ierigare integrat 2 buc. - Da Pedală: programabilă cu min. 4 funcții, cu conectarea „Wireless”. Pag.1.2;1.23;2.2;2.9 Posibilitatea controlului liniar al puterii ultrasonice. Pag.1.2 Husă de protecție Obligatoriu - Da	DM000701713

Semnăt: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor** În calitate de: **Administrator**
Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**