

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1700492855986 din 20.11.2023
Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 30)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b> Aparat de frecvență înaltă destinat tratamentului local cu câmpuri electrice sau magnetice	UVC- 80	Rusia	Med Teco	Conform caietului de sarcini	1.Alimentarea CA : 220V-Fregventa 50Hz 2.Puterea consumata 250V A 3.Frecvența de oscilație 27,12 MHz 4.Puterea maximă de ieșire la 10-80W 5. Dimensiuni totale 430 x 289 x 174 6. Greutatea – 10 kg	
<b>Lotul 2</b> Aparat pentru fizioterapie cu frecvență joasă, destinat acțiunii terapeutice cu frecvență sonoră de unde sinusoidale modulate	Radius 01	R. Belorusia	Клэр	Conform caietului de sarcini	Frecvența oscilațiilor purtătoare de formă sinusoidală-2 000-10 000Hz Valori discrete ale frecvenței tensiunii de modulare 1-150 Hz Valori discrete în modul de supramodulare a coeficientului de modulație 0-100% Raportul dintre durata seriilor și a pauzelor – Da Curentul max în circuitul pacientului pe sarcină activă – Da Siguranță electrică - Clasa de protecție – 2 - Tip de protecție – B Domeniul de reglare lină a curentului pacientului de la 0- 80mA Timp de creștere și scădere a curentului în serie 200ms, 400ms, 800. Timpul de reglare a procedurii – 0,5 până la	

					60 min Alimentarea de la rețea: - Tensiunea de la 207V - 253V - Frecvența - 50 Hz Consum de energie – nu mai mult de 30VA Dimensiuni totale 275 x 190 x 90mm Greutatea 2,5kg
<b>Lotul 3</b> Aparat pentru magnetoterapie destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform	Mag 30	Rusia	Elamed	Conform caietului de sarcini	Sursa de alimentare AC , 220V Greutatea – 0,6 kg Dimensiuni de gabarit 117 x 80 x 55 mm
<b>Lotul 4</b> Aparat pentru darsonvalizare	Elad	Rusia	Med Teco	Conform caietului de sarcini	Rețea – 220V , 50Hz Garanția producătorului – 1 an Dimensiunile aparatului 4 0x 60 x 200mm Rata de repetare a impulsurilor succesive-100Hz Frecvența de umplere a pulsului – 110kHz Valoarea amplitudinii tensiunii de ieșire:0,8-25kV Curent consumat 45VA Funcționarea ciclică timp de 8 ore: 20 min. lucru, 10 min. pauză. Timpul mediu dintre defecțiuni nu mai mic de 2000ore
<b>Lotul 5</b> Aparat pentru galvanizare și electroforeză destinat pentru tratamentul diferitelor boli neuromusculare și afecțiunilor dureroase cu spasme musculare, boli ale sistemului musculoscheletic, sistemului cardiovascular, tractului gastrointestinal, organelor genitale feminine, precum și pentru expunerea în curent continuu la organismul uman cu scopuri terapeutice și profilactice și electroforeza în institutii medicale și recreative de diverse profiluri	Potoc 01	Ucraina	Zavet	Conform caietului de sarcini	1.Alimentarea – 220W,50Hz 2.Puterea consumată din rețea- 5VA 3.Curentul max în circuitul pacientului 50+-5mA 4. Interval de reglare a curentului p/u galvanizare – 0-5mA și 0-50mA 5.Numărul de electrozi din pânză de carbon – 12buc 6.Reglarea puterii de ieșire – neted 7. Timpul pentru a stabili modul de funcționare , nu mai mult 1 min 8.Interpretarea aparatului - portabil de msă 9.Cronometru p/u durata tratamentului – 1-99min 10.Dimensiuni – 170 x 160 x 85

					11.Greutatea – 0,9kg	
<b>Lotul 6</b> Aparat pentru terapie cu ultrasunet - echipament de terapie cu ultrasunete micro controlerat	AK –CS - 03	China	AUKEWEL	Conform caietului de sarcini	Alimentarea 100-240V, 50/60Hz Dimensiuni 426 x 122 x 292mm Greutatea aproximativa - 2kg	
<b>TOTAL</b>						

Semnate :

Numele, Prenumele : Cobzari Țurcan Rodica

În calitate de : Administrator

Ofertantul: „Aelo Grup”SRL

Adresa : mun Chișinău, str. Mitropolit Petru Movilă 23/5