



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22  
la Documentatia standard nr. 115  
din 15 Septembrie 2021

## Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21171185 MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1707895856231](#) din 01.03.2024

Obiectul de achizitie: Achiziționarea Stație de pompare a Oxigenului medical în butelii

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<b>Lot 1</b>					
Stație de pompare a Oxigenului medical în butelii	Oil Free Boosters GOWZ-20/4-150	Sumer Turcia	<b>Sistemă pentru pomparea Oxigenului medical în butelii formată din:</b> 1. Compresor pentru pomparea oxigenului medical în recipiente la presiunea de min. 150 Bar. 2. Principiul de funcționare - Oil Free. 3. Capacitatea de pompare – min. 20m <sup>3</sup> /h. 4. Compresorul de O2 prezentat să fie total compatibil cu stația de producere a Oxigenului <i>IDEAL MAKINA IM-GO 300 OXYGEN GENERATOR</i> . 5. Conectat la o rampă cu 10 butelii a câte 40 litri (rezervor) și 5 porturi libere pentru conectarea buteliilor alimentate.	<b>Sistemă pentru pomparea Oxigenului medical în butelii formată din:</b> 1. Compresor pentru pomparea oxigenului medical în recipiente la presiunea de <b>150 Bar</b> . 2. Principiul de funcționare - <b>Oil Free – DA</b> 3. Capacitatea de pompare – <b>min. 20m<sup>3</sup>/h. – DA</b> 4. Compresorul de O2 prezentat să fie total compatibil cu stația de producere a Oxigenului <i>IDEAL MAKINA IM-GO 300 OXYGEN GENERATOR. – DA</i> 5. Conectat la o rampă cu 10 butelii a câte 40 litri (rezervor) și 5 porturi libere pentru conectarea	Certificat CE ISO 13485

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.

Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova

Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11

office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>6. Tot acest sistem trebuie să fie instalat de către producător într-un container de tip ISO, maritim de 20 "</p> <p>7. Containerul trebuie să fie transportabil la necesitate, și să permită manipulări cu stivuitorul.</p> <p>8. Containerul trebuie să corespundă standartelor europene de zgomot.</p> <p>9. Containerul trebuie să dețină o izolare termică și un sistem de climatizare care ar permite operatorului să își desfășoare activitatea în orice condiții meteorologice.</p> <p>10. Să dețină o ușă laterală pentru acces comod a operatorului.</p> <p>11. Să dețină sistemă de detectare a incendiului și deconectare de urgență a rețelei electrice.</p> <p>12. Să dețină un sistem de ventilare care nu ar permite acumularea oxigenului în partea de jos a spațiului dat.</p> <p>13. Sistemul se prezintă ca soluție la cheie – Plug&amp;Play.</p> <p>14. Garanție și perioada de mentenanță – min. 12 luni cu cheltuielile pentru consumabile și lucrările efectuate incluse în preț. Timp de răspuns la solicitare în perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare.</p> <p>15. Service post-garanție asigurat contra-cost. Timp de răspuns la solicitare în perioada de garanție cel mult 72 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare.</p> <p>16. Transportul, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului se realizează cu personal</p>	<p>buteliilor alimentate. – <b>3x5 porturi, 10 butelii a câte 40 litri</b></p> <p>6. Tot acest sistem trebuie să fie instalat de către producător într-un container de tip ISO, maritim de 20 " – <b>DA</b></p> <p>7. Containerul trebuie să fie transportabil la necesitate, și să permită manipulări cu stivuitorul. – <b>DA</b></p> <p>8. Containerul trebuie să corespundă standartelor europene de zgomot. – <b>DA</b></p> <p>9. Containerul trebuie să dețină o izolare termică și un sistem de climatizare care ar permite operatorului să își desfășoare activitatea în orice condiții meteorologice. – <b>DA</b></p> <p>10. Să dețină o ușă laterală pentru acces comod a operatorului. – <b>DA</b></p> <p>11. Să dețină sistemă de detectare a incendiului și deconectare de urgență a rețelei electrice. – <b>DA</b></p> <p>12. Să dețină un sistem de ventilare care nu ar permite acumularea oxigenului în partea de jos a spațiului dat. – <b>DA</b></p> <p>13. Sistemul se prezintă ca soluție la cheie – Plug&amp;Play. – <b>DA</b></p> <p>14. Garanție și perioada de mentenanță – min. 12 luni cu cheltuielile pentru consumabile și lucrările efectuate incluse în preț. Timp de răspuns la solicitare în perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare. – <b>DA</b></p> <p>15. Service post-garanție asigurat contra-cost. Timp de răspuns la solicitare în perioada de</p>	
--	--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>specializat, cad în sarcina furnizorului si nu implica costuri suplimentare pentru beneficiar fiind incluse în oferta financiara. Instalare si punere in funcțiune de către personal autorizat si instruit de producător. Instruire personal tehnic la sediul beneficiarului la locația de instalare.</p> <p>17. Certificat de Conformitate CE.</p> <p>Manualele de operare și manualul de service în limba română și rusă sau engleză.</p>	<p>garanție cel mult 72 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare. – <b>DA</b></p> <p>16. Transportul, instalarea, punerea in funcțiune si instruirea personalului se realizează cu personal specializat, cad în sarcina furnizorului si nu implica costuri suplimentare pentru beneficiar fiind incluse în oferta financiara. Instalare si punere in funcțiune de către personal autorizat si instruit de producător. Instruire personal tehnic la sediul beneficiarului la locația de instalare. – <b>DA</b></p> <p>17. Certificat de Conformitate CE. – <b>DA, aplicat pe Container</b></p> <p>Manualele de operare și manualul de service în limba română și rusă sau engleză. – <b>DA</b></p>	
--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator  
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23  
la Documentatia standard nr. 115  
din 15 Septembrie 2021

## Specificații de pret

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: 21171185 MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1707895856231](#) din 01.03.2024

Obiectul de achizitie: Achiziționarea Stație de pompare a Oxigenului medical în butelii

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210000-0	Stație de pompare a Oxigenului medical în butelii	unit	1	1.370.000,00	1.644.000,00	1.370.000,00	1.644.000,00	<u>Livrarea se va efectua în termen de 60 zile din data semnării contractului.</u>	Conform SIA RSAP
	<b>TOTAL</b>					<b>1.370.000,00</b>	<b>1.644.000,00</b>		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.