

Specificații tehnice (F 4.1)

MTenderID: ocds-b3wdp1-MD-1770148556440						
Obiectul achiziției: “Achiziționarea dispozitivelor medicale (Electrocardiograf cu 3 canale) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească”						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Electrocardiograf cu 3 canale LOT 1	BES-307	China	BMV	Descriere: Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile: Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 10/5 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență: De diagnostic 0.05-150 Hz Filtre musculare obligatoriu Filtre frecvență joasă obligatoriu Filtre frecvență înaltă obligatoriu Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 24 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă: Termică încorporată Mărimea hârtiei ≥ 80 mm Viteza de înscriere 5, (10 / 12.5), 25, 50 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3	Descriere: Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile: Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 1.25, 40 mm/mV Semnal de calibrare 1 mV, ± 2% Gama de frecvență: De diagnostic 0.05-150 Hz Filtre musculare obligatoriu Filtre frecvență joasă obligatoriu Filtre frecvență înaltă obligatoriu Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 24 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă: Termică încorporată Mărimea hârtiei ≥ 80 mm Viteza de înscriere 5, (10 / 12.5), 25, 50 mm/s Derivațiile înscrise 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3	DM000303011

				Hârtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hârtie cu dispozitivul ECG obligatoriu Display: Grafic, LCD/LED color – Obligatoriu Funcție Touchscreen - Obligatoriu Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu Mărime ecran ≥ 5 inch Numărul de derivații afișate simultan ≥ 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG: Card SD minim 5 GB Modul Wi-Fi Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vârsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Ritmului cardiac: Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM sau $\pm 1\%$ Interpretarea: Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare autonomă ≥ 4 ore Protecție defibrilator tip CF 7 Accesorii (Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferate de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.) Cablu ECG original (de la producătorul ECG-ului) - 2 set. Electrod pectoral tip pară (set 6 buc.) - 2 set. Electrod pectoral tip pară (set 6 buc.) - 2 set. Geantă de transportare configurată pentru a transporta dispozitivul în siguranță - 1 buc. Hârtie termică pentru ECG tip rulou- 10 buc.	Hârtia termică este compatibilă și de la alți producători de hârtie cu dispozitivul ECG obligatoriu Display: Grafic, LCD color – Obligatoriu Funcție Touchscreen - Da Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu Mărime ecran: 7 inch Numărul de derivații afișate simultan ≥ 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG: Card SD minim 5 GB – da Modul Wi-Fi – da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului: Nume, ID, vârsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei - da Ritmului cardiac: Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea: Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării până la 20 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare autonomă ≥ 4 ore Protecție defibrilator tip CF Accesorii Cablu ECG original (de la producătorul ECG-ului) - 2 set. Electrod pectoral tip pară (set 6 buc.) - 2 set. Electrod membre tip clește (set 4 buc.) - 2 set. Geantă de transportare configurată pentru a transporta dispozitivul în siguranță - 1 buc. Hârtie termică pentru ECG tip rulou - 10 buc.
--	--	--	--	--	---

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44