

			Specificații tehnice								
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]								
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1678194360714							Data: „__” _____ 20__	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023 (repetat)							Pagina: __din __	
Cod Cuv	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea necesitatii	Model	Tara	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină ofertată	Standarde de referință		
33100 000-1	7	Balon farmacologic activ	Balon farmacologic activ	Biostream Paclitoxel eluting ballon catheter (toate numere din catalog)	Swizwrland	Biosensors Internetal	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ, Rx, impregnat cu Paclitaxel. Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoză după angioplastie - nu mai puțin de 28 zile. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Disponibil pe cateter cu lungime de minim 140 cm. Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pînă la 4.00 mm; Lungime de la 15 la 30 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Balon farmacologic activ, Rx, impregnat cu Paclitaxel. Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoză după angioplastie - nu mai puțin de 28 zile. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014” (PAGiNA 2) Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Disponibil pe cateter cu lungime de minim 140 cm. (PAGiNA2) Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pînă la 4.00 mm; Lungime de la 15 la 30 mm.	DM000363839, DM000363833 DM000363921, DM000363918 DM000363841, DM000363926 DM000363875, DM000363908 DM000363842, DM000363903 DM000363884, DM000363894 DM000363930, DM000363831 DM000363846, DM000363862 DM000363854, DM000363865 DM000363850, DM000363892 DM000363859, DM000363860 DM000363838, DM000363874 DM000363873 DM000363886 DM000363900 DM000363891		
33100 000-1	8	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV	Biopath 035 Paclitoxel eluting ballon catatar (OTW) BPTH-35-4040 S, BPTH-35-4060 S, BPTH-35-4080 S, BPTH-35-40100 S, BPTH-35-40120 S, BPTH-35-4040 L, BPTH-35-4060 L, BPTH-35-4080 L, BPTH-35-40100 L, BPTH-35-40120 L, BPTH-35-5040 S, BPTH-35-5060 S, BPTH-35-5080 S, BPTH-35-50100 S, BPTH-35-5060 L, BPTH-35-5080 L, BPTH-35-50100 L, BPTH-35-50120 L, BPTH-35-6040 S, BPTH-35-6060 S, BPTH-35-6080 S, BPTH-35-60100 S, BPTH-35-60120 S, BPTH-35-6040 L, BPTH-35-6060 L, BPTH-35-6080 L, BPTH-35-60100 L, BPTH-35-60120 L, BPTH-35-7040 S, BPTH-35-7060 S, BPTH-35-7080 S, BPTH-35-70100 S, BPTH-35-70120 S, BPTH-35-7040 L, BPTH-35-7060 L, BPTH-35-7080 L, BPTH-35-70100 L, BPTH-35-70120 L	Swizwrland	Biosensors Internetal	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV Balon OTW - RPB:unica pentru toate diametrele si lungimile ale balonului (ex:14 atm) - markeri radioopaci (platina-iridiu) pentru vizualizarea si pozitionarea balonului in zona de leziune sub control fluoroscopic Port pentru fir ghid si port pentru balon Substanta activa pentru inhibitie neointimala: Paclitaxel in concentratie recomandat de peste 3,2 µg/mm² (in caz de deviatie participantul trebuie sa prezinte studii clinice de eficienta a dozei) Excipientul pentru absorbtia substantei active: excipient natural pur in proportie de 100%, hidrofilic si netoxic Distributie uniforma a substantei active si a excipientului pe balon care sa confere eliberarea uniforma a dozei terapeutice in peretele vasului Doza terapeutica sa se mentina pe o durata de peste 6 luni si sa fie nedetectabila dupa 11-12 luni Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioada de 2 ani Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) diametre necesare; 4-7 mm - lungimi necesare: 40, 60, 80, 120 mm - presiune nominala; 8 amt; - compatibilitate pentru teci introductoare de 5Fr, 6Fr si 7 Fr (in functie de diametrele balonului) Lungimi necesare pentru cateter: 80cm si 130 cm; Compatibilitate cu ghid 0,035fr	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV Balon OTW - RPB:unica pentru toate diametrele si lungimile ale balonului (ex:14 atm) - markeri radioopaci (platina-iridiu) pentru vizualizarea si pozitionarea balonului in zona de leziune sub control fluoroscopic Port pentru fir ghid si port pentru balon Substanta activa pentru inhibitie neointimala: Paclitaxel in concentratie recomandat de peste 3,0 µg/mm² (pagina 2) Excipientul pentru absorbtia substantei active: excipient natural pur in proportie de 100%, hidrofilic si netoxic (pagina 2) Distributie uniforma a substantei active si a excipientului pe balon care sa confere eliberarea uniforma a dozei terapeutice in peretele vasului Doza terapeutica sa se mentina pe o durata de peste 6 luni si sa fie nedetectabila dupa 11-12 luni Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioada de 2 ani Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) diametre necesare; 4-7 mm - lungimi necesare: 40, 60, 80, 120 mm - presiune nominala; 8 amt; - compatibilitate pentru teci introductoare de 5Fr, 6Fr (in functie de diametrele balonului) Lungimi necesare pentru cateter: 80cm si 135 cm; Compatibilitate cu ghid 0,035fr	DM000363808, DM000363916, DM000363902, DM000363813, DM000363814, DM000363919 ,DM000363806, DM000363803, DM000363909, DM000363801, DM000363915, DM000363899 DM000363910, DM000363897, DM000363898, DM000363816, DM000363922, DM000363889, DM000363821, DM000363824, DM000363924, DM000363820, DM000363822, DM000363890 DM000363823, DM000363885, DM000363876, DM000363817, DM000363827, DM000363912, DM000363829, DM000363911, DM000363871, DM000363828, DM000363923, DM000363870 DM000363830, DM000363810, DM000363896, DM000363807, DM000363815, DM000363901 DM000363809, DM000363872, DM000363869, DM000363789, DM000363799, DM000363905 DM000363882, DM000363878, DM000363877, DM000363802, DM000363794, DM000363904 DM000363795, DM000363791, DM000363902, DM000363797, DM000363800, DM000363899 DM000363790, DM000363796, DM000363897, DM000363766, DM000363769, DM000363883 DM000363787, DM000363780, DM000363893, DM000363777, DM000363773, DM000363868 DM000363768, DM000363879, DM000363781, DM000363775, DM000363767, DM000363774, DM000363788, DM000363770, DM000363784, DM000363782, DM000363776, DM000363783, DM000363800, DM000363805, DM000363817		
33100 000-1	9	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	Biostream Paclitoxel eluting ballon catheter (toate numere din catalog)	Swizwrland	Biosensors Internetal	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon RX, impregnat cu Paclitaxel; excipient natural Uree cu actiune hidrofilica - obligatoriu pentru evitarea reactiilor alergice si toxice.Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoză după angioplastie- nu mai puțin de 28 zile (se confirma cu analize de laborator). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Disponibil pe cateter cu lungime de 140-150 cm. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014” . Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00 mm; lungime- 15-40 mm	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon RX, impregnat cu Paclitaxel; excipient natural Uree cu actiune hidrofilica - obligatoriu pentru evitarea reactiilor alergice si toxice.Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoză după angioplastie- nu mai puțin de 28 zile (se confirma cu analize de laborator). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Disponibil pe cateter cu lungime de 140-150 cm. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014” . Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00 mm; lungime- 15-30 mm	DM000363839, DM000363833 DM000363921, DM000363918 DM000363841, DM000363926 DM000363875, DM000363908 DM000363842, DM000363903 DM000363884, DM000363894 DM000363930, DM000363831 DM000363846, DM000363862 DM000363854, DM000363865 DM000363850, DM000363892 DM000363859, DM000363860 DM000363838, DM000363874 DM000363873, DM000363886 DM000363900, DM000363891		

33100 000-1	14	Balon pentru artere renale	Balon pentru artere renale	AVIATOR™ PLUS PTA Dilatation Catheter – for carotid and renal interventions 424-4020 W, 424-5020 W, 424-6020 W, 424-7020 W	USA	Cordis	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon Semicompliant RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive Markeri Radioopaci: 2. Lungimi balon obligatorii: 20mm (+/-2mm); Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. Compatibilitate ghid: 0,014” sau 0.018” . Lungime utila: între 140 si 150 cm. Compatibilitate introductor: 5 Fr. Presiune RBP: minim - 12 atm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungimi balon obligatorii: 20mm (+/-2mm); Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. Compatibilitate ghid: 0,014” sau 0.018” . Lungime utila: între 140 si 150 cm. Compatibilitate introductor: 5 Fr.	Balon Semicompliant RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive Markeri Radioopaci: 2. Lungimi balon obligatorii: 20mm (+/-2mm); Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. Compatibilitate ghid: 0,014” . Lungime utila: între 142 cm. (PAGINA 3) Compatibilitate introductor: 4- 5 Fr.(pagina 4) Presiune RBP: minim 14 - 12 atm. Dimesiuni obligatorii Lungimi balon obligatorii: 20mm (+/-2mm); Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. Compatibilitate ghid: 0,014” . Lungime utila: între 142 . Compatibilitate introductor: 4-5 Fr.	CE
33100 000-1	17	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Balon pentru pre și postdilatare periferică	SABER 0,35 dilatation catheters 48005002N,48005002R,48005004N,48005004R,4 8005006N,48005006R,48005008N,48005008R,48 005010N,48005010R,48005012N,48005012R, 48005015N,48005015R,48006002N,48006002R,4 8006004N,48006004R,48006006N,48006006R,48 006008N,48006008R,48006010N,48006010R, 48006012N,48006012R,48006015N,48006015R,4 8007002N,48007002R,48007004N,48007004R,48 007006N,48007006R,48007008N,48007008R, 48007010N,48007010R,48007012N,48007012R,4 8007015R,48008002N,48008002R,48008004N,48 008004R,48008006N,48008006R,48008008N, 48008008R,48008010N,48008010R,48009002N,4 8009002R,48009004N,48009004R,48009006N,48 009006R,48009008N,48009008R,48009010N, 48009010R,48010002N,48010002R,48010004N,4 8010004R,48010006N,48010006R,48010008N,48 010008R,48010010N,48010010R,48012002N, 48012002R,48012004N,48012004R,48003002N,4 8003002R,48003004N,48003004R,48003008N,48 003008R,48003012N,48003012R,48003006N, 48003006R,48003010N,48003010R,48003015N,4 8003015R,48004002N, 48004002R,48004004N, 48004004R, 48004008N, 48004008R,48004012N 48004012R, 48004006N, 48004006R,48004010N, 48004010R 48004015N, 48004015R	USA	Cordis	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon de tip RX/OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,035” (0,89 mm). Lungime utilă: 90 (+/-5cm) sau 135 cm (+/- 5cm).Materialul balonului: nylon.Presiune nominală = minim 8 – 10 atm.RPB: 12 – 20 atm. Balon RX : core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Marker vizibili de adâncime.Balon OTW: lungimea utilă obligatorii:– 90 sau 135 cm (+/- 5cm);core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Diametrul shaftului compatibil cu 5 Fr, 6 sau 7 Fr în dependenta de diametrul balonului. Compatibilitate introductor: Ø 3 – 5 mm – 5 Fr; Ø 6 – 7 mm – 5 sau 6 Fr în funcție de lungimea balonului; Ø 8 mm – 6 sau 7 Fr în funcție de lungimea balonului; Ø 9 – 12 mm – 7 Fr.Core wire din oțel inoxidabil încorporat în shaft sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungimi balon obligatorii: : 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm (se admite +/-5mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Diametre disponibile balon obligatorii: 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 9,00, 10, 12 mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni) . lungimea utilă – 135 cm (+/- 5cm)	Balon de tip RX/OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale artereloriliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică.Compatibilitate ghid: 0,035” (0,89 mm). Lungime utilă: 80cm sau 135 cm Materialul balonului: nylon.(pagina 1) Presiune nominală = minim 8 – 10 atm. RPB: 12 – 24 atm.Balon RX: ; core wire cu vârf conic de tip stiff(pagina 1) încorporat în shaft distal. Marker vizibili de adâncime. Balon OTW: lungimea utilă obligatorii:– 80 sau 135 cm;(pagina 2) core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Diametrul shaftului compatibil cu 5 Fr, 6 sau 7 Fr în dependenta de diametrul balonului.Compatibilitate introductor: Ø 3 – 5 mm – 5 Fr; Ø 6 – 7 mm – 5 sau 6 Fr în funcție de lungimea balonului; Ø 8 mm – 6 sau 7 Fr în funcție de lungimea balonului; Ø 9 – 12 mm – 7 Fr.Core wire din oțel inoxidabil încorporat în shaft sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. Lungimi balon obligatorii: : 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm (pagina 2) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Diametre disponibile balon obligatorii: 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 9,00, 10, 12 mm(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni) . lungimea utilă – 135 cm (+/- 5cm)	CE
33100 000-1	22	Cateter pentru rotablatie cu aspirție activă	Cateter pentru rotablatie cu aspirție activă	Rotarex S rotational atherotromboectomy system 80219 80202 80223 80224 (pagina 5)	USA	BECTON DICKINSON/ Shtraub	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter – burr pentru modificare, extirpare și aspirare leziunile complexe și trombelor. Pentru creșterea lumenului vasului, datorită vârtejului creat de capul rotativ. Construcția cateterului : fațete contondente, rotative pentru detașarea materialului ocluziv;fereastră laterală pentru aspirație; spirală rotativă pentru transportul materialului;virful cateterului rotativ pentru fragmentarea materialului. Aspirarea rotativă de până la 45-75 mL per minute. Aspirarea materialului în cateter este posibilă datorită sistemului - system driver , care constituie: motor, unitate de control, întrerupător de picior. Furnizorul sa pună la dispoziție System driver la solicitarea beneficiarului . Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Cateterul are o lungime de 85-135 cm, și disponibil mărimi 6F și 8F. Compotabil cu chid 0,018”.	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter – burr pentru modificare, extirpare și aspirare leziunile complexe și trombelor. Pentru creșterea lumenului vasului, datorită vârtejului creat de capul rotativ. Construcția cateterului : fațete contondente, rotative pentru detașarea materialului ocluziv;fereastră laterală pentru aspirație; spirală rotativă pentru transportul materialului;virful cateterului rotativ pentru fragmentarea materialului. Aspirarea rotativă de până la 45-75 mL per minute. Aspirarea materialului în cateter este posibilă datorită sistemului - system driver , care constituie: motor, unitate de control, întrerupător de picior.(PAGINA4) TRIBESTAR sa pună la dispoziție System driver la solicitarea beneficiarului . Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Cateterul are o lungime de 85-135 cm, și disponibil mărimi 6F și 8F. Compotabil cu chid 0,018”. (pagINA 5)	CE
33100 000-1	30	Dispozitiv de inchidere vasculara	Dispozitiv de inchidere vasculara	EXOSEAL™ Vascular Closure Device ,EX600CE,EX700CE (PAGINA 12 CATALOGULUI)	USA	Cordis	Dispozitiv de inchiderea vasculara activ pentru hemostaza eficienta, prin ligaturarea unei ancore și a unui dop din collagen. Permite introducerea dispozitivului de ocludere prin teaca introductoare existentă si nu necesita schimbarea acesteia. Toate componentele complet resorbabile. Dimensiuni disponibile: 6, 8 F.	Dispozitiv de inchiderea vasculara activ pentru hemostaza eficienta, prin ligaturarea unei ancore și a unui dop din collagen. Permite introducerea dispozitivului de ocludere prin teaca introductoare existentă si nu necesita schimbarea acesteia. Toate componentele complet resorbabile. Dimensiuni disponibile: 6, 8 F. (pagina 12)	CE

33100 000-1	35	Embosphere microsphere	Embosphere microsphere	Embisphere (pagina 4) S210GH, S220GH S410GH, S420GH S610GH, S620GH S810GH, S820GH S1010GH, S1020GH	Franta	Biosohere Medical/Merit Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microsfere biocompatibile si nonresorbabile cu proprietati de adeziune celulara. Design sferic, suprafata hidrofilica, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere temporar compresibile >30% , cu proprietati de infarctizare completă în >90% dintre paccinți. Disponibile în seringile sterile preîncăcate de 1.0 si 2.0 ml. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni: Microsfere codate pe culori de dimensiune 100-300, 300-500, 500-700, 700-900 si 900-1200 µm	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microsfere biocompatibile si nonresorbabile cu proprietati de adeziune celulara. Design sferic, suprafata hidrofilica, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere temporar compresibile >30%(pagina 2), cu proprietati de infarctizare completă în >90% dintre paccinți (pagina 3). Disponibile în seringile sterile preîncăcate de 1.0 si 2.0 ml. Cerinte minime obligatorii: Dimensiuni: Microsfere codate pe culori de dimensiune 100-300, 300-500, 500-700, 700-900 si 900-1200 µm (paagina 4)	DM000305965, DM000305971, DM000305966, DM000305963, DM000305969, DM000305964, DM000305962, DM000305970, DM000305972, DM000305973
33100 000-1	39	Ghid metaliz amplatiz super stiff	Ghid metaliz amplatiz super stiff	INQWIRE® DIAGNOSTIC GUIDE WIRES (pagina 4) 6680-11 6680-71 6680-23 6680-31 6680-43	USA	Merit Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Constructia ghidului este neteda cu arcuri spiralate format din oțel inoxidabil, acoperire din PTFE , virf atraumatic. Configurații virf diferite. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Lungimi: 145cm, 180 cm, 260 cm Diametru de 0,035" si 0,038"	Cerinte obligatorii fixe: Constructia ghidului este neteda cu arcuri spiralate format din oțel inoxidabil, acoperire din PTFE(pagina 3) , virf atraumatic. Configurații virf diferite. Cerinte minime obligatorii Lungimi: 150cm, 180 cm, 260 cm Diametru de 0,035" s(pagina 4)	DM000395156, DM000395158, DM000395155 DM000395159, DM000395157
33100 000-1	51	Micro-ghid cateter	Micro-ghid cateter	MERIT MAESTRO MICROCATHETER 28MC21110ST, 28MC21130ST, 28MC21150ST, 28MC2111045, 28MC2113045, 28MC2115045 28MC21110SN, 28MC21130SN L, 28MC21150SN 28MC24110ST, 28MC24130ST, 28MC24150ST 28MC2411045, 28MC2413045, 28MC2415045 28MC24110SN, 28MC24130SN, 28MC24150SN 28MC28110ST, 28MC28130ST, 28MC28150ST 28MC2811045, 28MC2813045, 28MC2815045, 28MC28110SN, 28MC28130SN,28MC28150SN 29MC29110ST, 29MC29130ST, 29MC29150ST 29MC2911045, 29MC2913045, 29MC2915045 29MC29110SN, 29MC29130SN, 29MC29150SN	USA	Merit Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Construcție împletitură cu panglică din nylon, acoperire hidrofilica. "; compatibilitate cu microparticule si microsfere de embolizare de până la 900 microni (2.9 F). Presiune maximă de injectare – 800 psi. Lungimi utile disponibile: 110, 130 si 150 cm. Curburi disponibile: drept, 45°, Swan. Acoperire hidrofilica 80 cm. Marker radiopac situat la 1.3 mm de la virf. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)Dimensiuni obligatorii: Dimensiuni disponibile: catetere conice 2.8 F - 2.1 F; 2.8 F - 2.4 F și non-conice 2.8 F - 2.8 F; 2.9 F - 2.9 F. Compatibilitate cu spirale de embolizare de până 0,018	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Construcție împletitură cu panglică din nylon, acoperire hidrofilica. "; compatibilitate cu microparticule si microsfere de embolizare de până la 900 microni (2.9 F)pagina 6. Presiune maximă de injectare – 800 psi (pagina 6). Lungimi utile disponibile: 110, 130 si 150 cm (pagina 9,10,11). Curburi disponibile: drept, 45°, Swan (pagina 9,10,11). Acoperire hidrofilica 80 cm (pagina 9,10,11). Marker radiopac situat la 1.3 mm de la virf(pagina 9,10,11) . Cerinte minime obligatorii: Dimensiuni obligatorii: Dimensiuni disponibile: catetere conice 2.8 F - 2.1 F (pagina 9); 2.8 F - 2.4 F (pagina 9) și non-conice 2.8 F - 2.8 F (pag 10) ; 2.9 F - 2.9 F(pagina 10). Compatibilitate cu spirale de embolizare de până 0,018 (pagina 6)	CE
33100 000-1	56	Seringa cu piston de blocare	Seringa cu piston de blocare	VaeLock VAC220 VAC230 VAC110 VAC160	USA	Merit Medical	Aspirarea materialului în cateter este posibilă datorită sistemului - system driver , care constituie: motor, unitate de control, întrerupător de picior. Furnizorul sa pună la dispoziție System driver la solicitarea beneficiarului .	Aspirarea materialului în cateter este posibilă datorită sistemului - system driver , care constituie: motor, unitate de control, întrerupător de picior. Furnizorul sa pună la dispoziție System driver la solicitarea beneficiarului .	DM000395166 DM000395167 DM000395165 DM000395168
33100 000-1	57	Seringa cu precizie inalta	Seringa cu precizie inalta	Medalion MSS 011,MSS011-LG MSS011-LB,MSS011-Y,MSS011-R	USA	Merit Medical	Seringa speciala pentru injectia cu precizia inalta. Vol 1 ml	Seringa speciala pentru injectia cu precizia inalta. Vol 1 ml (pagina 4)	CE
33100 000-1	60	Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung	Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung	PRELUDE ® RADIAL (MINI ACCESS) SHEATH INTRODUCERS PSI-4F-11-018, PSI-5F-11-018, PSI-6F-11-018	USA	Merit Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) "Side port" cu robinet cu trei caiToate contin valva siliconata si dilatator. Teaca este prevazuta cu zona pentru sutura in cazul cind este nevoie de a o sutura de piele. Teaca este rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor Introductorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia.Introductorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni: 4,5,6 F Lungime: 11 - 23cm, Ac de punctie de 20-21G lungime de 4-5 cm; minighid de 0,018 inch si 35-40 cm lungime	"Side port" cu robinet cu trei caiToate contin valva siliconata si dilatator. Teaca este prevazuta cu zona pentru sutura in cazul cind este nevoie de a o sutura de piele. Teaca este rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor Introductorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia.Introductorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni: 4,5,6 F (pagina 7) Lungime: 11cm , Ac de punctie de 21G lungime de 4 cm; minighid de 0,018 inch si 40 cm lungime (pagina 7)	DM000397923 DM000397924 DM000397925

33100 000-1	61	Set introductor puncție	Set introductor puncție	Prelure MERIT S-MAK™ MAK501 (pagina 3 catalogului)	USA	Merit Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Conține un inel radiopac incorporat distal pentru poziționare precisă și un inel rotativ de sutură pt fixare la piele. Tecile sunt rezistente la kinking. Dilator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Set introductor puncție co-axial Ac de puncție metalic de 21G, lungime 10cm. Mini-ghid diametrul de 0.018" de 40 cm lungime. Teaca dimensiuni disponibile: 5F, lungimi 10 cm.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Conține un inel radiopac incorporat distal pentru poziționare precisă și un inel rotativ de sutură pt fixare la piele. Tecile sunt rezistente la kinking. Dilator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Set introductor puncție co-axial Ac de puncție metalic de 21G, lungime 10cm. Mini-ghid diametrul de 0.018" de 40 cm lungime. Teaca dimensiuni disponibile: 5F, lungimi 10 cm.	CE
33100 000-1	68	Sistem de închidere percutana a orificiului de puncție din 2 componente	Sistem de închidere percutana a orificiului de puncție din 2 componente	EXOSEAL™ Vascular Closure Device EX500CE,EX600CE,EX700CE (PAGINA 12 CATALOGULUI)	USA	Cordis	Dispozitivul de închidere vasculară indicat pentru închiderea locului de puncție a arterei femurale, reducând timpul până la hemostază și ambulație la pacienții care au fost supuși procedurilor de cateterizare diagnostic sau intervenții folosind un introductor de teacă vasculară standard 5F, 6F sau 7F cu până la 12 cm lungimea de lucru. Nu rămâne nici o ancoră în interiorul arterei • Doi indicatori vizuali unici permit poziționarea precisă • Ușor de manipulat și ajută la obținerea eficientă a succesului procedural • Procedură simplă în 3 pași • Disponibil în 3 dimensiuni.	Dispozitivul de închidere vasculară indicat pentru închiderea locului de puncție a arterei femurale, reducând timpul până la hemostază și ambulație la pacienții care au fost supuși procedurilor de cateterizare diagnostic sau intervenții folosind un introductor de teacă vasculară standard 5F, 6F sau 7F cu până la 12 cm lungimea de lucru. Nu rămâne nici o ancoră în interiorul arterei • Doi indicatori vizuali unici permit poziționarea precisă • Ușor de manipulat și ajută la obținerea eficientă a succesului procedural • Procedură simplă în 3 pași • Disponibil în 3 dimensiuni.	CE
33100 000-1	69	Sistema pentru litotripsie intravasculara	Sistema pentru litotripsie intravasculara	IVL CATHETER SPECS : C2IVL2512, C2IVL3012, C2IVL3512,C2IVL4012	USA	Shockwave Medical GmbH	Sistema e formata din generator, cablu de conexiune si cateter intravascular de litotripsie RX si OTW compatibil pe ghid 0,014". Sistema compatibila cu cateter ghid de 6 Fr. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 5 interventii gratis. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Lungime balon obligatorie 12 mm, Diametru balon obligatorie 2,5-4,0 mm	Sistema e formata din generator, cablu de conexiune si cateter intravascular de litotripsie RX si OTW compatibil pe ghid 0,014"(pagina 2). Sistema compatibila cu cateter ghid de 6 Fr(pagina2). Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 5 interventii gratis. Cerinte minime obligatorii: Dimesiuni obligatorii: Lungime balon obligatorie 12 mm(pagina 2), Diametru balon obligatorie 2,5-4,0 mm(pagina2)	DM000440692, DM000440695, DM000440697 DM000440699
33100 000-1	82	Stent pentru artere renale	Stent pentru artere renale	PALMAZ BLUE™ .014 Peripheral Stent (Mounted on the .014" RX AVIATOR™ Plus PTA Balloon) PB1250PPX, PB1260PPX, PB1270PPX, PB1850PPX, PB1840PPX, PB1860PPX, PB1870PPX (pagina 4)	USA	Cordis	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent expandabil cu balon din cobalt-crom, tăiat cu laser. Celule închise sau deschise. Markerii radio opaci la ambele vârfuri ale stentului. Acoperire cu proprietăți similare mucoasei. Presiune nominala: maxim 8 - 10 atm. RBP: minim 12 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Lungimi obligatorii: 12mm (+/-2mm), 18 mm(+/-2mm). Diametre obligatorii: 5, 6, 7 mm. Stent premonat pe balon. Stent amplasat între markerii balonului. Compatibilitate ghid: de 0,014" sau 0,018". Lungime utilă: între 140 si 150 cm. Compatibilitate: teaca de 5 Fr pentru stenturi de 5,00 și 6,00 mm; 6 Fr pentru stenturi de 7,00 mm.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent expandabil cu balon din cobalt-crom (pagina 3), tăiat cu laser. Celule închise e. Markerii radio opaci la ambele vârfuri ale stentului. Acoperire cu proprietăți similare mucoasei. Presiune nominala: maxim 10 atm. RBP: minim 12-14 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Lungimi obligatorii: 12mm (+/-2mm), 18 mm(+/-2mm). Diametre obligatorii: 5, 6, 7 mm. Stent premonat pe balon. Stent amplasat între markerii balonului. Compatibilitate ghid: de 0,014". Lungime utilă: între 142 cm. Compatibilitate: teaca de 5 Fr pentru stenturi de 5,00 și 6,00 mm;si 7,00 mm.(pagina 4)	CE
33100 000-1	86	Transductor de presiune invaziva	Transductor de presiune invaziva	Meritrans Transduser MER100 MER148 MER200 MER212	USA	Merit Medical	Transductor de masurare invaziva a presiunii cu dispozitiv integrat de spălare, compatibil cu sistemul hemodinamic "Mennen Medical", model CFE.	Transductor de masurare invaziva a presiunii cu dispozitiv integrat de spălare, compatibil cu sistemul hemodinamic "Mennen Medical", model CFE.	CE
33100 000-1	87	Tub injectare substanță de contrast	Tub injectare substanță de contrast	Contrast Injection Tubing (clear) HPT100E,HPT200E, HPT300E,HPT480E(pagina catalog 4)	USA	Merit Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 25 cm, 51 cm, 76 cm, 122 cm. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului "Medrad Marc V Pro Vis".	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 25 cm, 51 cm, 76 cm, 122 cm.(pagina 4) Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului "Medrad Marc V Pro Vis".	CE

Semnat:_____Numele, Prenumele:_Ostapciuc Alexandr În calitate de: Administrator_

Ofertantul: Tribestar Farm SRL Adresa: com.Stauceni