

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21466800 din 22.10.2025
Obiectul de achizitie: Achiziționarea Dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 3					
Butelie oxigen pînă la 5 L 110510	BO.100.150 15	Italia San-O-Sub	Butelie oxigen Cod 110510 Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum ≥ 5 litri Material oțel/metal galvanizat Manometru de control pe reductor Flowmetru presiune diapazon min. 0-15 l/min Presiune de incarcare ≥ 200 atm Tub pentru conectare la butelia de oxigen ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Mască facială ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Canulă nazală ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Geanta de transport da	Butelie oxigen Cod 110510 Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil DA, „Pliant” Volum ≥ 5 litri DA, „Pliant” Material oțel/metal galvanizat DA, „Pliant” Manometru de control pe reductor DA, „Pliant” Flowmetru presiune diapazon min. 0-15 l/min DA, „Pliant” Presiune de incarcare ≥ 200 atm DA, 200atm „Pliant” Tub pentru conectare la butelia de oxigen ≥ 2 buc., să se indice codul produsului cod OS/40 Mască facială ≥ 2 buc., să se indice codul produsului cod CO.400.18021 Canulă nazală ≥ 2 buc., să se indice codul produsului cod CO.400.18020 (OS/12A) Geanta de transport da DA, cod CO.100.18041	Declarație de conformitate

Lot 13					
Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) 130220	Starled3 NX with ETW version	Italia ACEM SpA	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) obligatoriu Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii reglabil min. 3000 - 5000K reglabilă Reglarea intensității luminii obligatoriu Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Focusabil obligatoriu Diametrul ajustabil diapazon minim 24 - 33 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 160 000 lux Rotația 360 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 80 Cresterea temperaturii în campul operator <1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere detașabile sterilizabile	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) obligatoriu DA, Pag. 2 „Broșură Starled3 NX” Numărul de sateliți 1 DA, Pag. 5 „Broșură Starled3 NX” Temperatura culorii reglabil min. 3000 - 5000K reglabilă 3000 - 5700K Reglabilă, ETW Version opțiune inclusă Pag. 5 „Broșură Starled3 NX” Reglarea intensității luminii obligatoriu DA, Pag. 5 „Broșură Starled3 NX” Indexul de culoare ≥ 95 98, Pag. 5 „Broșură Starled3 NX” Dimensiunea câmpului, cm Focusabil obligatoriu DA, Pag. 31 „User Manual Starled 3NX” Diametrul ajustabil diapazon minim 24 - 33 cm 24 - 33 cm, Pag. 31 „User Manual Starled 3NX” Adâncimea ≥ 80 cm 117 cm, Pag. 31 „User Manual Starled 3NX” Distanța de lucru 0.7-1.5 m 0.7 – 1.5 m, Pag. 5 „Broșură Starled3 NX” Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 160 000 lux 160 000 lux, opțiune inclusă Pag. 5 „Broșură Starled3 NX” Rotația 360 grade DA, 360 grade Pag. 24 „User Manual Starled 3NX” / „Ajustare Vertical” Ajustare pe verticală, cm ≥ 80 DA, „Ajustare Vertical” Cresterea temperaturii în campul operator <1° C DA, „Declarație producător ACEM”	DM0005002 82

			Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video da Înălțimea podului 3-4 m	Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz DA, Pag. 5 „Broșură Starled3 NX” Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h 60 000 h Pag. 5 „Broșură Starled3 NX” Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate DA, „Declarație producător ACEM” Mînere detașabile sterilizabile DA. Pag. 3 „Broșură Starled3 NX” Panou de control integrat în lampa principal DA, standard sync, Pag. 3 „Broșură Starled3 NX” Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video da DA, „Declarație producător ACEM” Înălțimea podului 3-4 m DA, „Declarație producător ACEM”	
Lot 23					
Pat electric, pentru adulți 140490	U0099	Turcia IHC Medikal	Pat electric, pentru adulți Cod 140490 Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare Parametrul Specificația Tip Pentru uz general Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 80 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm	Pat electric, pentru adulți Cod 140490 Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare Parametrul Specificația Tip Pentru uz general Da, „U0099” Tip pacient adult Da, „U0099” Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Da, „U0099” Funcționalități poziționare Da, „U0099” Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Da, „U0099” Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Da, 230 kg „U0099” Înălțime Ajustabilă ≥ 80 cm Da, 43cm - 80cm „U0099”	DM0008340 52

			Sistem de blocare la minim 2 rotile Bare de protecție da, pliabile Suport cap demontabil obligatoriu Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului obligatoriu Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică Alimentare 230 V ± 10%, 50 Hz Saltea ortopedică da, să se indice codul produsului	Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Da, 12.5cm „U0099” Sistem de blocare la minim 2 rotile Da, sistem de blocare la toate rotile „U0099” Bare de protecție da, pliabile Da, „U0099” Suport cap demontabil obligatoriu Da, „U0099” Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului obligatoriu Da, „U0099” Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică Da, „U0099” Alimentare 230 V ± 10%, 50 Hz Da, „U0099” Saltea ortopedică da, să se indice codul produsului Da, U0018 „U0099”	
Lot 33					
Microscop binocular, cu contrast de fază 250210	B-382PL-ALC	Italia Optika	Microscop binocular, cu contrast de fază Cod 250210 Descriere Microscopul cu lumină sint folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale prin metode de contrast: în câmp iluminat, în câmp întunecat, fluorescent, de contrast prin interferență, cu contrast de fază și/sau lumina polarizată. Parametru Specificația Tip Configurat pentru tehnica de vizualizare în câmp luminos, câmp întunecat și contrast de fază. Furnizat cu accesoriile necesare pentru lucrul în câmp luminos. Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil);	Microscop binocular, cu contrast de fază Cod 250210 Descriere Microscopul cu lumină sint folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale prin metode de contrast: în câmp iluminat, în câmp întunecat, fluorescent, de contrast prin interferență, cu contrast de fază și/sau lumina polarizată. Parametru Specificația Tip Configurat pentru tehnica de vizualizare în câmp luminos, câmp întunecat și contrast de fază. Da, pag.1 „DataSheet” Furnizat cu accesoriile necesare pentru lucrul în câmp luminos. Da, inclus in oferta Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil); Da, pag.2 „DataSheet” Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Da, pag.2 „DataSheet”	Declarație de conformitate

			Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 5 obiective Obiective Plan Achromat: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat și pre-focuat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și câmp întunecat Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° -cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Iluminare halogen sau LED Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticlă Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază	Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen Da, pag.2 „DataSheet” Revolver pentru 5 obiective Da, pag.1 „DataSheet” Obiective Plan Achromat: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei Da, 4x, 10x, 40x, 100x/1.25 Ulei (stock) + 20x inclus în oferta de pret pag.2 „DataSheet” Condensor universal pre-centrat și pre-focuat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și câmp întunecat Da, pag.2 „DataSheet” Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler Da, pag.2 „DataSheet” Tub binocular cu unghi de înclinare 30°-cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm; Da, 30° / 48-75 mm pag.1 „DataSheet” Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Da, inclus în oferta Iluminare halogen sau LED Da, LED pag.2 „DataSheet” Unitatea de alimentare încorporată Da pag.2 „DataSheet” Accesorii Ulei de imersie – o sticlă Da pag.2 „DataSheet” Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază Da, inclus în oferta	
Lot 52					
Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariu lui chirurgical, 60L 270250	ADELA-1 60L	Turcia Sumer	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 60L Cod 270250 Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților obligatoriu Volumul camerei ≥ 60 L	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 60L Cod 270250 Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților obligatoriu Da, „Declaratie Producator” Volumul camerei ≥ 60 L Da, pag.4 „DataSheet” Carcasa exterioră din oțel inoxidabil AISI 304	DM0003216 31

		Carcasa exterioră din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu Pompa de apă, internă obligatoriu Pompa de aer, internă obligatoriu Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^{\circ}\text{C}$ obligatoriu Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului obligatoriu Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor obligatoriu Numărul de uși 1 unitate Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil obligatoriu Iluminare internă a camerei obligatoriu Programe de dezinfecție implicite Min. 10 Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 15 Ecran LCD, color obligatoriu Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului obligatoriu Limbajul interfeței și meniului română / rusă Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție obligatoriu Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului obligatoriu	Da, pag.4 „Datasheet” Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Da, pag.4 „Datasheet” Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu Da, „Declaratie Producator” Pompa de apă, internă obligatoriu Da, „Declaratie Producator” Pompa de aer, internă obligatoriu Da, „Declaratie Producator” Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^{\circ}\text{C}$ obligatoriu Da, „Declaratie Producator” Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului obligatoriu Da, pag.2 „Datasheet” Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor obligatoriu Da, pag.2 „Datasheet” Numărul de uși 1 unitate Da, pag.4 „Datasheet” Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil obligatoriu Da, pag.2 „Datasheet” Iluminare internă a camerei obligatoriu Da, „Declaratie Producator” Programe de dezinfecție implicite Min. 10 Da, configurabil de catre producator „Declaratie Producator” Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 15 Da, „Declaratie Producator” Ecran LCD, color obligatoriu Da Touchscreen LCD pag.2 „Datasheet” Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări	
--	--	--	--	--

		Imprimantă termică, integrată obligatoriu Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului obligatoriu Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului obligatoriu Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 1 unități Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă obligatoriu Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor obligatoriu Alarmer sonore și vizuale Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cât și acțiunilor de remediere obligatoriu Alarma de finalizare a ciclului obligatoriu Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit Suport pentru mașina de spălat 1 buc., să se indice codul produsului Rafturi de încărcare 2 buc., să se indice codul produsului Coșuri pentru instrumente min. 5, să se indice	grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului obligatoriu Da, „Declaratie Producator” Limbajul interfeței și meniului română / rusă Da, „Declaratie Producator” Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție obligatoriu Da, „Declaratie Producator” Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului obligatoriu Da, „Declaratie Producator” Imprimantă termică, integrată obligatoriu Da, pag.1 „Declaratie Producator” Temperatura de uscare ≥ 125 grade Da, „Declaratie Producator” Filtrarea aerului HEPA filtru Da, HEPA Filter class 14 pag.4 „Datasheet” Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului obligatoriu Da, pag.4 „Datasheet” Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului obligatoriu Da, „Declaratie Producator” Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 1 unități Da, imagine pag.3 „Datasheet” Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă obligatoriu Da, pag.2 „Datasheet” Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor obligatoriu Da, pag.3 „Datasheet” Alarmer sonore și vizuale Da, „Declaratie Producator” Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cât și acțiunilor de remediere obligatoriu Da, „Declaratie Producator” Alarma de finalizare a ciclului obligatoriu Da, „Declaratie Producator” Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz Da, „Declaratie Producator”	
--	--	--	---	--

			codul produsului Hîrtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului	Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit Dedurizator 0817 + Sistem Osmos 400G + Filtru DP10'' + PP10'' + C1H + 20G rezervor de stocare + Sare Tableta + accesorii. Suport pentru mașina de spălat 1 buc., să se indice codul produsului YDM-1 Rafturi de încărcare 2 buc., să se indice codul produsului Basic Washing Basket Coșuri pentru instrumente min. 5, să se indice codul produsului Adela-1 60 L DIN Hîrtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului Adela PP Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului TFD 75 LT Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului Phosphax 5LT	
Lot 57					
Distilator cu mono distilare 2L 270400	MSD-8000	Turcia Mikrotest	Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 8 l Capacitatea de distilare ≥ 2 l/h Materialul carcasei oțel inox, metal vopsit electrostatic sau	Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 8 l Da, 8L pag.1 „MSD-8000” Capacitatea de distilare ≥ 2 l/h Da, 4L pag.1 „MSD-8000” Materialul carcasei oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate Da, pag.1 „MSD-8000”	Declarație de conformitate

			alte materiale rezistente la temperatură și umeditate Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă pH în diapazon de 5,0 - 7 Conductivitate în diapazon de 2.0 - 2.4 μ S/cm Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 220 V- 50 Hz Sistem de filtrare a apei inclus cu toate componentele necesare pentru montare Filtru pentru filtrare mecanică, 1 μ m min. 8 buc. Filtru anticalcar min. 2 buc. Filtru de clor min. 4 buc.	Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Da, pag.1 „MSD-8000” Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă Da, otel inox pag.1 „MSD-8000” pH în diapazon de 5,0 – 7 Da Conductivitate în diapazon de 2.0 - 2.4 μ S/cm Da, 2.3 μS/cm pag.1 „MSD-8000” Modul de operare continuu Da, 2.3 μS/cm pag.1 „Pliant” Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Da, pag.1 „MSD-8000” Alimentare 220 V- 50 Hz Da, pag.1 „MSD-8000” Sistem de filtrare a apei inclus cu toate componentele necesare pentru montare Da, inclus in oferta Filtru pentru filtrare mecanică, 1 μ m min. 8 buc. Da, inclus in oferta Filtru anticalcar min. 2 buc. Da, inclus in oferta Filtru de clor min. 4 buc. Da, inclus in oferta	
Lot 65					
Distilator cu mono distilare 8L cu rezervor rezervor, cod 270440	MSD-8008	Turcia Mikrotest	Distilator cu mono distilare 8L cu rezervor Cod 270440 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Rezervor de stocare a apei distilate $\geq$ 16 l încorporat Capacitatea de distilare $\geq$ 8 l/h Materialul carcasei oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate	Distilator cu mono distilare 8L cu rezervor Cod 270440 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Rezervor de stocare a apei distilate $\geq$ 16 l Da, pag.1 „MSD-8008” Încorporat Da Da, pag.1 „MSD-8008” Capacitatea de distilare $\geq$ 8 l/h Da, pag.1 „MSD-8008” Materialul carcasei oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate Da, pag.1 „MSD-8008”	Declarație de conformitate

			Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă pH în diapazon de 5,0 - 7 Conductivitate în diapazon de 2.0 - 2.4 μ S/cm Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 380 V- 50 Hz Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare Filtru pentru filtrare mecanică, 1 μ m min. 8 buc. Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule) min. 2 rezervi de granule Filtru de clor min. 4 buc.	Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Da, pag.1 „MSD-8008” Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă Da, pag.1 „MSD-8008” pH în diapazon de 5,0 – 7 Da Conductivitate în diapazon de 2.0 - 2.4 μ S/cm Da, 2.3 μS/cm pag.1 „MSD-8008” Modul de operare continuu Da, pag.1 „Pliant” Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 380 V- 50 Hz Da, pag.1 „MSD-8008” Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare Da, inclus in oferta Filtru pentru filtrare mecanică, 1 μ m min. 8 buc. Da, inclus in oferta Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule) min. 2 rezervi de granule Da, inclus in oferta Filtru de clor min. 4 buc. Da, inclus in oferta	
Lot 66					
Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	U0039	Turcia IHC Medikal	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni $\geq 200 \times 75$ cm	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Da, 15 grade „U0039” Control manual Da, „U0039” Caracteristici Bare laterale obligatoriu Da, „U0039” Roți Diametru ≥ 15 cm Da, 15 cm „U0039” Frine ≥ 2 Da, „U0039” Sarcina maximă ≥ 200 kg Da, 200 kg „U0039” Dimensiuni $\geq 200 \times 75$ cm Da, 200 x 75 cm „U0039”	DM0005686 54

			Mînere pentru transportarea brancardei obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete obligatoriu	Mînere pentru transportarea brancardei obligatoriu Da, „U0039” Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Da, „U0039” Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete obligatoriu Da, „U0039”	
Lot 67					
Distilator cu mono distilare 8L 270430	MSD-8008	Turcia Mikrotest	Distilator cu mono distilare 8L Cod 270430 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in condițiile utilizării unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 16 l Capacitatea de distilare ≥ 8 l/h Materialul carcasei oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă Conductivitate ≤ 2.5 μS/cm Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 380 V- 50 Hz Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare Filtru pentru filtrare mecanică, 1μm min. 8 buc.	Distilator cu mono distilare 8L Cod 270430 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in condițiile utilizării unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 16 l Da, pag.1 „MSD-8008” Capacitatea de distilare ≥ 8 l/h Da, pag.1 „MSD-8008” Materialul carcasei oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate Da, pag.1 „MSD-8008” Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Da, pag.1 „MSD-8008” Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă Da, pag.1 „MSD-8008” Conductivitate ≤ 2.5 μS/cm Da, 2.3 μS/cm pag.1 „MSD-8008” Modul de operare continuu Da, pag.1 „Pliant” Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Da, pag.1 „MSD-8008” Alimentare 380 V- 50 Hz Da, pag.1 „MSD-8008” Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare Da, inclus in oferta	Declarație de conformitate

			Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule) min. 2 rezervi de granule Filtru de clor min. 4 buc.	Filtru pentru filtrare mecanică, 1μm min. 8 buc. Da, inclus in oferta Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule) min. 2 rezervi de granule Da, inclus in oferta Filtru de clor min. 4 buc. Da, inclus in oferta	
--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Sergiu Ciobanu In calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDICA SENS SRL Adresa: str. Calarasi 66, mun. Chisinau

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21466800 din 22.10.2025
Obiectul de achizitie: Achiziționarea Dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	3	Butelie oxigen până la 5 L 110510	Buc.	20	6.780,00	8.136,00	135.600,00	162.720,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
	13	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) 130220	Buc.	1	79.000,00	94.800,00	79.000,00	94.800,00		
	23	Pat electric, pentru adulți 140490	Buc.	25	15.960,00	19.152,00	399.000,00	478.800,00		
	33	Microscop binocular, cu contrast de fază 250210	Buc.	2	26.000,00	31.200,00	52.000,00	62.400,00		
	52	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 60L 270250	Buc.	5	223.800,00	268.560,00	1.119.000,00	1.342.800,00		
	57	Distilator cu mono distilare 2L 270400	Buc.	1	28.500,00	34.200,00	28.500,00	34.200,00		
	65	Distilator cu mono distilare 8L cu rezervor, cod 270440	Buc.	1	39.300,00	47.160,00	39.300,00	47.160,00		

	66	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	Buc.	6	15.910,00	19.092,00	95.460,00	114.552,00		
	67	Distilator cu mono distilare 8L 270430	Buc.	1	39.300,00	47.160,00	39.300,00	47.160,00		
TOTAL							1.987.160,00	2.384.592,00		

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Sergiu Ciobanu In calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDICA SENS SRL Adresa: str. Calarasi 66, mun. Chisinau