

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă conform SIA RSAP						
Obiectul achiziției: <u>Utilaj pentru investigații și diagnostică pentru Spitalul Clinic Militar Central</u>						
Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Sistem videoendoscopic	HD 550 System, Endo Cleaner	China, Turcia	Sonoscape, AORT	Sistem videoendoscopic Troleu, monitor, videoprocesor, sursă de lumină, videogastroscoop, videocolonoscop, videobronhoscop, mașină automată de procesare a endoscoapelor. Troleu cu transformator de izolare, dotat cu monitor de minim 26", rezoluție minimă 1920x1080, suport monitor cu braț flexibil. Videoprocesor: Ieșire: SDI/DVI/VGA/CVBS/S-video. Procesor imagine cu funcție de FullHD Posibilitate conectare videogastroscoop, videocolonoscop, videoduodenoscop, videobronhoscop, ecoendoscop terapeutic. Zoom digital sau optic; înregistrare pacienți ≥: 10,000. Ajustarea culorilor – Da. Nivele insuflare aer minim 4, "Off", "Low", "Medium", "High". Înregistrare de date suport încorporat sau extern de minim 500Gb. Înregistrare și stocare de imagini și video. Balansarea de alb- DA. Rezervor de apă, tastatură. Sursa de lumină Lampa - LED Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitare a leziunilor de la nivelul mucoasei. Minim 2 moduri. Timp de viață pentru lampă: minim 10000 ore	Conform Anexei 1.	CE, ISO, DM000821106, DM000684610, DM000684624, DM000684612, DM000684619, DM000684606

			Videogastroskop terapeutic. Cu canal/sistem adițional de irigare cu apă. Endoscopul poate fi imersat în apă sau soluție fără capac de etanșare a contactelor. Compatibil cu tehnologia de bandă îngustă de culoare. Unghi de vedere frontal 140°, adâncimea de vizualizare 3-100mm. Diametrul tubului de inserție: maxim 9.8mm ±10% Diametrul canalului de lucru: minim 3,2 mm Angulararea: sus/jos: 210/90°. +/- 10% Dreapta/Stânga: 100/100° +/-10% Lungimea tubului de lucru: minim 1050mm +/-10%. Videocolonoscop terapeutic. Raza scurtă de îndoire și rigiditatea treptată a tubului de inserție cu canal/sistem adițional de irigare cu apă. Endoscopul poate fi imersat în apă sau soluție fără capac de etanșare a contactelor. Compatibil cu tehnologia de bandă îngustă de culoare. Unghiul câmpului de vedere minim 140° +/-10%, adâncimea de vizualizare 3-100mm. Diametrul tubului de inserție: maxim 13,0mm +/-10% Diametrul canalului de lucru: minim 3,7 mm. Angulararea: sus/jos: 180/180° +/- 10% Dreapta/Stânga: 160/160° +/-10%. Lungimea tubului de lucru: minim 1700mm +/-10%. Videobronhoscop. Compatibil cu tehnologia de bandă îngustă de culoare. Endoscopul poate fi imersat în apă sau soluție fără capac de etanșare a contactelor. Unghiul câmpului de vedere minim 120° +/-10%, adâncimea de vizualizare 2-100 mm. Diametrul tubului de inserție: - 5,7mm. +/- 1mm Diametrul canalului de lucru: minim 2,8 mm Angulararea: sus/jos: 180/130° +/-10% Lungimea tubului de lucru: minim 600 mm +/-10%. Mașină de reprocesare automată a endoscoapelor. Compatibilă cu endoscopapele oferite. - Tip de curățare (imersie) -Capacitatea vasului de reprocesare: minim 5L. -Numărul de endoscoape reprocesate: 1 -Imprimantă integrată: Da.		
--	--	--	--	--	--

				-Test de etanșare a endoscoapelor: Da -Ciclu de auto dezinfecție: Da -Alarmer vizuale și auditive: Da -Ecran tactil: Da. - Sistem de prefiltrare a apei până la 0,2μm.: Da. -Dezinfectant chimic pe bază de acid peracetic: Da - Detergent enzimatic: Da. - Durata ciclului până la 30 minute. - Set de conectoare specifice pentru endoscoapele oferite (a se indica codul produsului). - Asigurarea cu detergent, dezinfectant și filtre 0,2μm pe o perioadă de 3 luni sau 100 cicluri de reărocesare. Anul producerii: 2025 Detergentul și dezinfectantul după diluare și utilizare se elimină la sfârșitul ciclului. Garanția produselor minim 24 de luni.		
Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlști, str. Vasile Lupu 6						

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.115
din “15” octombrie 2021

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă conform SIA RSAP									
Obiectul de achiziției: <u>Utilaj pentru investigații și diagnostică pentru Spitalul Clinic Militar Central</u>									
Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33161000-6	Sistem videoendoscopic	set	1	1370000,00	1644 000,00	1370000,00	1644 000,00	până la 90 de zile lucrătoare	MD59TRPBAA314110C00852AC
	TOTAL					1370000,00	1644 000,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durl esti, str. Vasile Lupu 6