

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: <b>ocds-b3wdp1-MD-1666699477835</b>					Data: <b>31.10.2022</b>		
Denumirea licitației: <b>Achiziționarea strerilizatoarelor cu aer cald și Instrumente pentru manipulare</b>					Pagina 1 din 1		
Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Lotul 1						
1	Sterilizator cu aer cald, volumul 40 L	DOVF-045-001	Spania	LabBox	Conform anuntului de participare	<p>Sterilizator cu aer cald uscat cu constructie interioara din otel inox, constructie exterioara cu acoperire anticoroziva ;</p> <p>Caracteristici tehnici: Volumul camerei sterilizatoare - 45L. Regimuri de sterilizare programabile. Camera sterilizatorului mentine steril instrumentele in interiorul camerei, fara orificii cu acces direct la exterior. Protecție la supraîncalzire - analogic digitala. Alarma acustica vizuala. Temperatura 40-300 °C, abatere temperatură nu mai mare de 1 °C. Rezoluție: 0,1 ° C.</p> <p>Setarea timpului 0-9999 min, abatere timp - &lt; 1 min. Timp de incalzire pinf, la 180°C &lt; 25-min. Regim de sterilizare prestabilite: 180°C, 60min; 160 °C, 50 min; 120°C ,45 min. Timpul de ricire: 35 min. pina la 75°C. Deconectare de avariere la temperatura ridicata. Tipul de functionare fara intrerupere &gt; 8 ore. Rafturi &gt; 2, din oel inox.</p> <p>Alimentare la reseaua electrica 220-240 V, 50-60 Hz. Anul de productie 2022.</p> <p>Documente: proces-verbal de predare- primire, instalare si instruire a personalului, factura fiscala, certificat de garantie (3 ani), certificat ISO si CE, fisa tehnica, certificat de verificare metrologica, instructiune tehnice de exploatare. Servicii de montare si dare in exploatare.</p>	

Valabilitatea ofertei - 30 zile

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

In calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chişinău, bd. Decebal, 17/Z-7**